

Delibera del Direttore Generale n. 2150 del 05/12/2023

OGGETTO: ID 22A093 - Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per la fornitura di letti bilancia per reparti vari per l'Azienda Ospedale-Università Padova. Aggiudicazione gara

NOTE TRASPARENZA: Con il presente provvedimento si aggiudica la procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per la fornitura di letti bilancia per reparti vari per l'Azienda Ospedale-Università Padova.

Il Direttore della **UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica** riferisce:

Con Deliberazione del Direttore Generale n. 534 del 17.03.2023 è stata indetta la gara, mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per la fornitura di letti bilancia per reparti vari per l'Azienda Ospedale Università Padova.

A seguito dell'apertura della busta amministrativa, come da Verbale 10/05/2023 e dal Verbale di verifica soccorso istruttorio del 18/05/2023, tutte le ditte sono state ammesse alla fase successiva di gara.

Con deliberazioni del Direttore Generale n. 1099 del 06/06/2023 e n. 1382 del 24/07/2023, è stata nominata la Commissione Giudicatrice incaricata della valutazione delle offerte tecniche presentate dalle ditte concorrenti.

La Commissione Giudicatrice a seguito dei lavori di valutazione delle offerte tecniche ha redatto appositi verbali per ogni attività svolta, sedute riservate del 20/06/2023, del 30/08/2023, del 08/09/2023 e del 26/10/2023. I relativi verbali sono custoditi presso la U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica.

Dai Verbali redatti dalla Commissione Giudicatrice risulta quanto segue:

- ~ i lotti sono aggiudicabili;
- ~ la ditta Givas Srl è esclusa dal lotto 1 in quanto il prodotto offerto



- non è conforme ai requisiti minimi;
- ~ la ditta Favero Health Projects Spa è esclusa dal lotto 2 in quanto il prodotto offerto non è conforme ai requisiti minimi;
- ~ le ditte vengono ammesse alla fase successiva di gara;

Pertanto, tramite la piattaforma telematica Sintel, è stato comunicato che l'apertura della busta telematica contenente l'offerta economica sarebbe avvenuta in seduta riservata, così come stabilito nel Disciplinare di gara, in data 17/11/2023.

L'Autorità di gara procede all'apertura della busta contenente l'offerta economica delle ditte ammesse con il seguente risultato:

Lotto 1: Letti bilancia per pazienti adulti
CIG: 97248006D4

Pos.ne	Ditta	Offerta	% ribasso	P. Qualità	P. Prezzo	TOTALE
1 ^	5.9 S.r.l. weighting system	€ 185.045,09	16,59 %	65,35	23,35	88,70
2 ^	Gardhen Balance Srl	€ 121.500,00	45,23 %	49,26	30	79,26
3 ^	Favero Health Projects Spa	€ 185.436,00	16,41 %	54,80	23,28	78,08
Esclusa a	Givas Srl					

Si precisa che tutte le offerte risultano inferiori all'importo a base d'asta (€ 221.850,00 I.V.A. esclusa).

Lotto 2: Letti bilancia per pazienti pediatrici
CIG: 9724807C99

Pos.ne	Ditta	Offerta	% ribasso	P. Qualità	P. Prezzo	TOTALE
1 ^	Gardhen Balance Srl	€ 53.200,00	37,47 %	50,8	30	80,80
Esclusa	Favero Health Projects Spa					

Si precisa che l'offerta risulta inferiore all'importo a base d'asta (€



85.085,00 I.V.A. esclusa).

Lotto 3: Culle bilancia

CIG: 97248239CE

Pos.ne	Ditta	Offerta	% ribasso	P. Qualità	P. Prezzo	TOTALE
1 ^	Favero Health Projects Spa	€ 73.617,60	11,18 %	60,20	30	90,20

Si precisa che l'offerta risulta inferiore all'importo a base d'asta (€ 82.875,00 I.V.A. esclusa).

Si propone, quindi, di aggiudicare, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, la fornitura di letti bilancia per reparti vari per l'Azienda Ospedale Università Padova.

Viene approntata la presente deliberazione avendo presente quanto previsto dalla normativa vigente per l'acquisizione di beni e servizi in particolare dall'art. 60 del D.Lgs. 50/2016.

Tutto ciò premesso:

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO della suestesa proposta e accertato che il Direttore della **UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica** ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla conformità con la vigente legislazione statale e regionale, nonché la copertura della spesa prevista nel budget assegnato per l'anno in corso;

RITENUTO di dover adottare in merito i provvedimenti necessari;

VISTO il Decreto Legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni e le leggi regionali n. 55 e n. 56 del 1994 e successive modifiche ed integrazioni;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario per quanto di rispettiva competenza;

IN BASE ai poteri conferitigli dal D.P.G.R. n. 29 del 26.02.2021.

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa:

1. di prendere atto ed approvare le risultanze del Verbale del 17.11.2023 relativo all'apertura delle buste telematiche contenenti le offerte economiche, allegato al presente atto;
2. di aggiudicare, sulla base di quanto previsto dall'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, la fornitura di letti bilancia per reparti vari per l'Azienda Ospedale Università Padova:
 - ~ Lotto 1 alla ditta 5.9 S.r.l. weighting system per l'importo complessivo pari a € 185.045,09 IVA esclusa;
 - ~ Lotto 2 alla ditta Gardhen Bilance Srl per l'importo complessivo pari a € 53.200,00 IVA esclusa;
 - ~ Lotto 3 alla ditta Favero Health Projects Spa per l'importo complessivo pari a € 73.617,60 IVA esclusa;
3. di subordinare in ogni caso tale aggiudicazione alla verifica dei requisiti previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 quale condizione sospensiva, in caso di esito negativo della verifica suddetta;
4. di prendere atto che la stipula del conseguente contratto avverrà, se ed in quanto divenuta efficace l'aggiudicazione, nella forma di cui all'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016;
5. di dare atto che i Codici Identificativi di Gara (CIG), della presente procedura di gara sono: 97248006D4 Lotto 1, 9724807C99 Lotto 2 e 97248239CE Lotto 3;
6. di dare atto che l'importo complessivo di € 380.472,48 I.V.A. inclusa sarà imputato al conto di costo n. 20024001 "Attrezzature sanitarie e scientifiche";
7. di nominare Direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 101 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, il PI Davide Barbieri della UOS Ingegneria clinica;
8. di dare atto che i dati essenziali richiesti dal D.Lgs. n. 33/2013, saranno pubblicati sul Sito istituzionale dell'Azienda tramite la piattaforma informatica Inforall;
9. di delegare il Direttore della U.O.C. Provveditorato, Economato e

Gestione della Logistica alla firma di tutti gli atti inerenti e conseguenti all'esecuzione della presente Deliberazione.

Il Direttore Generale
F.to Dr. Giuseppe Dal Ben

U.O.C. PROVVEDITORATO, ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA

ID 22A093 FORNITURA DI LETTI BILANCIA PER REPARTI VARI PER L'AZIENDA OSPEDALE UNIVERSITÀ PADOVA.

VERBALE APERTURA BUSTA ECONOMICA

Il giorno 17/11/2023 presso la sede della U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica - Viale della Navigazione Interna 38, 35129 - Padova, il Seggio di gara nominato con nota prot. n. 31637 del 08/05/2023 (costituito dalla dott.ssa Maria Elena Serafin, in qualità di presidente, dalla dott.ssa Angela Scaggiante in qualità di teste e verbalizzante), procede all'apertura della busta telematica contenente l'offerta economica della procedura in oggetto.

Si precisa che:

- A seguito dell'apertura della busta amministrativa, come da Verbale 10/05/2023 e dal Verbale di verifica soccorso istruttorio del 18/05/2023, tutte le ditte sono ammesse alla fase successiva di gara;
- con deliberazioni del Direttore Generale n. 1099 del 06/06/2023 e n. 1382 del 24/07/2023, è stata nominata la Commissione Giudicatrice incaricata della valutazione delle offerte tecniche presentate dalle ditte concorrenti;
- la Commissione Giudicatrice a seguito dei lavori di valutazione delle offerte tecniche ha redatto appositi verbali per ogni attività svolta, sedute riservate del 20/06/2023, del 30/08/2023, del 08/09/2023 e del 26/10/2023. I relativi verbali sono custoditi presso la U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica;
- dai Verbali redatti dalla Commissione Giudicatrice risulta quanto segue:
 - i lotti risultano aggiudicabili;
 - la ditta Givas Srl è esclusa dal lotto 1 in quanto il prodotto offerto non è conforme ai requisiti minimi;
 - la ditta Favero Health Projects Spa è esclusa dal lotto 2 in quanto il prodotto offerto non è conforme ai requisiti minimi;
 - le ditte vengono ammesse alla fase successiva di gara;
- pertanto, tramite la piattaforma telematica Sintel, è stato comunicato che l'apertura della busta telematica contenente l'offerta economica sarebbe avvenuta in seduta riservata, così come

stabilito nel Disciplinare di gara, in data 17/11/2023.

L'Autorità di gara procede all'apertura della busta contenente l'offerta economica delle ditte ammesse.

Lotto 1: Letti bilancia per pazienti adulti

CIG: 97248006D4

Pos.ne	Ditta	Offerta	P. Qualità	P. Prezzo	TOTALE
1 [^]	5.9 S.r.l. weighting system	€ 185.045,09	65,35	23,35	88,70
2 [^]	Gardhen Bilance Srl	€ 121.500,00	49,26	30	79,26
3 [^]	Favero Health Projects Spa	€ 185.436,00	54,80	23,28	78,08
Esclusa	Givas Srl				

Si precisa che tutte le offerte risultano inferiori all'importo a base d'asta (€ 221.850,00 I.V.A. esclusa).

Lotto 2: Letti bilancia per pazienti pediatrici

CIG: 9724807C99

Pos.ne	Ditta	Offerta	P. Qualità	P. Prezzo	TOTALE
1 [^]	Gardhen Bilance Srl	€ 53.200,00	50,8	30	80,80
Esclusa	Favero Health Projects Spa				

Si precisa che l'offerta risulta inferiore all'importo a base d'asta (€ 85.085,00 I.V.A. esclusa).

Lotto 3: Culle bilancia

CIG: 97248239CE

Pos.ne	Ditta	Offerta	P. Qualità	P. Prezzo	TOTALE
1 [^]	Favero Health Projects Spa	€ 73.617,60	60,20	30	90,20

Si precisa che l'offerta risulta inferiore all'importo a base d'asta (€ 82.875,00 I.V.A. esclusa).

Il verbale della seduta non tiene luogo di contratto anche se l'offerente rimane giuridicamente vincolato sin dal momento della presentazione dell'offerta, mentre la stessa non vincolerà la stazione appaltante fino a che non sarà aggiudicata definitivamente la gara a seguito idonee verifiche della completezza dell'offerta e stipulato idoneo contratto nelle forme previste dall'art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016.

Viene redatto il presente Verbale, composto da n. 3 (tre) facciate e n. 4 Allegati rappresentati da:

VERBALE NR 1

**DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE GARA PER LA FORNITURA DI LETTI
BILANCIA PER REPARTI VARI PER L'AZIENDA OSPEDALE-UNIVERSITÀ PADOVA
ID 22A093**

Il giorno 20/06/2023 alle ore 12:50 presso la sala riunioni della UOC Nefrologia si è riunita la Commissione Giudicatrice incaricata per la verifica e la valutazione della documentazione tecnica relativa alla procedura per l'affidamento della fornitura in oggetto, espletata ai sensi dell'Art. 60 del D. Lgs 50/2016, indetta con Deliberazione del Direttore Generale n. 534 del 17/03/2023.

La Commissione Giudicatrice, nominata con Deliberazione del Direttore Generale n. 1099 del 06/06/2023, è così composta:

Presidente:	Dott. Bruno Infanti	UOC Nefrologia
Componenti:	Dott. Biagio Maffione	UOC Nefrologia
	Dott.ssa Michela Griggio	UOC Nefrologia Pediatrica
	P.I. Roberto Bacchin	UOS Ingegneria Clinica
	P.I. Mauro Pagetta	UOC Servizi Tecnici e Patrinomiali

PREMESSO CHE:

- La procedura è composta da tre lotti;
- La fornitura in argomento sarà aggiudicata con il criterio indicato all'art. 95 del D.Lgs. 50/2016, ovvero a favore della ditta che risulterà aver proposto l'offerta economicamente più vantaggiosa, determinandola in base ai seguenti parametri:

- qualità	punteggio massimo punti 70
- prezzo	punteggio massimo punti 30

IL PRESIDENTE

- constata la presenza di tutti i componenti;
- rileva che entro i termini previsti hanno presentato offerta per la gara in oggetto le ditte:
 - 5.9 S.r.l. Care Weighting System;
 - Favero Health Projects Spa;
 - Gardhen Bilance S.r.l.;
 - Givas S.r.l.;

LA COMMISSIONE

stabilisce le modalità e i tempi dei lavori della Commissione:

- 1° step: verifica dei requisiti minimi delle apparecchiature offerte sulla base della documentazione tecnica presentata;
- 2° step: visione e prova delle apparecchiature;
- 3° step: attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri di valutazione stabiliti dal capitolato. I punteggi tecnici definitivi verranno attribuiti e condivisi dalla Commissione nell'ultima seduta dei lavori.

La commissione dispone di procedere alla verifica dei requisiti minimi. Viene stabilito che gli esiti della verifica verranno comunicati, discussi e condivisi con l'intera Commissione nella prossima seduta.

La Commissione termina i lavori alle 14:00

Viene redatto il presente verbale, composto da n. 2 fasciate:

Presidente: Dott. Bruno Infanti ORIGINALI FIRMATI AGLI ATTI

Componenti: Dott. Biagio Maffione ORIGINALI FIRMATI AGLI ATTI

Dott.ssa Michela Griggio ORIGINALI FIRMATI AGLI ATTI

P.I. Roberto Bacchin ORIGINALI FIRMATI AGLI ATTI

P.I. Mauro Pagetta ORIGINALI FIRMATI AGLI ATTI

Segretario verbalizzante: Dott.ssa Angela Scaggiante

VERBALE NR 2

**DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE GARA PER LA FORNITURA DILETTI
BILANCIA PER REPARTI VARIPER L'AZIENDA OSPEDALE-UNIVERSITÀ PADOVA
ID 22A093**

Il giorno 30/08/2023 alle ore 14:00 presso la sala riunioni della UOC Nefrologia si è riunita la Commissione Giudicatrice incaricata per la verifica e la valutazione della documentazione tecnica relativa alla procedura per l'affidamento della fornitura in oggetto, espletata ai sensi dell'Art. 60 del D. Lgs 50/2016, indetta con Deliberazione del Direttore Generale n. 534 del 17/03/2023.

La Commissione Giudicatrice, nominata con Deliberazione del Direttore Generale n. 1099 del 06/06/2023 e modificata con delibera n. 1382 del 24/07/2023, è così composta:

Presidente:	Dott. Bruno Infanti	UOC Nefrologia
Componenti:	Dott. Biagio Maffione	UOC Nefrologia
	Dott.ssa Carla Paganin	UOC Nefrologia Pediatrica
	P.I. Roberto Bacchin	UOS Ingegneria Clinica
	P.I. Mauro Pagetta	UOC Servizi Tecnici e Patrinomiali

PREMESSO CHE:

- La procedura è composta da tre lotti;
- La fornitura in argomento sarà aggiudicata con il criterio indicato all'art. 95 del D.Lgs. 50/2016, ovvero a favore della ditta che risulterà aver proposto l'offerta economicamente più vantaggiosa, determinandola in base ai seguenti parametri:

- qualità	punteggio massimo punti 70
- prezzo	punteggio massimo punti 30

IL PRESIDENTE

- constata la presenza di tutti i componenti;
- rileva che i lavori della seduta odierna riguardano l'attribuzione dei punteggi previsti per la qualità in riferimento ai criteri di valutazione come stabiliti nel Capitolato Speciale e sulla base degli esiti degli incontri avuti con le ditte.

LA COMMISSIONE

- procede, sulla base della documentazione tecnica pervenuta e dalle prove della campionatura, a completare la valutazione della presenza dei requisiti minimi richiesti dal Capitolato Speciale;
- dispone di rimandare a successiva seduta l'attribuzione dei punteggi previsti per la qualità in base ai criteri di valutazione indicati nel Capitolato Speciale.

La Commissione termina i lavori alle 15:00.

Viene redatto il presente verbale, composto da n. 2 fasciate:

Presidente: Dott. Bruno Infanti ORIGINALI FIRMATI AGLI ATTI

Componenti: Dott. Biagio Maffione ORIGINALI FIRMATI AGLI ATTI

Dott.ssa Michela Griggio ORIGINALI FIRMATI AGLI ATTI

P.I. Roberto Bacchin ORIGINALI FIRMATI AGLI ATTI

P.I. Mauro Pagetta ORIGINALI FIRMATI AGLI ATTI

Segretario verbalizzante: Dott.ssa Angela Scaggiante

VERBALE NR 3

**DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE GARA PER LA FORNITURA DI LETTI
BILANCIA PER REPARTI VARIPER L'AZIENDA OSPEDALE-UNIVERSITÀ PADOVA
ID 22A093**

Il giorno 08/09/2023 alle ore 14:00 presso la sala riunioni della UOC Nefrologia si è riunita la Commissione Giudicatrice incaricata per la verifica e la valutazione della documentazione tecnica relativa alla procedura per l'affidamento della fornitura in oggetto, espletata ai sensi dell'Art. 60 del D. Lgs 50/2016, indetta con Deliberazione del Direttore Generale n. 534 del 17/03/2023.

La Commissione Giudicatrice, nominata con Deliberazione del Direttore Generale n. 1099 del 06/06/2023 e modificata con delibera n. 1382 del 24/07/2023, è così composta:

Presidente:	Dott. Bruno Infanti	UOC Nefrologia
Componenti:	Dott. Biagio Maffione	UOC Nefrologia
	Dott.ssa Carla Paganin	UOC Nefrologia Pediatrica
	P.I. Roberto Bacchin	UOS Ingegneria Clinica
	P.I. Mauro Pagetta	UOC Servizi Tecnici e Patrinomiali

PREMESSO CHE:

- La procedura è composta da tre lotti;
- La fornitura in argomento sarà aggiudicata con il criterio indicato all'art. 95 del D.Lgs. 50/2016, ovvero a favore della ditta che risulterà aver proposto l'offerta economicamente più vantaggiosa, determinandola in base ai seguenti parametri:

- qualità	punteggio massimo punti 70
- prezzo	punteggio massimo punti 30

IL PRESIDENTE

- constata la presenza di tutti i componenti;
- rileva che i lavori della seduta odierna riguardano l'attribuzione dei punteggi previsti per la qualità in riferimento ai criteri di valutazione come stabiliti nel Capitolato Speciale e sulla base degli esiti degli incontri avuti con le ditte.

LA COMMISSIONE

- procede alla elaborazione delle motivazioni e dei punteggi;
- evidenzia la necessità di chiedere chiarimento alla ditta Favero Health Projects Spa in quanto nel prodotto offerto per il lotto 2 (letti pediatrici) per questioni di sicurezza non è presente la seduta terapeutica.
- evidenzia la necessità di chiedere alle ditte 5.9 srl care weighting system, Favero Health Projects Spa e Gardhen per il lotto 1 dove è indicato il carico lavoro sicuro dinamico.
- rinvia a successiva seduta la definizione delle valutazioni.

La Commissione termina i lavori alle 15:00

Viene redatto il presente verbale, composto da n. 2 fasciate:

Presidente: Dott. Bruno Infanti ORIGINALI FIRMATI AGLI ATTI

Componenti: Dott. Biagio Maffione ORIGINALI FIRMATI AGLI ATTI
Dott.ssa Michela Griggio ORIGINALI FIRMATI AGLI ATTI
P.I. Roberto Bacchin ORIGINALI FIRMATI AGLI ATTI
P.I. Mauro Pagetta ORIGINALI FIRMATI AGLI ATTI

Segretario verbalizzante: Dott.ssa Angela Scaggiante

VERBALE NR 4

**DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE GARA PER LA FORNITURA DI LETTI
BILANCIA PER REPARTI VARI PER L'AZIENDA OSPEDALE-UNIVERSITÀ PADOVA
ID 22A093**

Il giorno 26/10/2023 alle ore 10:30 presso la sala riunioni della UOC Nefrologia si è riunita la Commissione Giudicatrice incaricata per la verifica e la valutazione della documentazione tecnica relativa alla procedura per l'affidamento della fornitura in oggetto, espletata ai sensi dell'Art. 60 del D. Lgs 50/2016, indetta con Deliberazione del Direttore Generale n. 534 del 17/03/2023.

La Commissione Giudicatrice, nominata con Deliberazione del Direttore Generale n. 1099 del 06/06/2023 e modificata con delibera n. 1382 del 24/07/2023, è così composta:

Presidente:	Dott. Bruno Infanti	UOC Nefrologia
Componenti:	Dott. Biagio Maffione	UOC Nefrologia
	Dott.ssa Carla Paganin	UOC Nefrologia Pediatrica
	P.I. Roberto Bacchin	UOS Ingegneria Clinica
	P.I. Mauro Pagetta	UOC Servizi Tecnici e Patrinomiali

PREMESSO CHE:

- La procedura è composta da tre lotti;
- La fornitura in argomento sarà aggiudicata con il criterio indicato all'art. 95 del D.Lgs. 50/2016, ovvero a favore della ditta che risulterà aver proposto l'offerta economicamente più vantaggiosa, determinandola in base ai seguenti parametri:

- qualità	punteggio massimo punti 70
- prezzo	punteggio massimo punti 30

IL PRESIDENTE

- constata la presenza di tutti i componenti;
- rileva che i lavori della seduta odierna riguardano l'attribuzione dei punteggi previsti per la qualità in riferimento ai criteri di valutazione come stabiliti nel Capitolato Speciale e sulla base degli esiti degli incontri avuti con le ditte.

LA COMMISSIONE

- prende atto dell'esito della verifica dei requisiti minimi sulla base della documentazione tecnica e della visione delle apparecchiature offerte in gara;
- stabilisce l'esclusione della ditta Givas Srl dal Lotto 1 in quanto "**La testiera non è solidale con la movimentazione del piano rete**", requisito richiesto a pena di esclusione;
- stabilisce l'esclusione della ditta Favero Health Projects Spa dal lotto 2 in quanto "**la sezione femorale è movimentabile manualmente e non elettricamente. Inoltre, assente la possibilità di assunzione della posizione seduta terapeutica senza l'utilizzo di cuscini specifici.**", requisiti richiesti a pena di esclusione;
- rileva che la caratteristica tecnica di movimentazione elettrica dei letti offerti dalla ditta Favero Health Projects Spa lotto 3 è da intendersi come migliorativa rispetto a quanto richiesto da Capitolato;
- prende atto delle risposte ricevute dalle ditte per il lotto 1 che confermano la capacità carico di lavoro sicuro dinamico superiore a 200Kg;
- procede alla elaborazione delle motivazioni e dei punteggi, come da prospetto che viene allegato al presente Verbale e ne fa parte integrante e sostanziale.

La Commissione termina i lavori alle 11:30.

Viene redatto il presente verbale, composto da n. 2 fasciate:

Presidente:	Dott. Bruno Infanti	ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI
Componenti:	Dott. Biagio Maffione	ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI
	Dott.ssa Michela Griggio	ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI
	P.I. Roberto Bacchin	ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI
	P.I. Mauro Pagetta	ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI
Segretario verbalizzante:	Dott.ssa Angela Scaggiante	

Lotto 1: letti bilancia per pazienti adulti

Criterio	Valutazione	Punteg	5.9 srl care weighting system			FAVERO HEALTH PROJECTS SPA			Gardhen Bilance S.r.l			GIVAS S.R.L			
			Punteggio	Coeff.	Note	Punteggio	Coeff.	Note	Punteggio	Coeff.	Note	Punteggio	Coeff.	Note	
CARATTERISTICHE TECNICHE E FUNZIONALI:															
Caratteristiche del piano rete	Saranno valutate le caratteristiche tecniche e funzionali del piano rete. Apprezzamento crescente per la presenza di accorgimenti di adattabilità secondo le misure del paziente	D	5	5	1	Ottime le caratteristiche tecniche e funzionali del piano rete. Ottimo il sistema di allungamento del letto tramite leva, come verificato durante la visione del 04.08.2023	4	0,8	Molto buone le caratteristiche tecniche e funzionali del piano rete, presente il sistema di adattabilità ma necessario l'inserimento di una doga aggiuntiva, come verificato durante la visione del 01.08.2023	2	0,4	Discete le caratteristiche tecniche e funzionali del piano rete, presente il sistema di adattabilità ma non semplice l'allungamento del letto in quanto necessita di utensili, come verificato durante la visione del 04.08.2023.			ESCLUSA per piano rete non solidale con testiera, come verificato durante la visione del 01.08.2023
Batteria ausiliaria	Sarà oggetto di maggior apprezzamento una durata maggiore della batteria ausiliaria e il numero e tipologia di movimenti garantiti solo dalla batteria.	Q	5	3,35	55 ore		5	82 ore		1,46	24 ore				
Posizionamento paziente	Saranno valutate le caratteristiche tecniche e funzionali del letto nei posizionamenti possibili del paziente, in particolare saranno oggetto di maggiore apprezzamento le caratteristiche migliorative rispetto alle caratteristiche di minima richieste, in particolare la divisione in sezioni, funzioni attuate, seduta terapeutica, presenza di accorgimenti per il miglior comfort del paziente	D	13	13	1	Ottime le caratteristiche tecniche e funzionali del letto grazie alla presenza del "Sistema incentro" che riduce lo scivolamento del paziente, come verificato durante la visione del 04.08.2023.	7,8	0,6	Buone le caratteristiche nel complesso ma non raggiunge il massimo del confort a causa del possibile scivolamento del paziente verso i piedi, come verificato durante la visione del 01.08.2023,	7,8	0,6	Buone le caratteristiche nel complesso ma non raggiunge il massimo del confort a causa del possibile scivolamento del paziente verso i piedi, come verificato durante la visione del 01.08.2023,			
Sistemi di sicurezza	Saranno valutati i sistemi di sicurezza disponibili per la gestione delle manovre di emergenza, in particolare saranno oggetto di maggiore apprezzamento le soluzioni di facile utilizzo e rapido accesso	D	5	2	0,4	Discreti sistemi di sicurezza in relazione alle leve CPR in quanto poco identificabili, come verificato durante la visione del 04.08.2023	3	0,6	Buoni sistemi di sicurezza in relazione alla leva CPR in quanto poco visibile, come verificato durante la visione del 01.08.2023	5	1	Ottimi sistemi di sicurezza in relazione alle leve CPR, facilmente identificabili e raggiungibili. Ottima la presenza di un tasto da premere per la posizione di emergenza, come verificato durante la visione del 04.08.2023			
Peso, dimensioni, ergonomia	Saranno oggetto di maggior apprezzamento il minore peso, le dimensioni più contenute. Apprezzamento crescente in particolare in funzione dell'aumentare dell'ergonomia, stabilità e manovrabilità per spinta e traino.	D	10	10	1	Ottima la facilità di spostamento del letto essendo di peso contenuto, come verificato durante la visione del 04.08.202	10	1	Ottima la facilità di spostamento del letto essendo di peso contenuto, come verificato durante la visione del 01.08.2023	6	0,6	Riscontrato peso letto elevato, buona stabilità per presenza di ruota centrale e buona manovrabilità, come verificato durante la visione del 04.08.2023	0		
Display	Saranno valutate le caratteristiche tecniche e funzionali del display. Apprezzamento crescente in particolare in funzione dell'aumentare delle dimensioni del display, alla possibilità di orientamento e accorgimenti adottati per una migliore leggibilità da parte degli operatori	D	5	5	1	Ottime caratteristiche tecniche e funzionali del display, possibilità di ingrandire le cifre del peso permettendo una migliore leggibilità da parte degli operatori. Ottima posizione dell'asta porta display e possibilità di orientamento, come verificato durante la visione del 04.08.2023	2	0,4	Discrete le caratteristiche tecniche e funzionali del display, molto buona la leggibilità del display, limitata possibilità di orientamento dell'asta, che intralcia in caso di emergenza, come verificato durante la visione del 01.08.2023	4	0,8	Ottime caratteristiche tecniche e funzionali del display, ottima leggibilità da parte degli operatori ma limitata possibilità di orientamento dell'asta, che intralcia in caso di emergenza, come verificato durante la visione del 04.08.2023	0		
Portata	Carico di lavoro sicuro superiore ai 200 Kg dinamico	T		5		Superiore ai 200kg	5	Superiore ai 200kg	5		Superiore ai 200kg				
	SI		5												
	NO		0												

Lotto 1: letti bilancia per pazienti adulti

Criterio	Valutazione	Punteg	5.9 srl care weighting system			FAVERO HEALTH PROJECTS SPA			Gardhen Bilance S.r.l			GIVAS S.R.L		
			Punteggio	Coeff.	Note	Punteggio	Coeff.	Note	Punteggio	Coeff.	Note	Punteggio	Coeff.	Note
CARATTERISTICHE TECNICHE E FUNZIONALI:														
SISTEMA DI PESATURA	Saranno valutate le caratteristiche tecniche e funzionali del sistema di pesatura, in particolare apprezzamento crescente per una maggiore divisione sul peso, sulle funzioni di calcolo/azzeramento della tara, allarmi, presenza di tara automatica	D	5	5		3	0,6	Buono il sistema di pesatura a 4 celle ma mancano delle funzioni per una più completa gestione del peso in quanto assenti funzioni di monitoraggio del peso durante il trattamento dialitico. Buona divisione del peso, si rileva una divisione di 100g da 150Kg a 300Kg. La commissione ritiene tale caratteristica equivalente alla caratteristica tecnica richiesta in quanto, nei pazienti di peso superiore a 150Kg, la tolleranza è accettabile. Presenza di tara sia automatica che manuale; Allarmi visivi per variazione peso; Allarme batteria letto e bilancia.	4	0,8	Discreto sistema di pesatura con solo 2 celle, Ottima divisione del peso; Presenza di tara sia automatica che manuale; Allarmi sonori e visivi per variazione peso paziente e discesa dal letto non autorizzata; allarme batteria;	0		
	Sarà valutata la durata della batteria tampone, se superiore a 5 ore	T		2		2		Superiore a 5 ore	2		Superiore a 5 ore			
	SI		2											
	NO		0											
PULIZIA	Saranno valutati gli accorgimenti costruttivi finalizzati all'attività di pulizia e disinfezione	D	3	3	1	3	1	Ottimo sistema costruttivo con sponde removibili	0		Assenti accorgimenti costruttivi finalizzati all'attività di pulizia e disinfezione, non facile la rimozione delle sponde,	0		
MATERASSO	Saranno valutate le caratteristiche tecniche del materasso offerto, in particolare apprezzamento crescente per gli accorgimenti per il comfort del paziente	D	2	2	1	2	1	Ottimo il confort materasso proposto	2	1	Ottimo il confort materasso proposto	0		
ACCESSORI	Saranno valutate le caratteristiche degli accessori di base richiesti e la disponibilità di ulteriori accessori	D	2	2	1	2	1	Completa la gamma degli accessori proposti	2	1	Completa la gamma degli accessori proposti	0		
CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE														
Software ciclo dialisi	Sarà valutata la presenza di software di gestione del ciclo dialisi	T		2		0		SW non adeguato alla gestione del ciclo dialisi, verificato durante la visione.	2		Presenza di SW per la gestione complessa del peso			
	SI		2											
	NO		0											
ASSISTENZA TECNICA	Verrà posta particolare attenzione all'organizzazione tecnica messa a servizio, ai tempi di intervento, al tempo di attività ininterrotta garantito con apparecchiatura correttamente funzionante e alla relativa modalità (i.e. tempi di up-time garantito), disponibilità di affiancamento con personale qualificato, ed in generale alle eventuali proposte migliorative.	D	3	3	1	3	1	Ottima assistenza tecnica	3	1	Ottima assistenza tecnica	0		
	Garanzia full risk superiore ai 24 mesi comprensiva di taratura:	T		3		3		Superiore ai 24 mesi	3		Superiore ai 24 mesi			
	SI		3											
	NO		0											
TOTALE			70		65,35			54,8			49,26			0

Lotto 2: letti bilancia per pazienti pediatrici

Criterio	Valutazione	Punteggio	FAVERO HEALTH PROJECTS SPA			Gardhen Bilance S.r.l			
			Puntegg	Coeff.	Note	Puntegg	Coeff.	Note	
CARATTERISTICHE TECNICHE E FUNZIONALI:									
Caratteristiche del piano rete	Saranno valutate le caratteristiche tecniche e funzionali del piano rete. Apprezzamento crescente per la presenza di accorgimenti di adattabilità secondo le misure del paziente	D	5	ESCLUSA la sezione femorale è movimentabile manualmente e non elettricamente. Inoltre, assente la possibilità di assunzione della posizione seduta terapeutica senza l'utilizzo di cuscini specifici.			2	0,4	Discete le caratteristiche tecniche e funzionali del piano rete, presente il sistema di adattabilità ma non semplice l'allungamento del letto in quanto necessita di utensili, come verificato durante la visione del 04.08.2023.
Batteria ausiliaria	Sarà oggetto di maggior apprezzamento una durata maggiore della batteria ausiliaria e il numero e tipologia di movimenti garantiti solo dalla batteria.	Q	5				5		
Posizionamento paziente	Saranno valutate le caratteristiche tecniche e funzionali del letto nei posizionamenti possibili del paziente, in particolare saranno oggetto di maggiore apprezzamento le caratteristiche migliorative rispetto alle caratteristiche di minima richieste, in particolare la divisioni in sezioni, funzioni attuate, seduta terapeutica, presenza di accorgimenti per il miglior comfort del paziente	D	16				9,6	0,6	Buone le caratteristiche nel complesso ma non raggiunge il massimo del confort a causa del possibile scivolamento del paziente verso i piedi, come verificato durante la visione del 01.08.2023,
Sistemi di sicurezza	Saranno valutati i sistemi di sicurezza disponibili per la gestione delle manovre di emergenza, in particolare saranno oggetto di maggiore apprezzamento le soluzioni di facile utilizzo e rapido accesso	D	5				4	0,8	Molto buona la posizione delle leve per CPR, di facile utilizzo e rapido accesso.
Peso, dimensioni, ergonomia	Saranno oggetto di maggior apprezzamento il minore peso, le dimensioni più contenute. Apprezzamento crescente in particolare in funzione dell'aumentare dell'ergonomia, stabilità e manovrabilità per spinta e traino.	D	10				8	0,8	Riscontrato peso letto elevato, buona stabilità e buona manovrabilità, come verificato durante la visione del 04.08.2023.
Display	Saranno valutate le caratteristiche tecniche e funzionali del display. Apprezzamento crescente in particolare in funzione dell'aumentare delle dimensioni del display, alla possibilità di orientamento e accorgimenti adottati per una migliore leggibilità da parte degli operatori	D	5				4	0,8	Ottima la dimensione del display ma la sua posizione intralcia l'operatore in caso di emergenza
SISTEMA DI PESATURA	Saranno valutate le caratteristiche tecniche e funzionali del sistema di pesatura, in particolare apprezzamento crescente per una maggiore divisione sul peso, sulle funzioni di calcolo/azzeramento della tara, allarmi, presenza di tara automatica	D	7				4,2	0,6	Discreto sistema di pesatura verificato da prova pratica Presenza di tara sia automatica che manuale, possibile impostare allarmi sonori e visivi per variazione peso paziente e discesa dal letto non autorizzata, allarme batteria,
	Sarà valutata la durata della batteria tampone, se superiore a 5 ore	T					2		Superiore a 5 ore
PULIZIA	Saranno valutati gli accorgimenti costruttivi finalizzati all'attività di pulizia e disinfezione	D	3	0		Assenti accorgimenti costruttivi finalizzati all'attività di pulizia e disinfezione, non facile la rimozione delle sponde			
	Saranno valutate le caratteristiche tecniche del materasso offerto, in particolare apprezzamento crescente per gli accorgimenti per il comfort del paziente	D	2	2		Ottimo confort del materasso			
	Saranno valutate le caratteristiche degli accessori di base richiesti e la disponibilità di ulteriori accessori	D	2	2		Ottima la dotazione degli accessori			
CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE									
Software ciclo dialisi	Sarà valutata la presenza di software di gestione del ciclo dialisi	T		2		SW presente			
	SI		2						
	NO		0						

Lotto 2: letti bilancia per pazienti pediatrici

Criterio	Valutazione	Punteggio	FAVERO HEALTH PROJECTS SPA			Gardhen Bilance S.r.l		
			Puntegg	Coef.	Note	Puntegg	Coef.	Note
CARATTERISTICHE TECNICHE E FUNZIONALI:								
ASSISTENZA TECNICA	Verrà posta particolare attenzione all'organizzazione tecnica messa a servizio, ai tempi di intervento, al tempo di attività ininterrotta garantito con apparecchiatura correttamente funzionante e alla relativa modalità (i.e. tempi di up-time garantito), disponibilità di affiancamento con personale qualificato, ed in generale alle eventuali proposte migliorative.	D	3					Ottima assistenza tecnica
	Garanzia full risk superiore ai 24 mesi comprensiva di taratura:	T						
	SI		3			3		Superiore ai 24 mesi
	NO		0					
TOTALE			70					50,8

Lotto 3: culle bilancia

Criterio	Valutazione	Punteggio	FAVERO HEALTH PROJECTS SPA			
			Punteggio	Coeff.	Note	
CARATTERISTICHE TECNICHE E FUNZIONALI:						
Caratteristiche del piano rete	Saranno valutate le caratteristiche tecniche e funzionali del piano rete. Apprezzamento crescente per la presenza di accorgimenti di adattabilità secondo le misure del paziente	D	5	5	1	Ottimo le caratteristiche tecniche e funzionali del piano rete, ottimo il sistema di adattabilità
Batteria ausiliaria	Sarà oggetto di maggior apprezzamento una durata maggiore della batteria ausiliaria e il numero e tipologia di movimenti garantiti solo dalla batteria.	Q	5	5	1	
Posizionamento paziente	Saranno valutate le caratteristiche tecniche e funzionali del letto nei posizionamenti possibili del paziente, in particolare saranno oggetto di maggiore apprezzamento le caratteristiche migliorative rispetto alle caratteristiche di minima richieste, in particolare la divisioni in sezioni, funzioni attuate, seduta terapeutica, presenza di accorgimenti per il miglior comfort del paziente	D	16	16	1	Ottimo il sistema a sezioni e le funzioni di movimento
Sistemi di sicurezza	Saranno valutati i sistemi di sicurezza disponibili per la gestione delle manovre di emergenza, in particolare saranno oggetto di maggiore apprezzamento le soluzioni di facile utilizzo e rapido accesso	D	5	2	0,4	Discreti sistemi di sicurezza in quanto le sponde laterali non hanno un'altezza adeguata per i pazienti(lattanti coscienti).
Peso, dimensioni, ergonomia	Saranno oggetto di maggior apprezzamento il minore peso, le dimensioni più contenute. Apprezzamento crescente in particolare in funzione dell'aumentare dell'ergonomia, stabilità e manovrabilità per spinta e traino.	D	10	10	1	Ottima la manovrabilità della culla
Display	Saranno valutate le caratteristiche tecniche e funzionali del display. Apprezzamento crescente in particolare in funzione dell'aumentare delle dimensioni del display, alla possibilità di orientamento e accorgimenti adottati per una migliore leggibilità da parte degli operatori	D	5	3	0,6	Buona la grandezza del display e la posizione dell'asta.
SISTEMA DI PESATURA	Saranno valutate le caratteristiche tecniche e funzionali del sistema di pesatura, in particolare apprezzamento crescente per una maggiore divisione sul peso, sulle funzioni di calcolo/azzeramento della tara, allarmi, presenza di tara automatica	D	7	4,2	0,6	Buono il sistema di pesatura a 4 celle ma mancano delle funzioni per una più completa gestione del peso in quanto assenti funzioni di monitoraggio del peso durante il trattamento dialitico. Presenza di tara sia automatica che manuale; Allarmi visivi per variazione peso; Allarme batteria
	Sarà valutata la durata della batteria tampone, se superiore a 5 ore	T		2		Superiore a 5 ore
	SI		2			
	NO		0			
PULIZIA	Saranno valutati gli accorgimenti costruttivi finalizzati all'attività di pulizia e disinfezione	D	3	3	1	Ottimi gli accorgimenti per una semplice pulizia e disinfezione
	Saranno valutate le caratteristiche tecniche del materasso offerto, in particolare apprezzamento crescente per gli accorgimenti per il comfort del paziente	D	2	2	1	Ottimo confort del materasso offerto
	Saranno valutate le caratteristiche degli accessori di base richiesti e la disponibilità di ulteriori accessori	D	2	2	1	completa la gamma degli accessori disponibili
CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE						
Software ciclo dialisi	Sarà valutata la presenza di software di gestione del ciclo dialisi	T		0		Assente software di gestione del ciclo dialisi.
	SI		2			
	NO		0			
ASSISTENZA TECNICA	Verrà posta particolare attenzione all'organizzazione tecnica messa a servizio, ai tempi di intervento, al tempo di attività ininterrotta garantito con apparecchiatura correttamente funzionante e alla relativa modalità (i.e. tempi di up-time garantito), disponibilità di affiancamento con personale qualificato, ed in generale alle eventuali proposte migliorative.	D	3	3	1	Ottima assistenza tecnica
	Garanzia full risk superiore ai 24 mesi comprensiva di taratura:	T		3		Superiore ai 24 mesi
	SI		3			
	NO		0			
TOTALE			70			60,2

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione e' stata pubblicata in copia all'Albo di questa Azienda Ospedaliera di Padova per 15 giorni consecutivi dal

Il Direttore
UOC AFFARI GENERALI
(Avv.Maria Grazia Cali)

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione e' divenuta esecutiva il 5/12/2023

Il Direttore
UOC AFFARI GENERALI
(Avv.Maria Grazia Cali)

Copia composta di n°22 fogli (incluso il presente) della delibera n. 2150 del 5/12/2023 firmata digitalmente dal Direttore Generale e conservata secondo la normativa vigente presso Infocert S.p.a.

Padova, li

Il Direttore
UOC AFFARI GENERALI
(Avv.Maria Grazia Cali)
