

U.O.C. PROVVEDITORATO, ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA

DITTE VARIE

Oggetto: ID 20P139-2 – FORNITURA DI: “DISPOSITIVI E ACCESSORI PER DRENAGGIO – LOTTI DESERTI”: lettera chiarimenti 1.

In riferimento alla procedura in oggetto si comunicano i seguenti chiarimenti in risposta alle richieste di chiarimento pervenute:

Nr. progr. quesiti	QUESITI	RISPOSTE
1	Lotto 3 – misura ago chiediamo quale diametro deve avere l'ago del set di cui fate richiesta alla voce 1 del lotto in oggetto	il calibro dell'ago di verres può essere compreso tra i 14-18 gauge.
2	la presente per chiedere se sia possibile effettuare l'aggiudicazione a singolo riferimento	Si conferma quanto indicato nei documenti di gara. L'aggiudicazione verrà effettuata per singolo lotto.
3	Lotto 4 – chiediamo se può essere valutato anche l'ago di Verres con punta coperta, provvisto di mandrino di sicurezza smusso con innesto a molla, il calibro è di 14 Gauge e la lunghezza di 120 mm. Lotto 5 – chiediamo se possono essere valutati i dispositivi confezionati in busta singola, nelle misure richieste di 5 e 7 Fr.	- Lotto 4 si conferma quanto indicato in capitolato. - Lotto 5 si conferma la possibilità di presentare il dispositivo in busta singola sterile a condizione che venga garantita la sterilità del prodotto.
4	con la presente siamo a chiedere il seguente chiarimento in riferimento al Lotto 5: chiediamo se possano essere valutati i Frazier presenti a nostro catalogo confezionati tutti in busta singola, nelle misure richieste di 5 e 7 Fr. Segnaliamo, inoltre, che disponiamo di ulteriori misure a catalogo per le quali vi chiediamo se siano di Vs. interesse e possano essere offerte: 3 Fr, 8 Fr, 10 Fr, 12 Fr, 18 Fr. Sempre con confezionamento in busta singola.	- Lotto 5 si comunica che le misure richieste sono da 6 a 12 Fr. Per il confezionamento del medesimo lotto si veda risposta a chiarimento 3.
5	Dimezzamento cauzione: Si chiede se il possesso della certificazione ISO 13485:2016, riferita alla produzione e	Si conferma che il possesso della certificazione ISO 13485:2016 integra e specifica la certificazione ISO 9001

	<p>distribuzione di Dispositivi medici, oggetto specifico dell'appalto, consenta di avvalersi della riduzione prevista dall'art. 93 comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 (50%).</p> <p>A sostegno della tesi favorevole, depongono le seguenti considerazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La certificazione ISO 13485:2016 integra e specifica la certificazione ISO 9001 in relazione all'ambito dei Dispositivi Medici; • La certificazione di qualità deve essere riferita all'oggetto specifico dell'appalto (tra le tante: T.A.R. Lazio, Roma, 21 marzo 2012, n. 2716), nel caso coincidente giova ribadire, proprio con i dispositivi medici. <p>Si precisa sin d'ora che, conformemente a quanto previsto dall'art. 93 comma 7 del D.lgs. 50/2016, la scrivente, in virtù del possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001, si avvarrà in ogni caso della riduzione del 20% dell'importo della cauzione provvisoria, da cumulare con la riduzione del 50% da Voi eventualmente accordata.</p>	<p>permettendo al concorrente di beneficiare della riduzione prevista dall'art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016.</p>
6	<p>VISTO CHE RICHIEDETE UN ROTOLO DA 30 O 50 METRI E IL PREZZO POTREBBE ESSERE NOTEVOLMENTE DIVERSO IN BASE ALLA LUNGHEZZA DELLO STESSO, E AL FINE DI FORMULARE UN'OFFERTA PIU' PRECISA, SONO A CHIEDERE CHE LA BASE D'ASTA DEL LOTTO 6 - TUBO IN PVC VENGA ESPRESSA IN METRI.</p>	<p>Si comunica che per <u>il lotto 6 si procede a modificare l'unità di misura del fabbisogno da bobina a metro.</u></p> <p>Si procede pertanto alla pubblicazione dei <u>nuovi documenti che annullano e sostituiscono i precedenti.</u> Inoltre si procede a prorogare la data di scadenza per il termine della presentazione delle offerte.</p>
7	<p>è possibile prorogare di 10 giorni la scadenza per la presentazione delle offerte?</p>	<p>Si comunica che viene accolta la richiesta di proroga dei termini di scadenza. <u>Il nuovo termine di scadenza risulta fissato per il giorno 16/06/2023 ore 12:00.</u></p>
8	<p>siamo a richiedere assicurazione scritta che, in caso di aggiudicazione, le forniture derivanti dalla presente procedura non verranno sottoposte al meccanismo del payback sui dispositivi medici</p>	<p>Non pertinente alla procedura di gara.</p>

Chiarimenti aggiornati al 29/05/2023. Si precisa che i termini per le richieste di chiarimento sono scaduti.

Allegati:

- Allegato 1 elenco lotti
- Allegato D – schema offerta senza prezzi
- Allegato E – Modello offerta economica

Distinti saluti

Il Direttore della
U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica
Dott.ssa Maria Elena Serafin