AZIENDA OSPEDALE UNIVERSITÀ PADOVA

Regione del Veneto

AZIENDA OSPEDALE-UNIVERSITÀ PADOVA

Via Giustiniani, 1 – 35128 PADOVA – Tel.+ 39 049 8211111

Cod.Fisc./P.IVA 00349040287 – www.aopd.veneto.it– P.E.C.: protocollo.aopd@pecveneto.it

U.O.C. PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA

Padova,

Oggetto: ID GARA 21A044_5 - Fornitura di "Ecografi" per la U.O.S.D. Procreazione Medicalmente Assistita dell'Azienda Ospedale-Università Padova.

RICHIESTE DI CHIARIMENTI PERVENUTE + RISPOSTE

1	Relativamente al Lotto 1 - ecografo per uso ostetrico-ginecologico di TOP DI GAMMA - nell'ambito delle "caratteristiche generali": "Possibilità di disporre di software per la gestione dei principali parametri volumetrici off-line su PC" chiediamo di specificare cosa si intende per "parametri volumetrici".	Il software deve essere in grado di ottimizzare, manipolare e analizzare i dati ecografici del volume offline e con funzioni come, a titolo esemplificativo, gain, zoom, analisi multiplanare, render, VCI, TUI, analisi volumetrica, misurazioni, ecc.
2	Relativamente al Lotto 2 - ecografo per uso ostetrico-ginecologico di fascia medio-alta nell'ambito del "corredo sonde": chiediamo di specificare il range di frequenza, che tipo di esami ecografici deve effettuare e la dimensione dell'Array della sonda lineare 2D richiesta"	Gli esami ecografici che possono verranno effettuati sono: - ecografie scrotali - ecografie capo e collo - ecografie mammella Il range di frequenza deve essere compreso indicativamente tra 4 e 13 MHz, e la dimensione dell'Array deve essere compresa indicativamente tra 37 e 50 mm
3	Con riferimento alla procedura in oggetto siamo a chiedere conferma di quante e quali sonde siano da	Si conferma la necessità di n.1 sonda lineare secondo

	presentare a corredo delle apparecchiature richieste in quanto nel capitolato speciale con riferimento al lotto 2 a pagina 6 ultima riga è richiesta una sonda lineare 2D senza specifiche di range mentre nella pagina successiva (DOTAZIONE DI BASE) non è menzionata alcuna sonda lineare	le specifiche riportate alla richiesta di chiarimenti n.2
4		
5		

Aggiornato al 4.1.2022

Il Dirigente della
U.O.S. Gare e Contratti
Ing. Francesca Menotto

Responsabile del Procedimento: Sostituto Responsabile Ing. Francesca Menotto
Referente della Pratica: Rag. Fabio Moro
Tel.049/8212814 - e-mail aopd.investimenti@aopd.veneto.it
Viale della Navigazione Interna, n. 38 – 35129 - Padova