

ELENCO FRIGORIFERI E CONGELATORI IN TELEASSISTENZA

	Sonda	Etichetta frigo	Stabile	Reparto 1	Sottoreparto 2	Modem di gruppo	Utenza	Data logger	Inventario	T min	T max	Marca e mod.
1	1	UT 15 +4 °C	Cardiochirurgia	rianimazione tipo - piano terra		70.A7.32.97	UT 15 +4 °C	40.A6.03.30		2	8	
2	1	UT 16 +4 °C	Cardiochirurgia	rianimazione tipo - piano terra		70.A7.32.97	UT 16 +4 °C	40.A6.91.81		2	8	
3	1	UT 17 +4 °C	Cardiochirurgia	rianimazione tipo - piano terra		70.A7.32.97	UT 17 +4 °C	40.B0.57.30		2	8	
4	1	UT 14 +4 °C	Cardiochirurgia	Sala operatoria 1° P		70.A7.32.97	UT 14 +4 °C	40.A7.54.54		2	9	
5	1	UT 9 +4 °C	Cardiochirurgia	Sala operatoria 1° P		70.A7.32.97	UT 9 +4 °C	40.A7.54.60		2	8	
6	1	UT 11 +4 °C	Cardiochirurgia	Sala operatoria 1° P		70.A7.32.97	UT 11 +4 °C	40.A7.55.32		2	8	
7	1	UT 10 +4 °C	Cardiochirurgia	Sala operatoria 1° P		70.A7.32.97	UT 10 +4 °C	40.B1.27.70				
8	1	UT 13 +4 °C	Cardiochirurgia	Sala operatoria 1° P		70.A7.32.97	UT 13 +4 °C	40.B1.27.92				
9	1	UT 12 +4 °C	Cardiochirurgia	Sala operatoria 1° P		70.A7.32.97	UT 12 +4 °C	40.D0.91.64				
10	1	UT103 + 4 °C	CLINICA OSTETRICA	PATOLOGIA NEONATALE 1° PIANO			UT103 + 4 °C	40.A6.94.33				
11	1	UT101 -20 °C	CLINICA OSTETRICA	PATOLOGIA NEONATALE 1° PIANO			UT101 -20 °C	40.A6.94.34		-30	-12	
12	1	UT102 +4 °C	CLINICA OSTETRICA	PATOLOGIA NEONATALE 1° PIANO			UT102 +4 °C	40.A6.94.39		1	9	
13	2	UT3 -20°C	CLINICA OSTETRICA	Procreazione assistita			UT3 -20°C	40.A3.56.47	inv.880254	-30	-12	
14		UT3 +4°C	CLINICA OSTETRICA	Procreazione assistita			UT3 +4°C	40.A3.56.47	inv.880254	1	10	
15	1	UT1 -20 °C	CLINICA OSTETRICA	Procreazione assistita			UT 1 cong. -20 °C	40.A8.20.70		-40	-20	
16	1	UT2 +4 °C	CLINICA OSTETRICA	Procreazione assistita			UT 1 frigo +4 °C	40.B1.10.64				
17	2	NEF00743 CG -20°C	Clinica pediatrica	Clinica pediatrica P-1	Seminterrato	70.D0.18.19	NEF00743 CG -20°C	40.A5.53.12	inv. 000743	-30	-10	
18		NEF00743 FR+4°C	Clinica pediatrica	Clinica pediatrica P-1	Seminterrato	70.D0.18.19	NEF00743 FR+4°C	40.A5.53.12	inv. 000743	2	8	
19	1	UT Pneumo 001	Clinica pediatrica	Clinica pediatrica P-1	Seminterrato	70.D0.18.40 Ric. CL. Pediatrica P-1	Pneumo 001 - 80°C	40.A5.53.28		-80	-50	
20	1	UT NEF-002649	Clinica pediatrica	Clinica pediatrica P-1	Seminterrato	70.D0.18.40 Ric. CL. Pediatrica P-1	NEF-002649-CG-80°C	40.A6.03.20		-90	-60	
21	2	UT 401	Clinica pediatrica	Clinica pediatrica P-1	Seminterrato	70.D0.18.19	UT 401 -20 °C laboratorio	40.A6.25.81		-30	-10	
22		UT 401	Clinica pediatrica	Clinica pediatrica P-1	Seminterrato	70.D0.18.19	UT 401 +4 °C laboratorio	40.A6.25.81		2	8	
23	2	UT Pneumo 002	Clinica pediatrica	Clinica pediatrica P-1	Seminterrato	70.D0.18.40 Ric. CL. Pediatrica P-1	Pneumo 002 - 20°C	40.B0.90.28				
24		UT Pneumo 002	Clinica pediatrica	Clinica pediatrica P-1	Seminterrato	70.D0.18.40 Ric. CL. Pediatrica P-1	Pneumo 002 +4°C	40.B0.90.28				
25	2	UT 402	Clinica pediatrica	Clinica pediatrica P-1	Smistamento	70.D0.18.19	UT 402 -20 °C laboratorio	40.A5.53.38		-30	-10	
26		UT 402	Clinica pediatrica	Clinica pediatrica P-1	Smistamento	70.D0.18.19	UT 402 +4 °C laboratorio	40.A5.53.38		2	8	
27	2	UT Frigo 2	Clinica pediatrica	Day-Hospital 4° piano			Frigo 2	40.A5.53.22		1	9	
28		UT Frigo 3	Clinica pediatrica	Day-Hospital 4° piano			Frigo 3	40.A5.53.22		1	9	
29	1	UT Frigo 1	Clinica pediatrica	Day-Hospital 4° piano			Frigo 1	40.A6.02.49		2	8	
30	1	UT 02	Clinica pediatrica	Nefrologia		70.D0.18.19	UT 02 Amb. Nefro	40.B1.13.94				
31	1	UT.113 +4°C ONCO	Clinica pediatrica	ONCOEMATOLOGIA PEDIATRICA	Oncoematologia primo piano	70.A5.86.47	UT.113 +4°C ONCO	40.A3.56.15		1	8	
32	2	UT.132 -20°C ONCO	Clinica pediatrica	ONCOEMATOLOGIA PEDIATRICA	Oncoematologia primo piano	70.A5.86.47	UT.132 -20°C ONCO	40.A4.96.98	919861	-30	-10	
33	2	UT.121 +4°C ONCO	Clinica pediatrica	ONCOEMATOLOGIA PEDIATRICA	Oncoematologia primo piano	70.A5.86.47	UT.121 +4°C ONCO	40.A5.08.00	foto inv.828882	0,5	8	

ELENCO FRIGORIFERI E CONGELATORI IN TELEASSISTENZA

	Sonda	Etichetta frigo	Stabile	Reparto 1	Sottoreparto 2	Modem di gruppo	Utenza	Data logger	Inventario	T min	T max	Marca e mod.
34	1	UT.101 +4°C ONCO	Clinica pediatrica	ONCOEMATOL OGIA PEDIATRICA	Oncoematologia primo piano	70.A5.86.47	UT.101 -80°C ONCO	40.A5.08.03	foto inv.863906	-90	-60	
35	2	UT.103 -20°C ONCO	Clinica pediatrica	ONCOEMATOL OGIA PEDIATRICA	Oncoematologia primo piano	70.A5.86.47	UT.103 -20°C ONCO	40.A5.08.10	foto inv.863961	-30	-12	
36	2	UT.128 +4°C ONCO	Clinica pediatrica	ONCOEMATOL OGIA PEDIATRICA	Oncoematologia primo piano	70.A5.86.47	UT.128 +4°C ONCO	40.A5.08.26	foto inv.SIC.0807	1	9	
37	2	UT.107 -20°C ONCO	Clinica pediatrica	ONCOEMATOL OGIA PEDIATRICA	Oncoematologia primo piano	70.A5.86.47	UT.107 -20°C ONCO	40.A5.53.09		-30	-12	
38	2	UT.105 +4°C ONCO	Clinica pediatrica	ONCOEMATOL OGIA PEDIATRICA	Oncoematologia primo piano	70.A5.86.47	UT.105 +4°C ONCO	40.A5.53.35		2	8	
39	2	UT.120 +4°C ONCO	Clinica pediatrica	ONCOEMATOL OGIA PEDIATRICA	Oncoematologia primo piano	70.A5.86.47	UT.120 +4°C ONCO	40.A5.53.36	foto inv.828485	1,5	8	
40	2	UT007	Clinica pediatrica	ONCOEMATOL OGIA PEDIATRICA	Oncoematologia primo piano	70.A5.86.47	UT.007 -80°C ONCO	40.A5.53.46	878205	-90	-60	
41	2	UT.119 +4°C ONCO	Clinica pediatrica	ONCOEMATOL OGIA PEDIATRICA	Oncoematologia primo piano	70.A5.86.47	UT.119 +4°C ONCO	40.A5.63.09	foto inv.895084	1	8	
42	2	UT.118 +4°C ONCO	Clinica pediatrica	ONCOEMATOL OGIA PEDIATRICA	Oncoematologia primo piano	70.A5.86.47	UT.118 +4°C ONCO	40.A5.63.16	foto inv.828880	1	9	
43	2	UT.115 +4°C ONCO	Clinica pediatrica	ONCOEMATOL OGIA PEDIATRICA	Oncoematologia primo piano	70.A5.86.47	UT.115 +4°C ONCO	40.A5.63.26	foto inv.828881	2	8	
44	2	UT.109 +4°C ONCO	Clinica pediatrica	ONCOEMATOL OGIA PEDIATRICA	Oncoematologia primo piano	70.A5.86.47	UT.109 +4°C ONCO	40.A5.63.53	foto inv.888272	2	8	
45	1	UT.127 +4°C ONCO	Clinica pediatrica	ONCOEMATOL OGIA PEDIATRICA	Oncoematologia primo piano	70.A5.86.47	UT.127 +4°C ONCO	40.A5.74.36		2	8	
46	2	UT.114 +4°C ONCO	Clinica pediatrica	ONCOEMATOL OGIA PEDIATRICA	Oncoematologia primo piano	70.A5.86.47	UT.114 +4°C ONCO	40.A5.74.38	foto inv.828483	1	8	
47	1	UT131	Clinica pediatrica	ONCOEMATOL OGIA PEDIATRICA	Oncoematologia primo piano	70.A5.86.47	UT.131 -80°C ONCO primo piano	40.A5.74.39		-90	-60	
48	2	UT.116 +4°C ONCO	Clinica pediatrica	ONCOEMATOL OGIA PEDIATRICA	Oncoematologia primo piano	70.A5.86.47	UT.116 +4°C ONCO	40.A5.74.50	foto inv.828487	2	8	
49	2	UT.122 +4°C ONCO	Clinica pediatrica	ONCOEMATOL OGIA PEDIATRICA	Oncoematologia primo piano	70.A5.86.47	UT.122 +4°C ONCO	40.A5.74.54		2	8	
50	2	UT.126 +4°C ONCO	Clinica pediatrica	ONCOEMATOL OGIA PEDIATRICA	Oncoematologia primo piano	70.A5.86.47	UT.126 +4°C ONCO	40.A6.76.28	foto inv.8587185	2	8	
51	2	UT.108 -20°C	Clinica pediatrica	ONCOEMATOL OGIA PEDIATRICA	Oncoematologia primo piano	70.A5.86.47	UT.108 -20°C	40.A8.19.51		-30	-10	
52		UT.108 +4°C	Clinica pediatrica	ONCOEMATOL OGIA PEDIATRICA	Oncoematologia primo piano	70.A5.86.47	UT.108 +4°C	40.A8.19.51		2	8	
53	2	UT.117 +4°C ONCO	Clinica pediatrica	ONCOEMATOL OGIA PEDIATRICA	Oncoematologia primo piano	70.A5.86.47	UT.117 +4°C ONCO	40.B0.55.00	foto inv.8288879	0	8	
54	2	UT. F25	Clinica pediatrica	ONCOEMATOL OGIA PEDIATRICA	Oncoematologia primo piano	70.A5.86.47	-80°C F25	40.B0.55.13		-90	-60	
55		UT. F26	Clinica pediatrica	ONCOEMATOL OGIA PEDIATRICA	Oncoematologia primo piano	70.A5.86.47	-80°C F26	40.B0.55.13		-90	-60	
56	1	UT 006 -80	Clinica pediatrica	ONCOEMATOL OGIA PEDIATRICA	Oncoematologia primo piano	70.A5.86.47	UT 006 -80 °C TMO	40.B0.71.71				
57	2	UT.124 -20°C ONCO	Clinica pediatrica	ONCOEMATOL OGIA PEDIATRICA	Oncoematologia primo piano	70.A5.86.47	UT.124 -20°C ONCO	40.B0.77.89	foto inv.888273			
58	1	Incubatore UT. GI03A	Clinica pediatrica	ONCOEMATOL OGIA PEDIATRICA	Oncoematologia primo piano	70.A5.86.47	Incubatore UT. GI03A	40.B0.88.16	aop. 826309			
59	1	UT.129 -20°C ONCO	Clinica pediatrica	ONCOEMATOL OGIA PEDIATRICA	Oncoematologia primo piano	70.A5.86.47	UT.129 -20°C ONCO	40.B1.14.02				
60	2	UT.104 -20°C ONCO	Clinica pediatrica	ONCOEMATOL OGIA PEDIATRICA	Oncoematologia primo piano	70.A5.86.47	UT.104 -20°C ONCO	40.B1.14.38	foto inv.858714			
61	1	UT.130 +4°C ONCO	Clinica pediatrica	ONCOEMATOL OGIA PEDIATRICA	Oncoematologia primo piano	70.A5.86.47	UT.130 + 4°C ONCO	40.D0.36.12				
62	1	Incubatore UT. GI02A	Clinica pediatrica	ONCOEMATOL OGIA PEDIATRICA	Oncoematologia primo piano	70.A5.86.47	Incubatore UT. GI02A	40.D0.36.23	aop. 826308			
63	1	UT. F03	Clinica pediatrica	ONCOEMATOL OGIA PEDIATRICA	Oncoematologia primo piano	70.A5.86.47	UT. F03 +4°C atrio onco	40.D0.37.00	40.B1.19.89			
64	2	UT.F02 -20°C	Clinica pediatrica	TMO	LABORATORIO TMO 1° PIANO ONCOEMATOLOGIA PEDIATRICA	70.D0.18.33 Ric. TMO	UT.F02 -20°C	40.A5.53.14	foto inv.828473	-30	-15	
65		UT.F02 +4°C	Clinica pediatrica	TMO	LABORATORIO TMO 1° PIANO ONCOEMATOLOGIA PEDIATRICA	70.D0.18.33 Ric. TMO	UT.F02 +4°C	40.A5.53.14	foto inv.828473	1,5	8	

ELENCO FRIGORIFERI E CONGELATORI IN TELEASSISTENZA

	Sonda	Etichetta frigo	Stabile	Reparto 1	Sottoreparto 2	Modem di gruppo	Utenza	Data logger	Inventario	T min	T max	Marca e mod.
66	2	UT F01 -20°C	Clinica pediatrica	TMO	LABORATORIO TMO 1° PIANO ONCOEMATOLOGIA PEDIATRICA	70.D0.18.33 Ric. TMO	UT F01 -20°C	40.B0.55.22	foto inv.828474	-30	-15	
67		UT F01 +4°C	Clinica pediatrica	TMO	LABORATORIO TMO 1° PIANO ONCOEMATOLOGIA PEDIATRICA	70.D0.18.33 Ric. TMO	UT F01 +4°C	40.B0.55.22	foto inv.828474	2	8	
68	1	UT.FZ03 -80°C	Clinica pediatrica	TMO	LABORATORIO TMO 1° PIANO ONCOEMATOLOGIA PEDIATRICA	70.D0.18.33 Ric. TMO	UT.FZ03 -80°C	40.B0.80.78				
69	2	UT.FZ04 -80°C	Clinica pediatrica	TMO	LABORATORIO TMO 1° PIANO ONCOEMATOLOGIA PEDIATRICA	70.D0.18.33 Ric. TMO	UT.FZ04 -80°C	40.B1.19.89				
70	1	UT 001 -80 °C	DERMATOLOGIA	piano terra			UT 001 -80 °C	40.A6.91.34		-90	-60	
71	1	UT 402	DERMATOLOGIA	quarto piano	laboratorio istologia immunopatologia	70.A7.10.94 Ric. Dermatol. 4°P	UT 402 +4 °C DERMO	40.A6.08.20		2	8	
72	1	UT 401	DERMATOLOGIA	quarto piano	laboratorio istologia immunopatologia	70.A7.10.94 Ric. Dermatol. 4°P	UT 401 -80 °C DERMO	40.A6.52.62		-90	-60	
73	1	UT 403	DERMATOLOGIA	quarto piano	Laboratorio PCR	70.A7.10.94 Ric. Dermatol. 4°P	UT 403 -20 °C DERMO	40.A6.10.05		-30	-9	
74	1	UT2 +4°C	GIUSTINIANEO	1° PIANO DAY SURGERY	ALA EST DH EMATOLOGIA		UT2 +4°C EX ALA EST INF.	40.AA.38.71		2	8	
75	1	UT1 +4°C	GIUSTINIANEO	1° PIANO DAY SURGERY	ALA EST DH EMATOLOGIA		UT1 +4°C EX ALA EST INF.	40.F1.57.85				
76	1	UT1 +4°C	GIUSTINIANEO	1° PIANO DAY SURGERY	ALA OVEST PROTOCOLLI		UT1 +4°C EX ALA ovest INF	40.F1.57.74				
77	2	UT402	GIUSTINIANEO	Anatomia potologica 4° piano		A7.06.87	UT402 -20°C AN.PAT.	40.A5.74.15		-30	-12	
78		UT402	GIUSTINIANEO	Anatomia potologica 4° piano		A7.06.87	UT402 +4°C AN.PAT.	40.A5.74.15		1	9	
79	2	UT 01 -20 °C	GIUSTINIANEO	Anatomia potologica 4° piano		A7.06.87	UT 01 -20 °C	40.A6.00.29	895085	-30	-12	
80		UT 01 + 4 °C	GIUSTINIANEO	Anatomia potologica 4° piano		A7.06.87	UT 01 + 4 °C	40.A6.00.29	895085	0	9	
81	1	UT411	GIUSTINIANEO	Anatomia potologica 4° piano		A7.06.87	UT411 +4°C AN.PAT.	40.A6.02.58		2	8	
82	2	UT406	GIUSTINIANEO	Anatomia potologica 4° piano		A7.06.87	UT406 -20°C AN.PAT.	40.A6.77.30		-35	-12	
83		UT406	GIUSTINIANEO	Anatomia potologica 4° piano		A7.06.87	UT406 +4°C AN.PAT.	40.A6.77.30		0,5	9	
84	2	UT401	GIUSTINIANEO	Anatomia potologica 4° piano		A7.06.87	UT401 -20°C AN.PAT.	40.A6.77.79		-30	-10	
85		UT401	GIUSTINIANEO	Anatomia potologica 4° piano		A7.06.87	UT401 +4°C AN.PAT.	40.A6.77.79		2	8	
86	1	UT 409 -80 Anat.Pat.	GIUSTINIANEO	Anatomia potologica 4° piano		A7.06.87	UT 409 -80 Anat.Pat.	40.A7.55.22		-90	-60	
87	1	UT405	GIUSTINIANEO	Anatomia potologica 4° piano		A7.06.87	UT405 -20°C AN.PAT.	40.B1.13.72				
88	1	UT403	GIUSTINIANEO	Anatomia potologica 4° piano		A7.06.87	UT403 +4°C AN.PAT.	40.B1.13.87				
89	1	UT407	GIUSTINIANEO	Anatomia potologica 4° piano		A7.06.87	UT407 +4°C AN.PAT.	40.B1.13.93				
90	1	UT408	GIUSTINIANEO	Anatomia potologica 4° piano		A7.06.87	UT408 +4°C AN.PAT.	40.B1.14.03				
91	1	Inv. 852460	GIUSTINIANEO	Day surgery	S.O. 1p		Inv 856460	40.A6.44.16		2	8	
92	1	Inv 844746	GIUSTINIANEO	Day surgery	S.O. 1p		Inv 844746	40.A6.92.20		2	8	
93	2	CG -20 °C	GIUSTINIANEO	GASTROENTE ROLOGIA 1° PIANO			CG -20 °C Liebherr KW	40.A3.20.88		2	8	
94		FR + 4°C	GIUSTINIANEO	GASTROENTE ROLOGIA 1° PIANO			FR + 4°C Liebherr KW	40.A3.20.88		-35	-10	
95	1	CG 05 -20 °C	GIUSTINIANEO	GASTROENTE ROLOGIA 1° PIANO			CG 05 -20 °C	40.A6.02.45		-35	-15	
96	1	Cong. -20 °C	GIUSTINIANEO	GASTROENTE ROLOGIA 1° PIANO			CONG. -20°C INV.867166	40.A6.43.93	INV.867166	-30	-10	
97	2	FR 21 +4°C	GIUSTINIANEO	MEDICINA DEL LAVORO	Servizio di allergologia		FR 21 +4°C	40.A3.17.32	a.o.p. 888275	1	9	liebherr
98		PORTA FR 21 +4°C	GIUSTINIANEO	MEDICINA DEL LAVORO	Servizio di allergologia		PORTA FR 21 +4°C	40.A3.17.32	a.o.p. 888275	1	11	liebherr

ELENCO FRIGORIFERI E CONGELATORI IN TELEASSISTENZA

	Sonda	Etichetta frigo	Stabile	Reparto 1	Sottoreparto 2	Modem di gruppo	Utenza	Data logger	Inventario	T min	T max	Marca e mod.
99	2	CG 21 -20 °C	GIUSTINIANEO	MEDICINA DEL LAVORO	Servizio di allergologia		CG 21 -20 °C	40.A3.20.75	a.o.p. 888275	-30	-11	liebherr
100		PORTA CG 21 -20 °C	GIUSTINIANEO	MEDICINA DEL LAVORO	Servizio di allergologia		PORTA CG 21 -20 °C	40.A3.20.75	a.o.p. 888275	-30	-9	liebherr
101	1	FR 4 +4°C	GIUSTINIANEO	MEDICINA DEL LAVORO	Servizio di allergologia		FR 4 +4°C	40.A6.02.27	a.o.p. 888231	1	9	liebherr
102	1	FR 20 +4°C	GIUSTINIANEO	MEDICINA DEL LAVORO	Servizio di allergologia		FR 20 +4°C	40.A6.02.41	a.o.p. 889503	1	9	angelantoni
103	1	FR 19 +4°C	GIUSTINIANEO	MEDICINA DEL LAVORO	Servizio di allergologia		FR 19 +4°C	40.A6.02.48	a.o.p. 889502	1	9	angelantoni
104	2	CG 15 -20°C	GIUSTINIANEO	MEDICINA DEL LAVORO	Servizio di fisiopatologia respiratoria		CG 15 -20°C	40.A3.56.20	uni 000245	-30	-10	ocean
105		PORTA CG 15 -20°C	GIUSTINIANEO	MEDICINA DEL LAVORO	Servizio di fisiopatologia respiratoria		PORTA CG 15 -20°C	40.A3.56.20	uni 000245	-30	-10	ocean
106	1	FR 13 +4°C	GIUSTINIANEO	MEDICINA DEL LAVORO	Servizio di fisiopatologia respiratoria		FR 13 +4°C	40.A6.02.30	a.o.p. 871827	0,5	9	liebherr
107	1	FR 16 +4°C	GIUSTINIANEO	MEDICINA DEL LAVORO	Servizio di fisiopatologia respiratoria		FR 16 +4°C	40.A6.02.55	a.o.p. 826813	0,5	9	cf
108	1	UT CG 26	GIUSTINIANEO	MEDICINA DEL LAVORO	Servizio di fisiopatologia respiratoria		CG 26 -20°C	40.A6.44.35	916530	-30	-10	
109	2	CG 14 -80 °C	GIUSTINIANEO	MEDICINA DEL LAVORO	Servizio di fisiopatologia respiratoria		CG -80°C	40.B0.60.28	uni 000257	-90	-50	forma scientific
110		PORTA CG -80°C	GIUSTINIANEO	MEDICINA DEL LAVORO	Servizio di fisiopatologia respiratoria		PORTA CG -80°C	40.B0.60.28	uni 000257	-90	-55	forma scientific
111	2	CG 18 -20°C	GIUSTINIANEO	MEDICINA DEL LAVORO	Servizio di fisiopatologia respiratoria		CG 18 -20°C	40.B0.67.32	a.o.p. 894534			liebherr
112		PORTA CG 18 -20°C	GIUSTINIANEO	MEDICINA DEL LAVORO	Servizio di fisiopatologia respiratoria		PORTA CG 18 -20°C	40.B0.67.32	a.o.p. 894534			liebherr
113	2	CG 22 -20°C	GIUSTINIANEO	MEDICINA DEL LAVORO	Servizio di igiene industriale		CG 22 -20°C	40.A3.20.76	uni 001577	-30	-12	rex
114		FR CG 22 +4°C	GIUSTINIANEO	MEDICINA DEL LAVORO	Servizio di igiene industriale		FR 22 +4°C	40.A3.20.76	uni 001577	-1	8	rex
115	1	CG 23 -20°C	GIUSTINIANEO	MEDICINA DEL LAVORO	Servizio di igiene industriale		CG 23 -20°C	40.A6.02.50	uni 001222	-30	-12	ocean
116	1	CG 007 -20°C	GIUSTINIANEO	MEDICINA DEL LAVORO	Servizio di matagenesi ambientale		CG 007 -20°C	40.A5.98.05	uni 1719	-30	-12	candy
117	1	CG 0011 -20°C	GIUSTINIANEO	MEDICINA DEL LAVORO	Servizio di matagenesi ambientale		CG 0011 -20°C	40.A6.01.25	uni 2444	-30	-12	liebherr
118	1	FR 006 +4°C	GIUSTINIANEO	MEDICINA DEL LAVORO	Servizio di matagenesi ambientale		FR 006 +4°C	40.A6.02.39	505417	0	10	angelantoni
119	1	CG 008 -20°C	GIUSTINIANEO	MEDICINA DEL LAVORO	Servizio di matagenesi ambientale		CG 008 -20°C	40.A6.02.60	uni 224	-30	-12	artic
120	1	CG 0010 -20°C	GIUSTINIANEO	MEDICINA DEL LAVORO	Servizio di matagenesi ambientale		CG 0010 -20°C	40.A6.02.73	.	-30	-12	liebherr
121	2	FR CG 24 -20°C	GIUSTINIANEO	MEDICINA DEL LAVORO	Servizio di tossicologia industriale	70.D0.18.98 Ric. Gius. M.d.I.2°P	FR CG 24 -20°C	40.A6.98.63		-30	-12	
122		FR CG 24 +4°C	GIUSTINIANEO	MEDICINA DEL LAVORO	Servizio di tossicologia industriale	70.D0.18.98 Ric. Gius. M.d.I.2°P	FR CG 24 +4°C	40.A6.98.63		0	10	
123	2	FR CG 9 +4°/-20 °C	GIUSTINIANEO	MEDICINA DEL LAVORO	Servizio di tossicologia industriale	70.D0.18.98 Ric. Gius. M.d.I.2°P	CG 9 -20°C	40.B0.67.30	inv.3672	-30	-10	frimed
124		FR CG 9 +4°/-20 °C	GIUSTINIANEO	MEDICINA DEL LAVORO	Servizio di tossicologia industriale	70.D0.18.98 Ric. Gius. M.d.I.2°P	FR 9 +4°C	40.B0.67.30	inv.3672	2	8,5	frimed
125	A	Sonda ambiente	GIUSTINIANEO	MEDICINA DI LABORATORIO	Piano -2		Sonda ambiente	20.D0.22.08		10	30	
126	1	UT 17	GIUSTINIANEO	MEDICINA DI LABORATORIO	Piano -2		UT 17 +4°C	40.B0.62.63				
127	1	UT 6	GIUSTINIANEO	MEDICINA DI LABORATORIO	Secondo piano		UT 6 -20°C liebherr	40.A5.98.22		-25	-15	

ELENCO FRIGORIFERI E CONGELATORI IN TELEASSISTENZA

	Sonda	Etichetta frigo	Stabile	Reparto 1	Sottoreparto 2	Modem di gruppo	Utenza	Data logger	Inventario	T min	T max	Marca e mod.
128	1	Ut 14	GIUSTINIANEO	MEDICINA DI LABORATORI O	Secondo piano		UT 14 -80°C back up kw	40.A6.03.26		-90	-60	
129	1	UT 2	GIUSTINIANEO	MEDICINA DI LABORATORI O	Secondo piano		UT 2 -80°C GFL	40.A6.52.41	foto ma non inv.	-90	-60	
130	1	UT 16	GIUSTINIANEO	MEDICINA DI LABORATORI O	Secondo piano		UT 16 -80°C angelantoni	40.A6.91.87		2	8	
131	1	UT 19	GIUSTINIANEO	MEDICINA DI LABORATORI O	Secondo piano		UT 19 +4°C	40.AA.38.80		2	8	
132	1	UT 20	GIUSTINIANEO	MEDICINA DI LABORATORI O	Secondo piano		UT 20 +4°C	40.AA.38.81		2	8	
133	1	UT 11	GIUSTINIANEO	MEDICINA DI LABORATORI O	Secondo piano		UT 11+4°C liebherr	40.B0.62.45	foto inv.860389	2	8	
134	1	UT 3	GIUSTINIANEO	MEDICINA DI LABORATORI O	Secondo piano		UT 3 + 4 °C angelantoni	40.B0.62.48	foto inv.875707	2	8	
135	1	UT 9	GIUSTINIANEO	MEDICINA DI LABORATORI O	Secondo piano		UT 9 +4°C Piardi	40.B0.62.50	foto ma non inv.			
136	1	Ut 13	GIUSTINIANEO	MEDICINA DI LABORATORI O	Secondo piano		UT 13 +4°C back up a.c.f.	40.B0.62.54	foto inv.897434			
137	1	UT 12	GIUSTINIANEO	MEDICINA DI LABORATORI O	Secondo piano		UT 12 +4 °C andreauss	40.B0.71.08	foto inv.816033			
138	1	UT 5	GIUSTINIANEO	MEDICINA DI LABORATORI O	Secondo piano		UT 5 -20°C back up angelantoni	40.B0.72.34	foto inv.875706			
139	1	UT 8	GIUSTINIANEO	MEDICINA DI LABORATORI O	Secondo piano		UT 8 -80°C GFL	40.B0.80.81				
140	1	UT 4	GIUSTINIANEO	MEDICINA DI LABORATORI O	Secondo piano		UT 4 -80 °C GFL	40.B1.13.88	foto inv.875633			
141	1	UT 23	GIUSTINIANEO	MEDICINA DI LABORATORI O	terzo piano		UT 23 + 4 °C	40.AA.38.58	877257			
142	1	UT 24	GIUSTINIANEO	MEDICINA DI LABORATORI O	terzo piano		UT 24 – 20 °C	40.AA.38.66		-30	-10	
143	1	UT 18	GIUSTINIANEO	MEDICINA DI LABORATORI O	terzo piano		UT 18 -20°C	40.AA.38.74		-30	-10	
144	1	UT 21	GIUSTINIANEO	MEDICINA DI LABORATORI O	terzo piano		UT 21 + 4 °C	40.AA.39.04				
145	1	UT 22	GIUSTINIANEO	MEDICINA DI LABORATORI O	terzo piano		UT 22 + 4 °C	40.AA.39.06				
146	1	UT 15	GIUSTINIANEO	MEDICINA DI LABORATORI O	terzo piano		UT 15 -80°C	40.B0.62.44	foto inv.897359	-90	-60	
147	1	UT 10	GIUSTINIANEO	MEDICINA DI LABORATORI O	terzo piano		UT 10 +4°C piardi	40.B0.62.64	foto inv.875641			
148	1	UT 7	GIUSTINIANEO	MEDICINA DI LABORATORI O	terzo piano		UT 7 +4°C	40.B0.71.05	foto inv.807359			
149	1	U.T. 102 +5°C EMO	GIUSTINIANEO	MICROBIOLOGIA	BATTERIOLOGIA	70.A5.86.25	U.T. 102 +5°C EMO	40.A5.87.20	foto inv.72929	2	8	
150	2	U.T. 101 +5/- 20°C EMO	GIUSTINIANEO	MICROBIOLOGIA	BATTERIOLOGIA	70.A5.86.25	U.T. 101 /-20°C EMO	40.B0.54.68	foto inv.810316	-25	-15	
151		U.T. 101 +5/- 20°C EMO	GIUSTINIANEO	MICROBIOLOGIA	BATTERIOLOGIA	70.A5.86.25	U.T. 101 +5°C EMO	40.B0.54.68	foto inv.810316	1	8	
152	2	U.T. 103 +5/- 20°C EMO	GIUSTINIANEO	MICROBIOLOGIA	BATTERIOLOGIA	70.A5.86.25	U.T. 103 -20°C	40.B0.54.81	foto inv.810315	-25	-15	

ELENCO FRIGORIFERI E CONGELATORI IN TELEASSISTENZA

	Sonda	Etichetta frigo	Stabile	Reparto 1	Sottoreparto 2	Modem di gruppo	Utenza	Data logger	Inventario	T min	T max	Marca e mod.
153		U.T. 103 +5/-20°C EMO	GIUSTINIANEO	MICROBIOLOGIA	BATTERIOLOGIA	70.A5.86.25	U.T. 103 +5°C	40.B0.54.81	foto inv.810315	1	9	
154	1	U.T. 104 +4°C	GIUSTINIANEO	MICROBIOLOGIA	BATTERIOLOGIA		U.T. 104 +4°C	40.A5.87.48	foto inv.900223	2	8	
155	1	U.T. 108 +5°C	GIUSTINIANEO	MICROBIOLOGIA	BATTERIOLOGIA		U.T. 108 +5°C	40.A5.87.90	foto inv.801780	2	8	
156	2	U.T. 110 +5/-20°C	GIUSTINIANEO	MICROBIOLOGIA	BATTERIOLOGIA		U.T. 110 -20°C	40.A5.53.43	foto inv.810314	-30	-15	
157		U.T. 110 +5/-20°C	GIUSTINIANEO	MICROBIOLOGIA	BATTERIOLOGIA		U.T. 110 +5°C	40.A5.53.43	foto inv.810314	1	9	
158	1	U.T. 107 +5°C	GIUSTINIANEO	MICROBIOLOGIA	BATTERIOLOGIA		U.T. 107 +5°C	40.A5.86.86	foto inv.810307	2	8	
159	1	U.T. 106 +5°C	GIUSTINIANEO	MICROBIOLOGIA	BATTERIOLOGIA		U.T. 106 +5°C	40.A5.86.99	foto inv.810308	2	8	
160	1	U.T. 105 +4°C	GIUSTINIANEO	MICROBIOLOGIA	BATTERIOLOGIA		U.T. 105 +4°C	40.A5.87.21	foto ma non inv.	2	10	
161	1	U.T. 113 +5°C CELLA	GIUSTINIANEO	MICROBIOLOGIA	BATTERIOLOGIA		U.T. 113 +5°C CELLA	40.A5.87.66	foto ma non inv.	2	8	
162	1	U.T. 133 -80°C	GIUSTINIANEO	MICROBIOLOGIA	BIOLOGIA MOLECOLARE		UT. 133 -80°C	40.A3.55.84		-90	-60	
163	2	U.T. 121 +4°/-20 °C	GIUSTINIANEO	MICROBIOLOGIA	BIOLOGIA MOLECOLARE		UT. 121 -20°C	40.A5.08.32		-30	-10	
164		U.T. 121 +4°/-20 °C	GIUSTINIANEO	MICROBIOLOGIA	BIOLOGIA MOLECOLARE		UT. 121 +4°C	40.A5.08.32		0	11	
165	2	U.T. 123 +4/-20°C	GIUSTINIANEO	MICROBIOLOGIA	BIOLOGIA MOLECOLARE		UT. 123 -20°C	40.A5.08.39	foto inv.888291	-30	-10	
166		U.T. 123 +4/-20°C	GIUSTINIANEO	MICROBIOLOGIA	BIOLOGIA MOLECOLARE		UT. 123 +4°C	40.A5.08.39	foto inv.888291	0	15	
167	2	U.T. 127 +5/-20°C	GIUSTINIANEO	MICROBIOLOGIA	BIOLOGIA MOLECOLARE		UT. 127 -20°C	40.A5.87.89		1	10	
168		U.T. 127 +5/-20°C	GIUSTINIANEO	MICROBIOLOGIA	BIOLOGIA MOLECOLARE		UT. 127 +5°C	40.A5.87.89		1	10	
169	1	U.T. 128 -80°C	GIUSTINIANEO	MICROBIOLOGIA	BIOLOGIA MOLECOLARE		UT. 128 -80°C	40.A5.88.21		-80	-50	
170	2	U.T. 124 +4/-20°C	GIUSTINIANEO	MICROBIOLOGIA	BIOLOGIA MOLECOLARE		UT. 124 -20°C	40.A6.00.04	foto inv.864560	-28	-10	
171		U.T. 124 +4/-20°C	GIUSTINIANEO	MICROBIOLOGIA	BIOLOGIA MOLECOLARE		UT. 124 +4 °C	40.A6.00.04	foto inv.864560	1,5	8	
172	1	U.T. 131 -80°C	GIUSTINIANEO	MICROBIOLOGIA	BIOLOGIA MOLECOLARE		UT. 131 -80°C	40.A6.10.26		-90	-60	
173	1	U.T. 129 -80°C	GIUSTINIANEO	MICROBIOLOGIA	BIOLOGIA MOLECOLARE		UT. 129 -80°C	40.A6.39.77		-95	-60	

ELENCO FRIGORIFERI E CONGELATORI IN TELEASSISTENZA

	Sonda	Etichetta frigo	Stabile	Reparto 1	Sottoreparto 2	Modem di gruppo	Utenza	Data logger	Inventario	T min	T max	Marca e mod.
174	1	U.T. 134 -20°C	GIUSTINIANEO	MICROBIOLOGIA	BIOLOGIA MOLECOLARE		UT. 134 -20°C	40.A6.52.72		-40	-13	
175	2	U.T. 125 +4/-20°C	GIUSTINIANEO	MICROBIOLOGIA	BIOLOGIA MOLECOLARE		UT. 125 -20°C	40.B0.54.87				
176		U.T. 125 +4/-20°C	GIUSTINIANEO	MICROBIOLOGIA	BIOLOGIA MOLECOLARE		UT. 125 +4°C	40.B0.54.87				
177	2	U.T. 126 +5/-20°C	GIUSTINIANEO	MICROBIOLOGIA	BIOLOGIA MOLECOLARE		UT. 126 +20°C	40.B0.55.51		-26	-15	
178		U.T. 126 +5/-20°C	GIUSTINIANEO	MICROBIOLOGIA	BIOLOGIA MOLECOLARE		UT. 126 +5°C	40.B0.55.51		3	10	
179	1	U.T. 143 +4°C	GIUSTINIANEO	MICROBIOLOGIA	SIEROLOGIA	70.A5.86.14	UT. 143 +4°C	40.A5.87.93	foto inv.871828	2	8	
180	1	U.T. 146 IMPECO +4°C	GIUSTINIANEO	MICROBIOLOGIA	SIEROLOGIA	70.A5.86.18	UT. 146 storage catena +4°C	40.A6.44.12		1	9	
181	1	U.T. 148 +4°C	GIUSTINIANEO	MICROBIOLOGIA	SIEROLOGIA	70.A5.86.19	UT. 148 +4°C	40.A6.44.32		1	10	
182	2	U.T. 140 +5/-20°C	GIUSTINIANEO	MICROBIOLOGIA	SIEROLOGIA	70.A5.86.11	UT. 140 -20°C	40.B0.54.84	foto inv.810317	-29	-10	
183		U.T. 140 +5/-20°C	GIUSTINIANEO	MICROBIOLOGIA	SIEROLOGIA	70.A5.86.10	UT. 140 +5°C	40.B0.54.84	foto inv.810317	0	8,8	
184	2	U.T. 142 +5/-20°C	GIUSTINIANEO	MICROBIOLOGIA	SIEROLOGIA	70.A5.86.13	UT. 142 -20°C	40.B0.55.39		-30	-15	
185		U.T. 142 +5/-20°C	GIUSTINIANEO	MICROBIOLOGIA	SIEROLOGIA	70.A5.86.12	UT. 142 +5°C	40.B0.55.39		2	8,5	
186	2	U.T. 145 +4/-20°C	GIUSTINIANEO	MICROBIOLOGIA	SIEROLOGIA	70.A5.86.17	UT. 145 -20°C	40.B0.55.60	foto inv.810318	-30	-15	
187		U.T. 145 +4/-20°C	GIUSTINIANEO	MICROBIOLOGIA	SIEROLOGIA	70.A5.86.16	UT. 145 +4°C	40.B0.55.60	foto inv.810318	2	8	
188	1	U.T. 144 +5°C	GIUSTINIANEO	MICROBIOLOGIA	Stanza 45	70.A5.86.15	UT. 144 +5°C	40.A5.86.82		-90	-60	
189	1	U.T. 158 -80°C	GIUSTINIANEO	MICROBIOLOGIA	stanza 45	70.A5.86.25 ripetitore 80.A6.16.51	UT. 158 -80°C	40.A6.44.21		-90	-60	
190	1	U.T. 114 -80°C	GIUSTINIANEO	MICROBIOLOGIA	stanza 45	70.A5.86.25	U.T. 114 -80°C	40.A6.52.44	non inv.	-90	-70	
191	1	U.T. 170 -35 °C	GIUSTINIANEO	MICROBIOLOGIA	stanza 45	70.A5.86.25 ripetitore 80.A6.16.53	U.T. 170 -35 °C	40.A7.55.06		-35	-10	
192	1	U.T. 175 -80 °C	GIUSTINIANEO	MICROBIOLOGIA	stanza 45	70.A5.86.25 ripetitore 80.A6.16.55	U.T. 175 -80 °C	40.AA.38.13		-90	-60	
193	1	U.T. 176 -30 °C	GIUSTINIANEO	MICROBIOLOGIA	stanza 45	70.A5.86.25 ripetitore 80.A6.16.56	U.T. 176 -30 °C	40.AA.38.40		-40	-20	
194	1	U.T. 174 -80 °C	GIUSTINIANEO	MICROBIOLOGIA	stanza 45	70.A5.86.25 ripetitore 80.A6.16.54	U.T. 174 -80 °C	40.AA.38.70		-90	-60	

ELENCO FRIGORIFERI E CONGELATORI IN TELEASSISTENZA

	Sonda	Etichetta frigo	Stabile	Reparto 1	Sottoreparto 2	Modem di gruppo	Utenza	Data logger	Inventario	T min	T max	Marca e mod.
195	1	U.T. 112 - 80°C	GIUSTINIANEO	MICROBIOLOGIA	stanza 45	70.A5.86.25	UT. 112 -80°C	40.B0.98.92	foto inv. 888198			
196	1	U.T. Back Up -80 °C	GIUSTINIANEO	MICROBIOLOGIA	stanza 45	70.A5.86.25 ripetitore 80.A6.16.52	U.T. Back Up - 80 °C	40.B1.13.68				
197	1	U.T. 122 - 80°C	GIUSTINIANEO	MICROBIOLOGIA	Stanza 45		UT. 122 -80°C	40.B1.13.98				
198	1	U.T. 109 - 80°C	GIUSTINIANEO	MICROBIOLOGIA	stanza 45		UT. 109 -80°C	40.D0.36.32	foto inv.897399			
199	2	U.T. 173 -20 °C	GIUSTINIANEO	MICROBIOLOGIA	Stanza 46	70.A5.86.25 ripetitore 80.A6.16.56	U.T. 173 -20 °C	40.AA.10.03		-30	-10	
200		U.T. 173 +4 °C	GIUSTINIANEO	MICROBIOLOGIA	Stanza 46	70.A5.86.25 ripetitore 80.A6.16.56	U.T. 173 +4 °C	40.AA.10.03		2	8	
201	1	U.T. 147 +4°C	GIUSTINIANEO	MICROBIOLOGIA	VIROLOGIA	70.A5.86.25 ripetitore 80.A6.16.51	UT. 147 +4°C	40.A6.03.36		2	8	
202	2	U.T. 154 +5/- 20°C VIR	GIUSTINIANEO	MICROBIOLOGIA	VIROLOGIA	70.A5.86.25 ripetitore 80.A6.16.51	UT. 154 -20°C VIR	40.A5.08.02	foto Inv.888292	-30	-12	
203		U.T. 154 +5/- 20°C VIR	GIUSTINIANEO	MICROBIOLOGIA	VIROLOGIA	70.A5.86.25 ripetitore 80.A6.16.51	UT. 154 +5°C VIR	40.A5.08.02	foto Inv.888292	1	8	
204	2	U.T. 157 +5/- 20°C VIR	GIUSTINIANEO	MICROBIOLOGIA	VIROLOGIA	70.A5.86.25 ripetitore 80.A6.16.51	UT. 157 -20°C VIR	40.A5.08.19		-25	-15	
205		U.T. 157 +5/- 20°C VIR	GIUSTINIANEO	MICROBIOLOGIA	VIROLOGIA	70.A5.86.25 ripetitore 80.A6.16.51	UT. 157 +5°C VIR	40.A5.08.19		2,5	9	
206	1	U.T. 150 - 80°C VIR	GIUSTINIANEO	MICROBIOLOGIA	VIROLOGIA	70.A5.86.25 ripetitore 80.A6.16.51	UT. 150 -80°C VIR	40.A5.87.70		-90	-60	
207	1	U.T. 153 - 30°C VIR	GIUSTINIANEO	MICROBIOLOGIA	VIROLOGIA	70.A5.86.25 ripetitore 80.A6.16.51	UT. 153 -30°C VIR	40.A5.88.20	foto inv.810310	-40	-20	
208	1	U.T. 160 +4°C STZ 44	GIUSTINIANEO	MICROBIOLOGIA	VIROLOGIA	70.A5.86.25 ripetitore 80.A6.16.51	UT. 160 +4°C STZ 44	40.A6.52.58		0	9	
209	2	U.T. 155	GIUSTINIANEO	MICROBIOLOGIA	VIROLOGIA	70.A5.86.25 ripetitore 80.A6.16.51	UT. 155 -20°C	40.A8.80.29		-30	-10	
210		U.T. 155	GIUSTINIANEO	MICROBIOLOGIA	VIROLOGIA	70.A5.86.25 ripetitore 80.A6.16.51	UT. 155 + 4 °C	40.A8.80.29		1	10	
211	2	U.T. 171 - 20°C	GIUSTINIANEO	MICROBIOLOGIA	VIROLOGIA	70.A5.86.25 ripetitore 80.A6.16.51	U.T. 171 -20°C	40.A9.55.43		-30	-10	
212		U.T. 171 + 4°C	GIUSTINIANEO	MICROBIOLOGIA	VIROLOGIA	70.A5.86.25 ripetitore 80.A6.16.51	U.T. 171 + 4°C	40.A9.55.43		2	8	
213	1	U.T. 172 - 20°C	GIUSTINIANEO	MICROBIOLOGIA	VIROLOGIA	70.A5.86.25 ripetitore 80.A6.16.51	U.T. 172 -20°C	40.F1.58.25				
214	A	Ambiente Micro nuova stanza frigo	GIUSTINIANEO	MICROBIOLOGIA			Ambiente Micro nuova stanza frigo	20.D0.11.41		10	28	
215	1	UT159 +4°C	GIUSTINIANEO	MICROBIOLOGIA			UT159 +4°C	40.A6.92.04		1	9	

ELENCO FRIGORIFERI E CONGELATORI IN TELEASSISTENZA

	Sonda	Etichetta frigo	Stabile	Reparto 1	Sottoreparto 2	Modem di gruppo	Utenza	Data logger	Inventario	T min	T max	Marca e mod.
216	1	UT 130 -20	GIUSTINIANEO	MICROBIOLOGIA			UT 130 -20	40.B0.57.23	foto inv.864647	-34	-15	
217	1	UT 302	GIUSTINIANEO	Pt corridoio ex radiologia		70.D0.18.74	UT 302 -20°C	40.A6.01.50		-26	-15	
218	1	UT 307	GIUSTINIANEO	Pt corridoio ex radiologia		70.D0.18.74	UT 307	40.A6.02.29		-25	-15	
219	1	CG002	GIUSTINIANEO	Pt corridoio ex radiologia		70.D0.18.74	CG 002 -80°C	40.A6.02.35	foto inv.849512	-90	-60	
220	1	UT 301	GIUSTINIANEO	Pt corridoio ex radiologia		70.D0.18.74	UT 301 -20°C	40.A6.02.44		-25	-15	
221	1	UT 303	GIUSTINIANEO	Pt corridoio ex radiologia		70.D0.18.74	UT 303 -80°C	40.A6.02.53		-90	-60	
222	1	UT 305	GIUSTINIANEO	Pt corridoio ex radiologia		70.D0.18.74	UT 305 -20°C	40.B0.70.42				
223	1	UT 306	GIUSTINIANEO	Pt corridoio ex radiologia		70.D0.18.74	UT 306	40.B1.58.90				
224	1	UT 09	GIUSTINIANEO	Pt corridoio ex radiologia		70.D0.18.74	UT.9 -80°C	40.D0.90.15				
225	1	+4°C inv 929456	INFETTIVI	3° PIANO			+4°C inv 929456	40.A6.44.17		2	8	
226	1	UT2 +4°C	INFETTIVI	3° PIANO			UT2 +4°C	40.AA.38.41		2	8	
227	1	UT001	INFETTIVI	Piano terra infettivi	Primo piano day surgery		UT001 + 4 °C infettivi	40.B1.13.65				
228	1	UT002	INFETTIVI	Piano terra infettivi	Primo piano day surgery		UT002 + 4 °C infettivi	40.B1.14.07				
229	1	UT003	INFETTIVI	Piano terra infettivi	Primo piano day surgery		UT003 + 4 °C infettivi	40.D0.36.11				
230	1	UT 10	Lavanderia	ONCOEMATOLOGIA PEDIATRICA			UT 10 -80°C	40.A6.03.49		-90	-60	
231	1	UT 4 secondo spy	Lavanderia			70.A8.61.73	UT 4 secondo spy	40.A3.19.80		-90	-55	
232	1	UT 01	Lavanderia				UT 01-40 °C	40.A3.20.34		-50	-30	
233	1	UT 05	Lavanderia				UT 05 -80 °C	40.A3.55.67		-90	-60	
234	1	UT 02	Lavanderia				UT 02 -80 °C	40.A3.56.11		-90	-60	
235	1	UT 04	Lavanderia				UT 04 Stanza cong. -80 DIAT Uff Tecnico	40.A4.50.77		-80	-50	
236	1	UT 02	Lavanderia			70.A8.61.73	UT.2 -80°C	40.A4.51.68		-80	-50	
237	2	UT 006	Lavanderia				UT006 -80°C TMO	40.A5.53.25		-85	-55	
238	1	UTB4	Lavanderia				UT. B4 -80°c St.B	40.A6.92.16	U.P. 004224	-90	-60	Sanyo Vip Series
239	1	UT 08	Lavanderia			70.A8.61.73	UT.8 -80°C	40.A7.54.81		-90	-60	
240	1	UT 08	Lavanderia				UT 08 lavanderia	40.A9.13.40		-90	-60	
241	1	UT 06	Lavanderia				UT 06 lavanderia	40.A9.13.44		-30	-10	
242	1	UT 13	Lavanderia				Ut 13	40.A9.39.87		-30	-10	
243	1	UT 11	Lavanderia				Ut 11	40.A9.40.09		-30	-10	
244	1	UT 12	Lavanderia				Ut 12	40.A9.40.25		-30	-10	
245	1	UT 03	Lavanderia				UT 03 -80 °C	40.B0.66.84				
246	1	UT 03	Lavanderia			70.A8.61.73	UT.3 -80°C	40.B0.71.69				
247	1	UT 001	Lavanderia				UT001 -80°C dott. Casilla	40.B1.13.95				
248	1	UT 11 -20	Lavanderia			70.A8.61.73	UT 11 -20°	40.B1.14.20				
249	1	UT 07	Lavanderia				UT 07 lavanderia	40.F0.68.29				
250	1	UT 09	Lavanderia				UT 09 -80 °C	40.F0.95.88				
251	1	UT. 1	MONOBLOCCO	PATOLOGIA MEDICA 8° PIANO		70.D0.18.32 Ric. Mon. Pat. Cli 8°P	UT. 1 -80°C	40.A6.02.37	A.O.P. 864842	-85	-56	Polar 530 Angelantoni
252	1	UT. 2	MONOBLOCCO	PATOLOGIA MEDICA 8° PIANO		70.D0.18.32 Ric. Mon. Pat. Cli 8°P	UT. 2 -20°C	40.A6.02.69	non inventariato	-30	-10	Liebherr Premium
253	1	UT. 2	MONOBLOCCO	3° PIANO	Anestesia e rianimazione 3 °P		Frigo ACF inv. 897444 5,5 °C	40.A3.55.72	897444	2	8	
254	1	UT. 3	MONOBLOCCO	3° PIANO	Anestesia e rianimazione 3 °P		inv. 843794 1,6 °C	40.B0.71.54	843797			
255	1	UT. 246	MONOBLOCCO	Biologia molecolare		70.D0.18.54 Ric. Mon. St. Fr. 3°P	UT. 246 - 20°C	40.A5.97.07	foto inv.904068	-28	-15	Liebherr Confort
256	1	UT. 247	MONOBLOCCO	Biologia molecolare		70.D0.18.54 Ric. Mon. St. Fr. 3°P	UT. 247 - 20°C	40.A5.97.33		-25	-12	

ELENCO FRIGORIFERI E CONGELATORI IN TELEASSISTENZA

	Sonda	Etichetta frigo	Stabile	Reparto 1	Sottoreparto 2	Modem di gruppo	Utenza	Data logger	Inventario	T min	T max	Marca e mod.
257	1	UT. 249	MONOBLOCCO	Biologia molecolare		70.D0.18.54 Ric. Mon. St. Fr. 3°P	UT. 249 - 20°C	40.A5.97.61		-25	-15	
258	1	UT. 245	MONOBLOCCO	Biologia molecolare		70.D0.18.54 Ric. Mon. St. Fr. 3°P	UT. 245 -20°C	40.A6.01.44	foto inv.904067	-25	-15	Liebherr Confort
259	1	UT. 243	MONOBLOCCO	Biologia molecolare		70.D0.18.54 Ric. Mon. St. Fr. 3°P	UT. 243 + 4°C	40.A6.02.65		2	8	
260	1	UT. 250	MONOBLOCCO	Biologia molecolare		70.D0.18.54 Ric. Mon. St. Fr. 3°P	UT. 250 - 80°C	40.A6.02.66		-90	-50	
261	1	UT. 242	MONOBLOCCO	Biologia molecolare		70.D0.18.54 Ric. Mon. St. Fr. 3°P	UT. 242 - 20°C	40.A6.94.41		-25	-15	
262	2	UT. 241 - 20°C	MONOBLOCCO	Biologia molecolare		70.D0.18.54 Ric. Mon. St. Fr. 3°P	UT. 241 - 20°C	40.B0.55.61		-25	-12	
263		UT. 241 +4°C	MONOBLOCCO	Biologia molecolare		70.D0.18.54 Ric. Mon. St. Fr. 3°P	UT. 241 +4°C	40.B0.55.61		2	8	
264	1	UT. 248	MONOBLOCCO	Biologia molecolare		70.D0.18.54 Ric. Mon. St. Fr. 3°P	UT. 248 - 80°C	40.B1.13.84				
265	1	CG 8	MONOBLOCCO	FARMACIA	Corridoio farmacia	70.A5.86.13 Ric. Gabbia Trasf.	CG Utenza8 - 20°C Corr.	40.A3.20.33	foto inv.871886	-32	-11	
266	1	CG 3	MONOBLOCCO	FARMACIA	Corridoio farmacia	70.A5.86.13 Ric. Gabbia Trasf.	CG Utenza3 - 25°C Corr.	40.A3.20.36	foto inv.804129	-35	-15	Liebher
267	1	FR 2	MONOBLOCCO	FARMACIA	Corridoio farmacia	70.A5.86.13 Ric. Gabbia Trasf.	FR2+4	40.A3.56.12	a.o.p. 870398	2	8	
268	1	FR 1	MONOBLOCCO	FARMACIA	Corridoio farmacia	70.A5.86.13 Ric. Gabbia Trasf.	FR Utenza1 +4°C Corr.	40.A3.56.14	foto inv.860177	2	8	Liebher P.V.
269	1	CG 11	MONOBLOCCO	FARMACIA	Corridoio farmacia	70.A5.86.13 Ric. Gabbia Trasf.	CG Utenza11 - 20°C Corr.	40.A5.86.78	609076	-30	-10	
270	1	CG 5	MONOBLOCCO	FARMACIA	Corridoio farmacia	70.A5.86.13 Ric. Gabbia Trasf.	CG Utenza5 - 20°C Corr.	40.A5.87.10		-30	-12	
271	1	FR 12	MONOBLOCCO	FARMACIA	Corridoio farmacia	70.A5.86.13 Ric. Gabbia Trasf.	FR Utenza12 +4°C Corr.	40.A5.87.94	609076	2	8	
272	1	FR 7	MONOBLOCCO	FARMACIA	Corridoio farmacia	70.A5.86.13 Ric. Gabbia Trasf.	FR Utenza7 +4°C Corr.	40.D0.36.46	foto inv.828409			
273	A	Spy ambiente biblioteca	MONOBLOCCO	FARMACIA	Farmacia biblioteca	70.A5.86.13 Ric. Gabbia Trasf.	Spy ambiente biblioteca	20.D0.22.43		15	25	
274	A	Sonda ambiente	MONOBLOCCO	FARMACIA	Magazzino farmaci piano terra	70.A5.86.13 Ric. Gabbia Trasf.	Temp. Ambiente Farmacia	40.A4.84.36		15	24	
275	2	Cella 2 - cella e porta	MONOBLOCCO	FARMACIA	Magazzino farmaci piano terra	70.A5.86.13 Ric. Gabbia Trasf.	Cella 2 +4°C PT	40.B0.54.66	foto inv. 648030ULSS 21	2	7	
276		Porta cella 2 +4°C PT	MONOBLOCCO	FARMACIA	Magazzino farmaci piano terra	70.A5.86.13 Ric. Gabbia Trasf.	Porta cella 2 +4°C PT	40.B0.54.66	foto inv. 648030ULSS 21	2	7	
277	1	CGUT5	MONOBLOCCO	Farmacia			Frigo KW 929385	40.A6.02.70		2	8	
278	1	KW -20 Inv. 932689	Monoblocco	Farmacia			KW -20 inv 932689	40.A6.44.13		-30	-10	
279	1	KW-80	MONOBLOCCO	Farmacia		KW-80 inv932690		40.B0.57.16		-90	-60	
280	A	UDF Ambiente 1	MONOBLOCCO	FARMACIA UDF		70.A5.86.18 Ric. Farmacia UDF	UDF Ambiente 1	20.A5.50.94	Sonda ambiente	15	30	
281	A	UDF Ambiente 2	MONOBLOCCO	FARMACIA UDF		70.A5.86.18 Ric. Farmacia UDF	UDF Ambiente 2	20.F0.22.19	Sonda ambiente	-30	70	
282	2	FR10	MONOBLOCCO	FARMACIA UDF		70.A5.86.13 Ric. Gabbia Trasf.	FR Utenza10 +4°C Corr.	40.A4.96.95	foto non inventariato	0	8	
283		FR9	MONOBLOCCO	FARMACIA UDF		70.A5.86.13 Ric. Gabbia Trasf.	FR Utenza9 +4°C Corr.	40.A4.96.95	foto non inventariato	2	8	
284	2	Utenza 6A	MONOBLOCCO	FARMACIA UDF		70.A5.86.18 Ric. Farmacia UDF	FR+4°C Utenza 6A	40.A5.62.83	827765 prima sonda	2	8	
285		Utenza 6B	MONOBLOCCO	FARMACIA UDF		70.A5.86.18 Ric. Farmacia UDF	FR+4°C Utenza 6B	40.A5.62.83	827765 seconda sonda	2	10	

ELENCO FRIGORIFERI E CONGELATORI IN TELEASSISTENZA

	Sonda	Etichetta frigo	Stabile	Reparto 1	Sottoreparto 2	Modem di gruppo	Utenza	Data logger	Inventario	T min	T max	Marca e mod.
286	2	Utenza 3A	MONOBLOCCO	FARMACIA UDF		70.A5.86.18 Ric. Farmacia UDF	FR+4°C Utenza 3A	40.B0.54.95	883005 prima sonda	0	8,5	
287		Utenza 3B	MONOBLOCCO	FARMACIA UDF		70.A5.86.18 Ric. Farmacia UDF	FR+4°C Utenza 3B	40.B0.54.95	883005 seconda sonda	2	11	
288	1	FR 4	MONOBLOCCO	FARMACIA UDF		70.A5.86.13 Ric. Gabbia Trasf.	FR Utenza4 +4°C Corr.	40.B0.57.13	929324	2	8	
289	1	CG 07	MONOBLOCCO	GASTROENTE ROLOGIA 6° PIANO	LAB. GASTRO ENT.	70.A5.45.41 Ric. Gastroent Lab	CG 07 -20°C GASTRO	40.A5.18.78	inv. Aop pd 904205	-30	-11	Liebherr
290	A	Sonda ambiente	MONOBLOCCO	GASTROENTE ROLOGIA 6° PIANO	SALA CONG. GASTRO ENT.	70.A5.43.71 Ric. Gastroent. Cong	Sonda amb. st. con. 6P gastro	20.A7.14.49		15	28	
291	1	CG 01	MONOBLOCCO	GASTROENTE ROLOGIA 6° PIANO	SALA CONG. GASTRO ENT.	70.A5.43.71 Ric. Gastroent. Cong	CG 01 -80°C GASTRO	40.A5.15.24	inv. Aop pd 838499	-90	-60	
292	1	FR 03	MONOBLOCCO	GASTROENTE ROLOGIA 6° PIANO	SALA CONG. GASTRO ENT.	70.A5.43.71 Ric. Gastroent. Cong	FR 03 +4°C GASTRO	40.A6.52.61		2	8	
293	1	CG 04 -20 °C	MONOBLOCCO	GASTROENTE ROLOGIA 6° PIANO	SALA CONG. GASTRO ENT.	70.A5.43.71 Ric. Gastroent. Cong	CG 04 -20 °C	40.AB.69.92	3877	-30	-10	
294	1	CG 03	MONOBLOCCO	GASTROENTE ROLOGIA 6° PIANO	SALA CONG. GASTRO ENT.	71.A5.43.71 Ric. Gastroent. Cong	CG03-20°C gastro	40.B0.71.56	919866			
295	1	FR 06	MONOBLOCCO	PIANO 6	LABORATORIO GASTROENTER OLOGIA	70.D0.31.03	FR 06 +4°C GASTRO	40.A5.67.05		1	9	
296	A	Stanza 1	MONOBLOCCO	Trasfusionale	3 P. Aferesi	70.D0.18.60	Stanza 1	20.AA.06.70		-30	70	
297	A	Magazzino	MONOBLOCCO	Trasfusionale	3 P. Aferesi	70.D0.18.60	Magazzino	20.AA.07.23		-30	70	
298	A	Stanza 2	MONOBLOCCO	Trasfusionale	3 P. Aferesi	70.D0.18.60	Stanza 2	20.AA.07.29		-30	70	
299	1	UT 40	MONOBLOCCO	Trasfusionale	3 P. Aferesi	70.D0.18.60	UT 40 3°P Aferesi	40.B0.65.57				
300	A	Sonda ambiente	MONOBLOCCO	Trasfusionale	Gabbia	70.A5.86.13 Ric. Gabbia Trasf.	Sonda ambiente gabbia trasf.	20.A7.14.23		18	25	
301	1	UT 03	MONOBLOCCO	Trasfusionale	Gabbia	70.A5.86.13 Ric. Gabbia Trasf.	UT.03 -80°C	40.A3.19.28		-90	-60	
302	2	PORTA UT.12 -30°C	MONOBLOCCO	Trasfusionale	Gabbia	70.A5.86.13 Ric. Gabbia Trasf.	PORTA UT.12 -30°C	40.A4.72.13	foto inv.809502	-45	-20	
303		UT 12	MONOBLOCCO	Trasfusionale	Gabbia	70.A5.86.13 Ric. Gabbia Trasf.	UT.12 -30°C	40.A4.72.13	foto inv.74010	0	10	AS
304	2	PORTA UT.14 -37°C	MONOBLOCCO	Trasfusionale	Gabbia	70.A5.86.13 Ric. Gabbia Trasf.	PORTA UT.14 -37°C	40.A5.74.35	foto inv.846717	-42	-32	
305		UT 14	MONOBLOCCO	Trasfusionale	Gabbia	70.A5.86.13 Ric. Gabbia Trasf.	UT.14 -37°C SRF	40.A5.74.35	foto inv.846717	-40	-15	CARS Frigom. Andreaus
306	1	UT 02	MONOBLOCCO	Trasfusionale	Gabbia	70.A5.86.13 Ric. Gabbia Trasf.	UT.02 -80°C	40.A6.03.68		-90	-60	
307	2	PORTA UT.9 -80°C	MONOBLOCCO	Trasfusionale	Gabbia	70.A5.86.13 Ric. Gabbia Trasf.	PORTA UT.9 -80°C	40.A6.25.79	foto inv.875703	-93	-50	
308		UT 9	MONOBLOCCO	Trasfusionale	Gabbia	70.A5.86.13 Ric. Gabbia Trasf.	UT.9 -80°C	40.A6.25.79	foto inv.875703	-93	-65	AS Platinum 500
309	2	Porta UT.11 -80°C SRF	MONOBLOCCO	Trasfusionale	Gabbia	70.A5.86.13 Ric. Gabbia Trasf.	Porta UT.11 -80°C SRF	40.A6.25.84	foto inv.875701	0	10	AS Platinum 500
310		UT 11	MONOBLOCCO	Trasfusionale	Gabbia	70.A5.86.13 Ric. Gabbia Trasf.	UT.11 -80°C SRF	40.A6.25.84	foto inv.875701	-90	-65	AS Platinum 500
311	1	UT 01	MONOBLOCCO	Trasfusionale	Gabbia	70.A5.86.13 Ric. Gabbia Trasf.	UT 1 -40°C Gabbia	40.A6.43.89		-50	-30	
312	2	Porta UT.4 -36°C	MONOBLOCCO	Trasfusionale	Gabbia	70.A5.86.13 Ric. Gabbia Trasf.	Porta UT.4 -36°C	40.A8.19.58		-45	-20	
313		UT 4	MONOBLOCCO	Trasfusionale	Gabbia	70.A5.86.13 Ric. Gabbia Trasf.	UT.4 -36°C	40.A8.19.58		-45	-22	
314	2	UT.10 -20°C	MONOBLOCCO	Trasfusionale	Gabbia	70.A5.86.13 Ric. Gabbia Trasf.	UT.10 -20°C	40.B0.59.12		-30	-15	
315		UT.10 +4 °C	MONOBLOCCO	Trasfusionale	Gabbia	70.A5.86.13 Ric. Gabbia Trasf.	UT.10 +4 °C	40.B0.59.12		2	8	
316	1	UT 16	MONOBLOCCO	Trasfusionale	Gabbia	70.A5.86.13 Ric. Gabbia Trasf.	UT.16 -30°C	40.B0.71.64				
317	2	UT 64	MONOBLOCCO	Trasfusionale	HLA	70.D0.74.78 Ric. Gabbia Trasf.	UT.64 -20°C	40.A5.53.31	foto inv.864917	-30	-15	Liebherr UK 3602 (F06)
318		UT 64	MONOBLOCCO	Trasfusionale	HLA	70.D0.74.78 Ric. Gabbia Trasf.	PORTA UT.64 -20°C	40.A5.53.31	foto inv.864917	-30	-5	

ELENCO FRIGORIFERI E CONGELATORI IN TELEASSISTENZA

	Sonda	Etichetta frigo	Stabile	Reparto 1	Sottoreparto 2	Modem di gruppo	Utenza	Data logger	Inventario	T min	T max	Marca e mod.
319	1	UT 72	MONOBLOCCO	Trasfusionale	HLA	70.A5.86.07 Ric. Lab. Trasf.	UT.72 +4°C	40.A6.52.82		2	7	
320	2	Porta UT.63 - 20°C	MONOBLOCCO	Trasfusionale	HLA	70.D0.74.78 Ric. Gabbia Trasf.	Porta UT.63 - 20°C	40.B0.55.28	foto 860976	0	10	3602 (F05)
321		UT 63	MONOBLOCCO	Trasfusionale	HLA	70.D0.74.78 Ric. Gabbia Trasf.	UT.63 -20°C	40.B0.55.28	foto 860976	-30	-15	Liebherr UK 3602 (F05)
322	1	UT 62	MONOBLOCCO	Trasfusionale	HLA	70.D0.74.78 Ric. Gabbia Trasf.	UT.62 +4°C HLA	40.B1.50.34	foto 860976			Liebherr UK 3602 (F05)
323	1	Provvisoria ex cella 1	MONOBLOCCO	Trasfusionale	Monoblocco	70.A5.86.07 Ric. Lab. Trasf.	Provvisoria ex cella 1	40.A3.19.04		2	8	
324	1	UT 78	MONOBLOCCO	Trasfusionale	Monoblocco	70.A5.86.07 Ric. Lab. Trasf.	UT 78 -20°	40.A4.50.55		-40	-20	
325	1	UT 44	MONOBLOCCO	Trasfusionale	Monoblocco	70.A5.86.07 Ric. Lab. Trasf.	UT.44 +4°C COR	40.A5.87.77	foto non inventariato	2	7	AS bb 308
326	1	UT 76	MONOBLOCCO	Trasfusionale	Monoblocco	70.A5.86.07 Ric. Lab. Trasf.	UT 76 -30°	40.A6.43.87		-40	-20	
327	1	UT 77	MONOBLOCCO	Trasfusionale	Monoblocco	70.A5.86.07 Ric. Lab. Trasf.	UT 77 -30°	40.A6.44.19		-40	-20	
328	1	UT 45	MONOBLOCCO	Trasfusionale	Monoblocco	70.A5.86.07 Ric. Lab. Trasf.	UT.45 +4°C	40.A7.55.13		2	8	
329	2	Porta UT.43 - 30°C COR	MONOBLOCCO	Trasfusionale	Monoblocco	70.A5.86.07 Ric. Lab. Trasf.	Porta UT.43 - 30°C COR	40.B0.54.89	foto inv.892023			Liebherr GN 2323
330		UT 43	MONOBLOCCO	Trasfusionale	Monoblocco	70.A5.86.07 Ric. Lab. Trasf.	UT.43 -30°C COR	40.B0.54.89	foto inv.892023	-35	-15	Liebherr GN 2323
331	1	UT 47	MONOBLOCCO	Trasfusionale	Monoblocco	70.A5.86.07 Ric. Lab. Trasf.	UT.47 +4°C COR	40.B0.57.17	foto inv.74491	2	7	AS bb 308
332	1	UT 50	MONOBLOCCO	Trasfusionale	Monoblocco	70.A5.86.07 Ric. Lab. Trasf.	UT.50 +4°C COR	40.B0.57.27	foto inv.74494	2	7	Forma Scientific
333	1	UT 48	MONOBLOCCO	Trasfusionale	Monoblocco	70.A5.86.07 Ric. Lab. Trasf.	UT.48 +4°C COR	40.B0.65.11	foto inv.74008			AS bb 392
334	1	UT 79	MONOBLOCCO	Trasfusionale	Monoblocco	70.A5.86.07 Ric. Lab. Trasf.	UT 79 -20°	40.A6.02.72		-40	-20	
335	2	UT 17	MONOBLOCCO	Trasfusionale	Monoblocco	70.A5.86.13 Ric. Gabbia Trasf.	UT.17 -80°C	40.A6.25.72		-90	-60	
336		PORTA UT.17 -65°C	MONOBLOCCO	Trasfusionale	Monoblocco	70.A5.86.13 Ric. Gabbia Trasf.	PORTA UT.17 - 80°C	40.A6.25.72		-25	-11	
337	1	UT 70	MONOBLOCCO	Trasfusionale	Monoblocco	70.A5.86.07 Ric. Lab. Trasf.	UT.70 +4°C	40.A6.43.84		2	7	
338	1	UT 73	MONOBLOCCO	Trasfusionale	Monoblocco	70.A5.86.07 Ric. Lab. Trasf.	UT.73 -20°C	40.A6.44.15		-30	-15	
339	1	UT 71	MONOBLOCCO	Trasfusionale	Monoblocco	70.A5.86.07 Ric. Lab. Trasf.	UT.71 +4°C	40.A6.44.24		2	7	
340	1	UT 75	MONOBLOCCO	Trasfusionale	Monoblocco	70.A5.86.07 Ric. Lab. Trasf.	UT.75 +4°C	40.A6.52.81		2	8	
341	1	UT 21 SEP	MONOBLOCCO	Trasfusionale	Monoblocco	70.A5.86.07 Ric. Lab. Trasf.	UT 21 SEP + 4 °C	40.A7.73.29		1	7	
342	1	UT. 41	MONOBLOCCO	Trasfusionale	Monoblocco	70.A5.86.07 Ric. Lab. Trasf.	COR	40.B0.56.31	foto inv.836191	2	7	
343	1	UT 49	MONOBLOCCO	Trasfusionale	Monoblocco	70.A5.86.07 Ric. Lab. Trasf.	UT.49 +4°C COR	40.B0.56.87	foto inv.93441	2	7	AS
344	1	UT 27 SEP	MONOBLOCCO	Trasfusionale	Monoblocco	70.A5.86.07 Ric. Lab. Trasf.	UT 27 SEP + 4 °C	40.B0.57.03		2	7	
345	1	UT 61	MONOBLOCCO	Trasfusionale	Monoblocco	70.D0.74.78 Ric. Gabbia Trasf.	UT.61 +4°C HLA	40.B0.65.85	foto inv.852312			3602 (F01)
346	1	UT 22 SEP	MONOBLOCCO	Trasfusionale	Monoblocco	70.A5.86.07 Ric. Lab. Trasf.	UT 22 SEP + 4 °C	40.B0.65.86				
347	1	UT 24 SEP	MONOBLOCCO	Trasfusionale	Monoblocco	70.A5.86.07 Ric. Lab. Trasf.	UT 24 SEP	40.B0.67.00				
348	1	UT 25 SEP	MONOBLOCCO	Trasfusionale	Monoblocco	70.A5.86.07 Ric. Lab. Trasf.	UT 25 SEP	40.B0.70.43				
349	1	UT 74	MONOBLOCCO	Trasfusionale	Monoblocco	70.A5.86.07 Ric. Lab. Trasf.	UT.74 +4°C	40.D0.38.83				
350	2	UT.31 -30°C LTR	MONOBLOCCO	Trasfusionale		70.A5.86.07 Ric. Lab. Trasf.	PORTA UT.31 - 30°C LTR	40.A5.08.01	foto inv.892021	-40	-13	
351		UT 31	MONOBLOCCO	Trasfusionale		70.A5.86.07 Ric. Lab. Trasf.	UT.31 -30°C LTR	40.A5.08.01	foto inv.892021	-40	-20	Liebherr GNP 3376
352	2	PORTA UT.32 -30°C	MONOBLOCCO	Trasfusionale		70.A5.86.07 Ric. Lab. Trasf.	PORTA UT.32 - 30°C	40.A5.53.26	foto inv.892020	-40	-16	Liebherr GNP 3376
353		UT 32	MONOBLOCCO	Trasfusionale		70.A5.86.07 Ric. Lab. Trasf.	UT.32 -30°C LTR	40.A5.53.26	foto inv.892020	-40	-20	
354	1	UT.46 +4°C COR	MONOBLOCCO	Trasfusionale			UT.46 +4°C COR	40.B0.57.06		2	7	
355	1	UT 34	MONOBLOCCO	Trasfusionale		70.A5.86.07 Ric. Lab. Trasf.	UT.34 +4°C LTR	40.B0.57.29	foto inv.895082	2	7	EmoFKV54 12
356	1	UT 35	MONOBLOCCO	Trasfusionale		70.A5.86.07 Ric. Lab. Trasf.	UT.35 +4°C LTR	40.B0.65.64	foto inv.892025			Liebherr EmoFKV
357	1	UT 33	MONOBLOCCO	Trasfusionale		70.A5.86.07 Ric. Lab. Trasf.	UT.33 +4°C LTR	40.B0.65.76	foto inv.836190			AS bb 440
358	1	UT 36	MONOBLOCCO	Trasfusionale		70.A5.86.07 Ric. Lab. Trasf.	UT.36 +4°C LTR	40.B1.14.08	foto inv.892024			Liebherr EmoFKV
359	1	UT 502	Ortopedia	2° piano – cl. Oculistica			UT 502 -20 °C	40.A6.03.77		-30	-10	

ELENCO FRIGORIFERI E CONGELATORI IN TELEASSISTENZA

	Sonda	Etichetta frigo	Stabile	Reparto 1	Sottoreparto 2	Modem di gruppo	Utenza	Data logger	Inventario	T min	T max	Marca e mod.
360	1	UT 504	Ortopedia	2° piano – cl. Oculistica			UT 504 + 4 °C	40.B0.63.73				
361	1	Cong. Inv. 880274	Ortopedia	Clinica ortop. - lab. 2 piano			Cong. Inv. 880274	40.A7.55.07		-30	-15	
362	2	UT2 +4 °C	Ospedale S.Antonio	Dialisi	Piano 2		UT2 +4 °C	40.A6.43.90		2	8	
363	1	UT1 -20°C	Ospedale S.Antonio	Dialisi	Piano 2		UT1 -20°C	40.A6.77.52		-30	-15	
364	1	UT1 +4°C	Ospedale S.Antonio	Dialisi	Piano 2		UT1 +4°C	40.A6.77.52		1	9	
365	1	UT1 +4°C	Ospedale S.Antonio	Farmacia	3P		UT1 inv 929383	40.A6.91.90		2	8	
366	1	O.s.a.	Ospedale S.Antonio	Farmacia	via Canestrini		Utenza 4 O.s.a.	40.A5.97.09		2	8	
367	1	Utenza 5 O.s.a.	Ospedale S.Antonio	Farmacia	Palazzina uscita via Canestrini		Utenza 5 O.s.a.	40.A6.01.66		2	8	
368	1	Utenza 6 O.s.a.	Ospedale S.Antonio	Farmacia	Palazzina uscita via Canestrini		Utenza 6 O.s.a.	40.B1.13.61				
369	1	Utenza 1 O.s.a.	Ospedale S.Antonio	Farmacia	Palazzina uscita via Canestrini		Utenza 1 O.s.a.	40A6.02.33				
370	1	Utenza 3 O.s.a.	Ospedale S.Antonio	Farmacia	Palazzina uscita via Canestrini		Utenza 3 O.s.a.	40A6.02.36				
371	1	Utenza 2 O.s.a.	Ospedale S.Antonio	Farmacia	Palazzina uscita via Canestrini		Utenza 2 O.s.a.	40A6.02.62		2	8	
372	1	S.O. Oculistica 2P	Ospedale S.Antonio	Oculistica			S.O. Oculistica 2P	40.A5.86.79		1	9	
373	1	Frigo KW	Ospedale S.Antonio	S.O. P1			Frigo KW	40.F2.72.79				
374	1	626075	Ospedale S.Antonio	S.O. P1			626075	40.F2.83.86				
375	1	Cong inv 626076	Ospedale S.Antonio	S.O. P1			Cong inv 626076	40.F2.84.15				
376	1	UT53	Ospedale S.Antonio	Trasfusionale	PT – PS		UT53	40.A5.97.47		2	6	
377	1	UT52	Ospedale S.Antonio	Trasfusionale	PT – PS		UT52	40.A6.01.59		2	6	
378	1	UT51	Ospedale S.Antonio	Trasfusionale	PT – PS		UT51	40.A6.01.72		2	6	
379	1	843493	POLICLINICO	istar 3			843493	40.A6.02.42	inv. 843493	1,5	8	Scientific
380	1	FR +4°C Inv.875708	POLICLINICO	5P piliclinico istar 3			FR +4°C Inv.875708	40.A6.02.57	Inv.875708	1	8	Angelantoni
381	1	Frigo 1	POLICLINICO	D.H. Reumat. Piano rialzato	Ambulatorio 13	70.A7.07.40	Frigo 1	40.B1.16.25				
382	1	Frigo 2	POLICLINICO	D.H. Reumat. Piano rialzato	Ambulatorio 13	70.A7.07.40	Frigo 2	40.D0.66.15				
383	1	Frigo 4	POLICLINICO	D.H. Reumat. Piano rialzato	guardiola	70.A7.07.40	Frigo 4	40.A6.02.28		1	8	
384	1	Frigo 3	POLICLINICO	D.H. Reumat. Piano rialzato	reparto	70.A7.07.40	Frigo 3	40.B0.62.65				
385	1	UT 14	POLICLINICO	Farmacia Piano terra		70.A5.86.39 Ric. Farmacia Pollicl	Utenza 14 +4°C P.T.	40.A5.86.84		2	8	
386	1	UT 13	POLICLINICO	Farmacia Piano terra		70.A5.86.39 Ric. Farmacia Pollicl	Utenza 13 +4°C P.T.	40.D0.36.91				
387	1	UT 01 +4 °C	POLICLINICO	Fisiopatologia respiratoria piano rialzato			UT 01 +4 °C fisio respiratoria	40.A7.55.09		2	8	
388	1	UT 802 +4 °C	POLICLINICO	Piastra ambulatori piano rialzato		70.F0.04.40	UT 802 +4 °C	40.DO.70.96				
389	1	UT 801 +4 °C	POLICLINICO	PT ambulatori logistica		40.D0.37.00	UT 801 +4 °C	40.DO.37.00				
390	1	UT 8	POLICLINICO	Stanza frigo P.T.	Piano terra - c/o mac. Caffè di fronte cardio		UT 8 cong. - 80°C	40.A2.94.68		-90	-60	
391	1	UT 003	POLICLINICO	Stanza frigo P.T.	Piano terra - c/o mac. Caffè di fronte cardio		UT. 003 -20°C	40.B1.14.35				
392	1	Frigo 1	POLICLINICO			70.A7.07.40		40.D0.37.00				
393	2	UT 04 -20 °C	VIA GABELLI	Anat. Patologica Via gabelli 61		70.A7.76.50	UT 04 -20 °C	40.A8.80.26		-30	-10	
394		UT 04 + 4 °C	VIA GABELLI	Anat. Patologica Via gabelli 61		70.A7.76.50	UT 04 + 4 °C	40.A8.80.26		2	8	
395	2	UT 02 -20 °C	VIA GABELLI	Anat. Patologica Via gabelli 61		70.A7.76.50	UT 02 -20 °C	40.B0.74.32	895086			
396		UT 02 + 4 °C	VIA GABELLI	Anat. Patologica Via gabelli 61		70.A7.76.50	UT 02 + 4 °C	40.B0.74.32	895086			
397	2	UT 03 -20 °C	VIA GABELLI	Anat. Patologica Via gabelli 61		70.A7.76.50	UT 03 -20 °C	40.F0.50.05				
398		UT 03 + 4 °C	VIA GABELLI	Anat. Patologica Via gabelli 61		70.A7.76.50	UT 03 + 4 °C	40.F0.50.05				
399	1	BK1	VIA GABELLI	Ex-semeiotica	Bunker esterno	70.D0.45.15 Ric.Ex-Semeio. Bunker	UT.BK -80°C Bunker Esterno F.S.	40.A6.39.80	U.P. 000372	-90	-55	Forma Scientific
400	1	BK2	VIA GABELLI	Ex-semeiotica	Bunker esterno	70.D0.45.15 Ric.Ex-Semeio. Bunker	UT BK02 +4°C Bunker Esterno	40.A6.44.04		1	10	

ELENCO FRIGORIFERI E CONGELATORI IN TELEASSISTENZA

	Sonda	Etichetta frigo	Stabile	Reparto 1	Sottoreparto 2	Modem di gruppo	Utenza	Data logger	Inventario	T min	T max	Marca e mod.
401	1	Cong.-80 inv 920302	VIA GABELLI	Ex-semeiotica	Ex-semeiotica piano -1	70.D0.17.08 Ric. Ex-Semeiot. P-1	Cong.-80 inv 920302	40.D0.36.42	A.O.P. 920302			
402	A	Sonda ambiente	VIA GABELLI	Ex-semeiotica	Ex-semeiotica piano -1	70.D017.08 Ric. Ex-Semeiot. P-1	SONDA AMBIENTE St. B	20.A5.71.00		10	25	
403	1	UTB1	VIA GABELLI	Ex-semeiotica	Ex-semeiotica piano -1	70.D017.08 Ric. Ex-Semeiot. P-1	UT. B1 -30°C St.B	40.A6.02.34	AOP 123502	-45	-16	Forma Scientific
404	1	UTB2	VIA GABELLI	Ex-semeiotica	Ex-semeiotica piano -1	70.D017.08 Ric. Ex-Semeiot. P-1	UT. B2 -80°C St.B	40.A6.02.40	AOP 897358	-90	-55	Forma Scientific
405	1	UTB8	VIA GABELLI	Ex-semeiotica	Ex-semeiotica piano -1	70.D017.08 Ric. Ex-Semeiot. P-1	UT. B8 -80°C St.B	40.A6.92.13	AOPF000091	-90	-60	ULUF 450
406	1	UTB6	VIA GABELLI	Ex-semeiotica	Ex-semeiotica piano -1	70.D017.08 Ric. Ex-Semeiot. P-1	UT. B6 -80°C St.B	40.B0.98.75				
407	1	UTB3	VIA GABELLI	Ex-semeiotica	Ex-semeiotica piano -1	70.D017.08 Ric. Ex-Semeiot. P-1	UT. B3 -80°C St.B	40.D0.35.45	A.O.P. 897390			KW
408	A	Sonda ambiente	VIA GABELLI	Ex-semeiotica	Ex-semeiotica piano -1	70.D0.17.08 Ric. Ex-Semeiot. P-1	SONDA AMBIENTE St. C	20.D0.21.84		10	28	
409	1	UTC4	VIA GABELLI	Ex-semeiotica	Ex-semeiotica piano -1	70.D0.17.08 Ric. Ex-Semeiot. P-1	UT. C4 -20°C St. C	40.A5.97.69	A.O.P. 897409	-30	-12	Liebherr Premium
410	1	UTC2	VIA GABELLI	Ex-semeiotica	Ex-semeiotica piano -1	70.D0.17.08 Ric. Ex-Semeiot. P-1	UT. C2 -80°C St. C	40.B0.80.85	A.O.P. 875704			Platinum 500
411	1	UTC1	VIA GABELLI	Ex-semeiotica	Ex-semeiotica piano -1	70.D0.17.08 Ric. Ex-Semeiot. P-1	UT. C1 -80°C St. C	40.D0.50.54	A.O.P. 879955			Angelantoni Platinum 500
412	1	UT. 3	VIA GABELLI	Ex-semeiotica	Ex-semeiotica piano -1	70.D0.18.32 Ric. Mon. Pat. Cli 8°P	UT. 3 -80°C ULUF 450 2M	40.B0.99.01				
413	A	Sonda ambiente	VIA GABELLI	Ex-semeiotica	Ex-semeiotica piano -1	70.D0.17.08 Ric. Ex-Semeiot. P-1	SONDA AMBIENTE St. D	20.D0.22.25		10	26	
414	1	UTD3	VIA GABELLI	Ex-semeiotica	Ex-semeiotica piano -1	70.D0.17.08 Ric. Ex-Semeiot. P-1	UT. D3 -30°C St.D	40.A5.97.55	Uiss 21 123501	-40	-16	
415	1	UTD4	VIA GABELLI	Ex-semeiotica	Ex-semeiotica piano -1	70.D0.17.08 Ric. Ex-Semeiot. P-1	UT. D4 -80°C St.D	40.B1.13.69	AOP 907759			
416	1	UTD2	VIA GABELLI	Ex-semeiotica	Ex-semeiotica piano -1	70.D0.17.08 Ric. Ex-Semeiot. P-1	UT. D2 -80°C St.D	40.B1.13.85	AOP 907758			
417	A	Sonda ambiente	VIA GABELLI	Ex-semeiotica	Ex-semeiotica piano -1	70.D0.17.08 Ric. Ex-Semeiot. P-1	SONDA AMBIENTE St. E	20.D0.22.39		10	26	
418	1	UTE1	VIA GABELLI	Ex-semeiotica	Ex-semeiotica piano -1	70.D0.17.08 Ric. Ex-Semeiot. P-1	UT. E1 -20°C St. E	40.A5.97.25	A.O.P. 817192	-30	-12	Basic 1500
419	1	UTE2	VIA GABELLI	Ex-semeiotica	Ex-semeiotica piano -1	70.D0.17.08 Ric. Ex-Semeiot. P-1	UT. E2 -40°C St. E	40.B0.54.46	A.O.P. 836082			Angelantoni
420	1	SIC1770 - 80°C	VIA GABELLI	Ex-semeiotica	Ex-semeiotica piano -1		SIC1770 -80°C	40.A6.58.26	SIC 1770	-90	-60	
421	2	UT02	VIA GABELLI	Ex-semeiotica	Ex-semeiotica piano terra	70.A6.18.95 Ric. Ex Semiot. P.T.	UT.02 -20°C St. Iposifi	40.B0.78.01				Angelantoni CE 1500
422		UT2	VIA GABELLI	Ex-semeiotica	Ex-semeiotica piano terra	70.A6.18.95 Ric. Ex Semiot. P.T.	UT.2 -20°C St. Iposifi	40.B0.78.01				Angelantoni CE 1500
423	1	UT01	VIA GABELLI	Ex-semeiotica	Ex-semeiotica piano terra	70.A6.18.95 Ric. Ex Semiot. P.T.	UT. 01 -20°C St. Iposifi	40.B0.98.61	ULSS 21 123184			Angelantoni CE 1500
424	1	UTIM1	VIA GABELLI	Ex-semeiotica	Ex-semeiotica piano terra	70.A6.18.95 Ric. Ex Semiot. P.T.	UT. IM1 -80°C Lab. Immunologia	40.A3.01.23	U.P. 002165	-90	-55	Forma Bio
425	1	UTIM3	VIA GABELLI	Ex-semeiotica	Ex-semeiotica piano terra	70.A6.18.95 Ric. Ex Semiot. P.T.	UT. IM2 +4°C Lab. Immunologia	40.A5.97.82	U.P. 001288	1	8	
426	1	UTIM6	VIA GABELLI	Ex-semeiotica	Ex-semeiotica piano terra	70.A6.18.95 Ric. Ex Semiot. P.T.	UT. IM6 -20°C Lab. Immunologia	40.A5.98.13	U.P. 003076	-30	-12	LIEBHERR CONFORT
427	1	UT D4	VIA GABELLI	Ex-semeiotica	Ex-semeiotica piano terra	70.A6.18.95 Ric. Ex Semiot. P.T.	UT.D4-20°C Lab. Immunologia	40.A6.01.43	U.P. 000718	-30	-12	Bosh
428	1	UTIM5	VIA GABELLI	Ex-semeiotica	Ex-semeiotica piano terra	70.A6.18.95 Ric. Ex Semiot. P.T.	UT. IM5 -20°C Lab. Immunologia	40.A6.02.38	U.P. 003075	-30	-11	LIEBHERR CONFORT
429	1	UTIM4	VIA GABELLI	Ex-semeiotica	Ex-semeiotica piano terra	70.A6.18.95 Ric. Ex Semiot. P.T.	UT. IM4 -20°C Lab. Immunologia	40.B0.71.76	U.P. 001289			

ELENCO FRIGORIFERI E CONGELATORI IN TELEASSISTENZA

	Sonda	Etichetta frigo	Stabile	Reparto 1	Sottoreparto 2	Modem di gruppo	Utenza	Data logger	Inventario	T min	T max	Marca e mod.
430	1	UT D6	VIA GABELLI	Ex-semeiotica	Ex-semeiotica piano terra	70.A5.96.06 Ric.Ex-Semeiot. 1°P	UT.D6-20°C Lab. Immunologia	40.B0.80.92				
431	1	UT20	VIA GABELLI	Ex-semeiotica	ex-semeiotica primo piano	70.A5.96.06 Ric.Ex-Semeiot. 1°P	UT. 20 -20°C Corridoio	40.A5.96.88	U.P. 001053	-30	-10	Liebherr Premium
432	1	UT17	VIA GABELLI	Ex-semeiotica	ex-semeiotica primo piano	70.A5.96.06 Ric.Ex-Semeiot. 1°P	UT. 17 +4°C Corridoio	40.A6.02.31	A.O.P. 879932	1	9	
433	1	UT14	VIA GABELLI	Ex-semeiotica	ex-semeiotica primo piano	70.A5.96.06 Ric.Ex-Semeiot. 1°P	UT. 14 +4°C Corridoio	40.A6.02.51	U.P. 001349	1	9	
434	1	UT21	VIA GABELLI	Ex-semeiotica	ex-semeiotica primo piano	70.A5.96.06 Ric.Ex-Semeiot. 1°P	UT. 21 -20°C Corridoio	40.A6.02.52		-28	-1	
435	1	UT15	VIA GABELLI	Ex-semeiotica	ex-semeiotica primo piano	70.A5.96.06 Ric.Ex-Semeiot. 1°P	UT. 15 -20°C Corridoio	40.A6.02.64	U.P. 004213	-28	-12	
436	2	UT22	VIA GABELLI	Ex-semeiotica	ex-semeiotica primo piano	70.A5.96.06 Ric.Ex-Semeiot. 1°P	UT. 22 -20°C Corridoio	40.B0.60.10	ULSS 16 53199	-32	-12	Ocean
437		UT22	VIA GABELLI	Ex-semeiotica	ex-semeiotica primo piano	70.A5.96.06 Ric.Ex-Semeiot. 1°P	UT. 22 +4°C Corridoio	40.B0.60.10	ULSS 16 53199	-1	10	Ocean
438	2	UT16	VIA GABELLI	Ex-semeiotica	ex-semeiotica primo piano	70.A5.96.06 Ric.Ex-Semeiot. 1°P	UT. 16 -20°C Corridoio	40.B0.60.45	U.P. 001949	-30	-10	Electrolux
439		UT16	VIA GABELLI	Ex-semeiotica	ex-semeiotica primo piano	70.A5.96.06 Ric.Ex-Semeiot. 1°P	UT. 16 +4°C Corridoio	40.B0.60.45	U.P. 001949	1	10	Electrolux
440	1	UT19	VIA GABELLI	Ex-semeiotica	ex-semeiotica primo piano	70.A5.96.06 Ric.Ex-Semeiot. 1°P	UT. 19 +4°C Corridoio	40.B0.62.47	A.O.P. 890680	1	9	Angelantoni FRL 500 V
441	1	UT23	VIA GABELLI	Ex-semeiotica	ex-semeiotica primo piano	70.A5.96.06 Ric.Ex-Semeiot. 1°P	UT. 23 Camera Fredda +4°C	40.B0.70.45				
442	1	UT18	VIA GABELLI	Ex-semeiotica	ex-semeiotica primo piano	70.A5.96.06 Ric.Ex-Semeiot. 1°P	UT. 18 -20°C Corridoio	40.B0.71.03	U.P. 002137			OKO ARCTIS
443	1	UT03	VIA GABELLI	Ex-semeiotica	ex-semeiotica primo piano	70.A5.96.06 Ric.Ex-Semeiot. 1°P	UT. 03 -20°C Corridoio	40.B0.88.34				
444	1	UT3	VIA GABELLI	Ex-semeiotica	ex-semeiotica primo piano	70.A5.96.06 Ric.Ex-Semeiot. 1°P	UT.3 -80°C St. 1	40.A6.02.63	A.O.P. 875625	-90	-65	PBI U570
445	1	UT2	VIA GABELLI	Ex-semeiotica	ex-semeiotica primo piano	70.A5.96.06 Ric.Ex-Semeiot. 1°P	UT.2 -40°C St. 1	40.A6.02.68	U.P. 004116	-50	-25	Angelantoni Platinum 500
446	1	UT1	VIA GABELLI	Ex-semeiotica	ex-semeiotica primo piano	70.A5.96.06 Ric.Ex-Semeiot. 1°P	UT.1 -80°C St. 1	40.A6.57.92	A.O.P. 836081	-90	-55	Angelantoni Polar 530 V
447	1	UT8	VIA GABELLI	Ex-semeiotica	ex-semeiotica primo piano	70.A5.96.06 Ric.Ex-Semeiot. 1°P	UT.8 -80°C St.2	40.A6.02.67	U.P. 002023	-90	-55	Forma Scientific
448	1	UT7	VIA GABELLI	Ex-semeiotica	ex-semeiotica primo piano	70.A5.96.06 Ric.Ex-Semeiot. 1°P	UT.7 -40°C St. 2	40.B0.70.53				Freezer Orizzontale
449	1	UT6	VIA GABELLI	Ex-semeiotica	ex-semeiotica primo piano	70.A5.96.06 Ric.Ex-Semeiot. 1°P	UT.6 -80°C St. 2	40.B0.98.27	A.O.P. 875705			Angelantoni Platinum 500
450	2	UT10	VIA GABELLI	Ex-semeiotica	ex-semeiotica primo piano	70.A5.96.06 Ric.Ex-Semeiot. 1°P	UT.10 St. 3 fr -20°C	40.A3.20.64	A.O.P. 862041	-30	-10	LIEBHERR CONFORT
451		UT10	VIA GABELLI	Ex-semeiotica	ex-semeiotica primo piano	70.A5.96.06 Ric.Ex-Semeiot. 1°P	UT.10 St. 3 fr +4°C	40.A3.20.64	A.O.P. 862041	1	9	LIEBHERR CONFORT
452	1	UT13	VIA GABELLI	Ex-semeiotica	ex-semeiotica primo piano	70.A5.96.06 Ric.Ex-Semeiot. 1°P	UT.13 -20°C St. 3	40.A5.97.38	U.di P. 001646	-30	-11	LIEBHERR CONFORT
453	1	UT12	VIA GABELLI	Ex-semeiotica	ex-semeiotica primo piano	70.A5.96.06 Ric.Ex-Semeiot. 1°P	UT.12 -20°C St. 3	40.A5.97.57	A.O.P. 882995	-30	-12	
454	1	UT9	VIA GABELLI	Ex-semeiotica	ex-semeiotica primo piano	70.A5.96.06 Ric.Ex-Semeiot. 1°P	UT. 9 -20°C St. 3	40.A6.52.68		-28	-12	Liebherr Premium
455	1	UT11	VIA GABELLI	Ex-semeiotica	ex-semeiotica primo piano	70.A5.96.06 Ric.Ex-Semeiot. 1°P	UT.11 J-80°C St. 3	40.B0.98.32	U.P. 003931			Angelantoni Platinum 500
456	2	CG-20 CORR. GEN. FO	VIA GABELLI	genetica forense PIANO 2		70.A5.58.09 Ric. Gen. Forense	CG-20 CORR. GEN. FO	40.A4.83.68		-28	-11	
457		FF + 4	VIA GABELLI	genetica forense PIANO 2		70.A5.58.09 Ric. Gen. Forense	FF+4°C-20 GEN. FOR	40.A4.83.68		1	8	
458	1	CG-20°C corr. Gen. Forense	VIA GABELLI	genetica forense PIANO 2		70.A5.58.09 Ric. Gen. Forense	CG-20°C corr. Gen. Forense	40.A5.09.19		-35	-12	
459	1	CG-20°C AMPLIGEN	VIA GABELLI	genetica forense PIANO 2		70.A5.58.09 Ric. Gen. Forense	CG-20°C AMPLIGEN	40.A5.17.05		-35	-11	

ELENCO FRIGORIFERI E CONGELATORI IN TELEASSISTENZA

	Sonda	Etichetta frigo	Stabile	Reparto 1	Sottoreparto 2	Modem di gruppo	Utenza	Data logger	Inventario	T min	T max	Marca e mod.
460	1	Z0101	VIA GABELLI	tossicologia forense	Stanza 1		Congelatore – 15 °C	40.A9.40.33		-23	-5	
461	1	Z0901	VIA GABELLI	tossicologia forense	Stanza 10		Frigo + 4 °C	40.A9.32.84		0,2	8	
462	1	Z0205	VIA GABELLI	tossicologia forense	Stanza 10		Congelatore – 20 °C	40.A9.39.88		-30	-12	
463	1	Z0801	VIA GABELLI	tossicologia forense	Stanza 10		Congelatore – 20 °C	40.A9.40.31		-30	-12	
464	1	Z1001	VIA GABELLI	tossicologia forense	Stanza 10		Congelatore – 20 °C	40.B0.65.50				
465	1	F0201	VIA GABELLI	tossicologia forense	Stanza 2		Frigo + 4 °C	40.A9.39.95		1	8	
466	1	Z0802	VIA GABELLI	tossicologia forense	Stanza 8		Congelatore – 20 °C	40.A9.40.27		-31	-12	
467	1	Container	Via Orus Campus Biomedico	Container				40.A6.03.61				
468	1	FR09	Via Orus Campus Biomedico	Palazzina B	LAB. GASTRO ENT. ST 12 Paino 2	70.A5.45.41 Ric.Gastroent Lab	FR09 +4 °C	40.A6.43.91		1	9,5	
469	1	007	Via Orus Campus Biomedico	Palazzina B	Lab. Proteomica	70.A5.69.01 Ric. Camp.Bio. PB P.T.	UT. 007 -20 °C ST. FRIGO	40.A6.39.40		-30	-12	
470	1	009	Via Orus Campus Biomedico	Palazzina B	Lab. Proteomica	70.A5.69.01 Ric. Camp.Bio. PB P.T.	UT. 009 +4 °C ST. FRIGO	40.A6.39.42		1	10	
471	1	008	Via Orus Campus Biomedico	Palazzina B	Lab. Proteomica	70.A5.69.01 Ric. Camp.Bio. PB P.T.	UT. 008 -20 °C ST. FRIGO	40.A6.52.87		-30	-10	
472	1	UT. 010	Via Orus Campus Biomedico	Palazzina B	laboratorio trombosi cardiologia	70.A5.69.01 Ric. Camp.Bio. PB P.T.	UT. 010 -80 °C ST. FRIGO	40.A5.96.94		-90	-60	
473	1	UT. 203 -80 °C	Via Orus Campus Biomedico	Palazzina B	laboratorio trombosi cardiologia	70.A5.69.01 Ric. Camp.Bio. PB P.T.	UT. 203 -80 °C	40.A6.03.64		-90	-55	
474	2	FR 01-20	Via Orus Campus Biomedico	Palazzina B	P3	70.D0.18.54 Ric. Mon. St. Fr. 3°P	FR 01 -20°C	40.B0.67.19	foto inv.812791		COMBINATO	Rex RF36BS
475		FR 01+4	Via Orus Campus Biomedico	Palazzina B	P3	70.D0.18.54 Ric. Mon. St. Fr. 3°P	FR 01 +4°C	40.B0.67.19	foto inv.812791		COMBINATO	Rex RF36BS
476	1	CG -80	Via Orus Campus Biomedico	Palazzina B	P3	70.D0.18.54 Ric. Mon. St. Fr. 3°P	CG -80°C	40.B0.88.46	U.P. 006365			Angelantoni
477	1	CG 16 -80°C	Via Orus Campus Biomedico	Palazzina B	Palazzina B – Piano terra		CG 16 -80°C	40.A6.03.55		-90	-55	
478	1	UT 9 -80°C	Via Orus Campus Biomedico	Palazzina B	Palazzina B – Piano terra		UT 9 -80°C	40.A5.53.13		-90	-50	
479	1	UT 11 -80°C	Via Orus Campus Biomedico	Palazzina B	Palazzina B – Piano terra		UT 11 -80°C	40.A7.54.93		-90	-60	
480	2	UT. 10 -20°C	Via Orus Campus Biomedico	Palazzina B	Palazzina B – Piano terra		UT. 10 -20°C	40.B1.45.12				
481		UT. 10 +4°C	Via Orus Campus Biomedico	Palazzina B	Palazzina B – Piano terra		UT. 10 + 4 °C	40.B1.45.12				
482	1	UT 13 -20°C	Via Orus Campus Biomedico	Palazzina B	Palazzina B – Piano terra		UT 13 -20°C	40.B1.13.83				
483	1	UT 12 -20°C	Via Orus Campus Biomedico	Palazzina B	Palazzina B – Piano terra		UT 12 -80°C	40.B1.30.28				
484	2	Ut 120 – 20°C	Via Orus Campus Biomedico	Palazzina B	Palazzina B – Primo piano		Ut 120 – 20°C	40.B1.49.50				
485		Ut 120 + 4°C	Via Orus Campus Biomedico	Palazzina B	Palazzina B – Primo piano		Ut 120 + 4°C	40.B1.49.50				
486	1	UT 119	Via Orus Campus Biomedico	Palazzina B	Palazzina B – Primo piano	70.D0.30.07 Ric.Camp.Bio.PB 1°P	UT. 119 -20 °C	40.A6.10.19	A.O.P. 880181	-32	-12	
487	2	UT. 124 - 20°C	Via Orus Campus Biomedico	Palazzina B	Palazzina B – Primo piano		UT. 124 -20°C	40.B0.54.93		-30	-10	
488		UT. 124 +4°C	Via Orus Campus Biomedico	Palazzina B	Palazzina B – Primo piano		UT. 124 + 4 °C	40.B0.54.93		1	8	
489	1	Ut 115	Via Orus Campus Biomedico	Palazzina B	Palazzina B – Primo piano	70.D0.30.07 Ric.Camp.Bio.PB 1°P	UT. 115 +4 °C	40.A6.39.63	A.O.P. 895222	1	10	
490	1	UT 105	Via Orus Campus Biomedico	Palazzina B	Palazzina B – Primo piano	Ric.Camp.Bio.PB 1°P	UT. 105 -20 °C	40.A6.39.65		-30	-12	
491	1	Ut 117	Via Orus Campus Biomedico	Palazzina B	Palazzina B – Primo piano		UT. 117 -20 °C	40.A6.44.31	871890	-30	-10	
492	2	UT 118	Via Orus Campus Biomedico	Palazzina B	Palazzina B – Primo piano	70.D0.30.07 Ric.Camp.Bio.PB 1°P	UT. 118 -20 °C	40.B0.69.66				
493		UT 118	Via Orus Campus Biomedico	Palazzina B	Palazzina B – Primo piano	Ric.Camp.Bio.PB 1°P	UT. 118 +4 °C	40.B0.69.66				
494	2	UT. 204 -20 °C	Via Orus Campus Biomedico	Palazzina B	Palazzina B – Primo piano	Camp.Bio. PB P.T.	UT. 204 -20 °C	40.A3.21.00		-30	-12	

ELENCO FRIGORIFERI E CONGELATORI IN TELEASSISTENZA

	Sonda	Etichetta frigo	Stabile	Reparto 1	Sottoreparto 2	Modem di gruppo	Utenza	Data logger	Inventario	T min	T max	Marca e mod.
495		UT. 204 +4 °C	Via Orus Campus Biomedico	Palazzina B	Palazzina B – Primo piano	Camp.Bio. PB P.T.	UT. 204 +4 °C	40.A3.21.00		1	9	
496	1	UT. 205 -20 °C ST.	Via Orus Campus Biomedico	Palazzina B	Palazzina B – Primo piano	70.A5.69.01 Ric. Camp.Bio. PB P.T.	UT. 205 -20 °C	40.A6.02.59		-30	-12	
497	1	Ut 103	Via Orus Campus Biomedico	Palazzina B	Palazzina B – Primo piano		UT. 103 -20 °C ST. FRIGO	40.A6.52.63		-30	-10	
498	1	121	Via Orus Campus Biomedico	Palazzina B	Palazzina B – Primo piano	Ric.Camp.Bio.PB 1°P	UT. 121 CELLA FRIGO	40.A6.52.80	foto ma non inv.	1	10	
499	1	UT 101	Via Orus Campus Biomedico	Palazzina B	Palazzina B – Primo piano		UT. 101 -20°C	40.A7.54.84		-30	-10	
500	2	UT 318 -20 °C	Via Orus Campus Biomedico	Palazzina B	palazzina B – Secondo piano	70.A6.31.43 Ric. Camp. Bio. PB 3°P	UT. 318 -20 °C	40.A5.74.21		-30	-14	
501		UT 318 +4 °C	Via Orus Campus Biomedico	Palazzina B	palazzina B – Secondo piano	70.A6.31.43 Ric. Camp. Bio. PB 3°P	UT. 318 +4 °C	40.A5.74.21		1	9	
502	2	UT CG -20°C	Via Orus Campus Biomedico	Palazzina B	palazzina B – Secondo piano	70.A6.31.43 Ric. Camp. Bio. PB 3°P	UT CG -20°C ocean	40.B0.81.89				
503		UT FR +4°C	Via Orus Campus Biomedico	Palazzina B	palazzina B – Secondo piano	70.A6.31.43 Ric. Camp. Bio. PB 3°P	UT FR +4°C Ocean	40.B0.81.89				
504	1	UT 316	Via Orus Campus Biomedico	Palazzina B	palazzina B – Secondo piano	70.A6.31.43 Ric. Camp. Bio. PB 3°P	UT. 316 +4 °C	40.B1.14.14				
505	1	UT 319	Via Orus Campus Biomedico	Palazzina B	palazzina B – Secondo piano		UT 319 +4 °C	40.B1.14.27				
506	1	UT 7	Via Orus Campus Biomedico	Palazzina B	palazzina B – Secondo piano	70.A6.31.43 Ric. Camp. Bio. PB 3°P	UT. 7 -20 °C	40.B1.30.35				
507	1	UT 304	Via Orus Campus Biomedico	Palazzina B	palazzina B – Secondo piano		UT. 304 -20 °C	40.A6.03.53		-30	-11	
508	1	Cong. - 20°C	Via Orus Campus Biomedico	Palazzina B	palazzina B – Secondo piano	70.A5.45.41 Ric.Gastroent Lab	Cong. - 20°C	40.A5.40.70	Inv 003053	-30	-10	
509	1	UT6	Via Orus Campus Biomedico	Palazzina B	palazzina B – Secondo piano	70.A5.45.41 Ric.Gastroent Lab	UT6	40.A5.53.45		-90	-50	
510	1	AOPF000017	Via Orus Campus Biomedico	Palazzina B	palazzina B – Secondo piano	70.A5.45.41 Ric.Gastroent Lab	AOPF000017	40.A5.74.43		-30	-10	
511	1	Frigo + 4 °C	Via Orus Campus Biomedico	Palazzina B	palazzina B – Secondo piano	70.A5.45.41 Ric.Gastroent Lab	Frigo + 4 °C	40.B0.81.79				
512	1	CG08	Via Orus Campus Biomedico	Palazzina B	palazzina B – Secondo piano	70.D0.31.03	CG08 -20°C	40.A5.16.77		-30	-10	
513	1	UT 306	Via Orus Campus Biomedico	Palazzina B	palazzina B – Terzo piano	71.A6.31.43 Ric. Camp. Bio. PB 3°P	UT 306 -80°C	40.A5.98.11		-90	-55	
514	1	UT 305	Via Orus Campus Biomedico	Palazzina B	palazzina B – Terzo piano	71.A6.31.43 Ric. Camp. Bio. PB 3°P	UT 305 -20°C	40.A6.01.45		-30	-14	
515	1	UT 302	Via Orus Campus Biomedico	Palazzina B	palazzina B – Terzo piano	71.A6.31.43 Ric. Camp. Bio. PB 3°P	UT 302	40.A6.39.74		-90	-60	
516	1	UT 8 -80°C	Via Orus Campus Biomedico	Palazzina B	palazzina B – Terzo piano	71.A6.31.43 Ric. Camp. Bio. PB 3°P	UT 8 -80°C	40.A7.54.65		-90	-60	
517	1	CG -80°C	Via Orus Campus Biomedico	Palazzina B	palazzina B – Terzo piano	71.A6.31.43 Ric. Camp. Bio. PB 3°P	CG -80°C	40.B0.88.46				
518	1	FR 13	Via Orus Campus Biomedico	Palazzina B	palazzina B – Terzo piano	71.A6.31.43 Ric. Camp. Bio. PB 3°P	FR 13 +4 °C	40.A3.19.18		1	9	
519	2	FR 01 -20°C	Via Orus Campus Biomedico	Palazzina B	palazzina B – Terzo piano	71.A6.31.43 Ric. Camp. Bio. PB 3°P	FR 01 -20°C	40.B0.67.19				
520		FR 01 +4°C	Via Orus Campus Biomedico	Palazzina B	palazzina B – Terzo piano	71.A6.31.43 Ric. Camp. Bio. PB 3°P	FR 01 +4°C	40.B0.67.19				
521	1	UT 002	Via Orus Campus Biomedico	Palazzina B	palazzina B – Terzo piano	71.A6.31.43 Ric. Camp. Bio. PB 3°P	UT 002	40.B1.14.19				
522	1	FA-GO700TM	Via Orus Campus Biomedico	Palazzina B	palazzina B – Terzo piano	71.A6.31.43 Ric. Camp. Bio. PB 3°P	FA-GO700TM	40.B0.71.52				
523	1	116	Via Orus Campus Biomedico	Palazzina B	patologia neuromuscolare	70.D0.30.07 Ric.Camp.Bio.PB 1°P	UT. 116 -20 °C ST. CELLULE	40.A6.39.36		-30	-10	
524	1	135	Via Orus Campus Biomedico	Palazzina B	patologia neuromuscolare	70.D0.30.07 Ric.Camp.Bio.PB 1°P	UT. 135 + 4 °C ST. 23	40.A6.39.52	A.O.P. 897379	1	10	
525	1	UT 104	Via Orus Campus Biomedico	Palazzina B	patologia neuromuscolare	70.D0.30.07 Ric.Camp.Bio.PB 1°P	UT. 104 -20 °C ST. FRIGO	40.A6.39.59	A.O.P. 897384	-30	-12	
526	1	133	Via Orus Campus Biomedico	Palazzina B	patologia neuromuscolare	70.D0.30.07 Ric.Camp.Bio.PB 1°P	UT. 133 -20 °C ST. 23	40.A6.39.82	U.P. 000235	-30	-12	

ELENCO FRIGORIFERI E CONGELATORI IN TELEASSISTENZA

	Sonda	Etichetta frigo	Stabile	Reparto 1	Sottoreparto 2	Modem di gruppo	Utenza	Data logger	Inventario	T min	T max	Marca e mod.
527	1	134	Via Orus Campus Biomedico	Palazzina B	patologia neuromuscolare	70.D0.30.07 Ric.Camp.Bio.PB 1°P	UT. 134 + 4 °C ST. 23	40.A6.44.38	A.O.P. 897380	0,5	9	
528	1	136	Via Orus Campus Biomedico	Palazzina B	patologia neuromuscolare	70.D0.30.07 Ric.Camp.Bio.PB 1°P	UT. 136 -20 °C ST. 23	40.A6.52.75	A.O.P. 897383	-30	-10	
529	1	UT 5	Via Orus Campus Biomedico	Palazzina B	patologia neuromuscolare	70.D0.30.07 Ric.Camp.Bio.PB 1°P	UT.5 – 20 °C Cardiologia	40.B0.90.12	A.O.P. 897384			
530	1	Cella Pat neuro musc.	Via Orus Campus Biomedico	Palazzina B	patologia neuromuscolare		Cella patologia neuromuscolare	40.A3.19.52		2	10	
531	1	UT 14 -80	Via Orus Campus Biomedico	Palazzina B	patologia neuromuscolare	70.A5.69.01	UT 14 -80 °C	40.A6.94.31		-90	-60	
532	2	UT. 01 -20°C	Via Orus Campus Biomedico	Palazzina B	patologia neuromuscolare	70.A5.69.01	UT. 01 -20°C st. 23 PT	40.B0.69.78				
533		UT. 01 +4°C	Via Orus Campus Biomedico	Palazzina B	patologia neuromuscolare	70.A5.69.01	UT. 01 + 4 °C st. 23 PT	40.B0.69.78				
534	2	-20 matr 3768	Via Orus Campus Biomedico	Palazzina B	Piano 3		GP4013 matr 3768	40.A5.53.16		0	10	
535		-20 matr 3768	Via Orus Campus Biomedico	Palazzina B	Piano 3		GP4013 matr 3768	40.A5.53.16		-32	-12	
536	1	113	Via Orus Campus Biomedico	Palazzina B	servizio per la patologia della riproduzione umana	70.D0.30.07 Ric.Camp.Bio.PB 1°P	UT. 113 -20 °C ST. CELLULE	40.A6.43.95		-30	-12	
537	1	112	Via Orus Campus Biomedico	Palazzina B	servizio per la patologia della riproduzione umana		UT. 112 -50 °C ST. CELLULE	40.A6.44.14		-65	-35	
538	1	114	Via Orus Campus Biomedico	Palazzina B	servizio per la patologia della riproduzione umana	70.D0.30.07 Ric.Camp.Bio.PB 1°P	UT. 114 +4 °C ST. CELLULE	40.A6.52.65		1	10	
539	1	110	Via Orus Campus Biomedico	Palazzina B	servizio per la patologia della riproduzione umana	70.D0.30.07 Ric.Camp.Bio.PB 1°P	UT. 110 -80 °C ST. FRIGO	40.A6.39.43		-90	-52	
540	1	108	Via Orus Campus Biomedico	Palazzina B	servizio per la patologia della riproduzione umana	70.D0.30.07 Ric.Camp.Bio.PB 1°P	UT. 108 -20 °C ST. FRIGO	40.A6.43.86		-30	-12	
541	1	106	Via Orus Campus Biomedico	Palazzina B	servizio per la patologia della riproduzione umana	70.D0.30.07 Ric.Camp.Bio.PB 1°P	UT. 106 -80 °C ST. FRIGO	40.A6.52.59		-90	-60	
542	1	109	Via Orus Campus Biomedico	Palazzina B	servizio per la patologia della riproduzione umana	70.D0.30.07 Ric.Camp.Bio.PB 1°P	UT. 109 -80 °C ST. FRIGO	40.B0.56.99		-90	-60	
543	A	Sonda ambiente	Via Orus Campus Biomedico	Palazzina B	Sonda ambiente		Ambiente palazzina B 4° piano	20.D0.22.11		10	28	
544	A	Sonda ambiente	Via Orus Campus Biomedico	Palazzina E	Ambiente	70.A6.31.27 Ric. Camp. Bio PE P.T.	Ambiente palazzina E piano terra	20.D0.22.21		10	28	
545	2	E 005	Via Orus Campus Biomedico	Palazzina E	laboratorio bioacustica	70.A6.31.27 Ric. Camp. Bio PE P.T.	E005 -20 °C STANZA BIOACUSTICA	40.A6.00.72		-30	-12	
546		E 005	Via Orus Campus Biomedico	Palazzina E	laboratorio bioacustica	70.A6.31.27 Ric. Camp. Bio PE P.T.	E005 +4 °C STANZA BIOACUSTICA	40.A6.00.72		0	10	
547	1	E 001	Via Orus Campus Biomedico	Palazzina E	laboratorio bioacustica	70.A6.31.27 Ric. Camp. Bio PE P.T.	E001 -20 °C STANZA BIOACUSTICA	40.A6.43.99		-30	-12	
548	1	E 004	Via Orus Campus Biomedico	Palazzina E	laboratorio bioacustica	70.A6.31.27 Ric. Camp. Bio PE P.T.	E004 -20 °C STANZA BIOACUSTICA	40.A6.44.01		-30	-12	
549	1	E 003	Via Orus Campus Biomedico	Palazzina E	laboratorio bioacustica	70.A6.31.27 Ric. Camp. Bio PE P.T.	E003 +4 °C STANZA BIOACUSTICA	40.A6.44.03		-30	-12	
550	1	E 002	Via Orus Campus Biomedico	Palazzina E	laboratorio bioacustica	70.A6.31.27 Ric. Camp. Bio PE P.T.	E002 +4 °C STANZA BIOACUSTICA	40.A6.44.50		0	9	
551	1	E 100	Via Orus Campus Biomedico	Palazzina E	malattie metaboliche ereditarie	70.D0.30.15 Ric. Camp. Bio. PE 1°P	UT 100 -80 °C STANZA FRIGO	40.A6.52.85		-90	-55	
552	1	E 106	Via Orus Campus Biomedico	Palazzina E	malattie metaboliche ereditarie	70.D0.30.15 Ric. Camp. Bio. PE 1°P	E106 -20 °C STANZA LABORATORIO		Inv.904174	-30	-12	
553	1	E 106	Via Orus Campus Biomedico	Palazzina E	malattie metaboliche ereditarie	70.D0.30.15 Ric. Camp. Bio. PE 1°P	E106 +4 °C STANZA LABORATORIO		Inv.904174	1	9,5	
554	1	E 107	Via Orus Campus Biomedico	Palazzina E	malattie metaboliche ereditarie	70.D0.30.15 Ric. Camp. Bio. PE 1°P	E107 -20 °C STANZA LABORATORIO	40.B1.82.31	912702	-35	-12	

ELENCO FRIGORIFERI E CONGELATORI IN TELEASSISTENZA

	Sonda	Etichetta frigo	Stabile	Reparto 1	Sottoreparto 2	Modem di gruppo	Utenza	Data logger	Inventario	T min	T max	Marca e mod.
555	1	E 108	Via Orus Campus Biomedico	Palazzina E	malattie metaboliche ereditarie	70.D0.30.15 Ric. Camp. Bio. PE 1°P	E108 -20 °C STANZA LABORATORIO	40.B1.83.70	912703	-35	-12	
556	1	UT KW 700	Via Orus Campus Biomedico	Palazzina E	malattie metaboliche ereditarie	70.D0.30.15 Ric. Camp. Bio. PE 1°P	KW700 +4 916520	40.A6.43.88	916520	0	13	
557	1	UT 202	Via Orus Campus Biomedico	Palazzina F	Lab. Proteomica	70.F2.66.70	UT 202 -80 °C	40.A6.52.70		-95	-60	
558	1	E 102	Via Orus Campus Biomedico	Palazzina F	laboratorio trombosi cardiologia	70.F2.66.70	E102 -80 °C STANZA FRIGO	40.A6.52.83		-90	-60	
559	1	UT 210	Via Orus Campus Biomedico	Palazzina F	laboratorio trombosi cardiologia	70.F2.66.70	UT 210. - 80°C eppendorf	40.A9.13.36		-90	-60	
560	1	Cong -80°C UT14	Via Orus Campus Biomedico	Palazzina F	Neuromuscolare	70.F2.66.70	Cong -80°C UT14	40.A6.94.48		-90	-60	
561	1	UT 004 -80	Via Orus Campus Biomedico	Palazzina F	patologia neuromuscolare	70.F2.66.70	UT 004 -80 °C	40.A6.43.92		-90	-60	
562	1	UT 15 -80	Via Orus Campus Biomedico	Palazzina F	patologia neuromuscolare	70.F2.66.70	UT 15 -80 °C	40.D0.36.16				
563	1	UTC3	Via Orus Campus Biomedico	Palazzina F	Trasferito da Ex-semeiotica piano - 1	70.F2.66.70	UT. C3 -80°C St. C	40.B0.98.60	A.O.P. 897364			Angelantoni Platilab 500
564	1	UT 01	Via Orus Campus Biomedico	Palazzina F		70.F2.66.70	UT.1 -80°C	40.A4.51.91		-80	-50	
565	1	UT 013	Via Orus Campus Biomedico	Palazzina F		70.F2.66.70	UT 013 -80 °C STZ congelatori	40.A5.96.76		-90	-60	
566	1	UT 303	Via Orus Campus Biomedico	Palazzina F		70.F2.66.70	UT. 303 -80 °C	40.A5.97.75		-90	-55	
567	1	Cella 2 -20 °C 3 porte	Via Orus Campus Biomedico	Palazzina F		70.F2.66.70	Cella 2 -20 °C 3 porte	40.A6.10.36		-30	-8	
568	1	Cong.-80°C UT 2 KW	Via Orus Campus Biomedico	Palazzina F		70.F2.66.70	Cong. -80°C ut 2 KW	40.A6.39.35		-90	-60	
569	1	Cella 1 -20 °C 5 porte	Via Orus Campus Biomedico	Palazzina F		70.F2.66.70	Cella 1 -20 °C 5 porte	40.A6.43.85		-30	-8	
570	1	Ut 203	Via Orus Campus Biomedico	Palazzina F		70.F2.66.70	UT. 203 -80 °C ST. FRIGO	40.A6.52.73	897362	-+90	-60	
571	1	UT 321	Via Orus Campus Biomedico	Palazzina F		70.F2.66.70	UT 321	40.A6.52.74		-35	-14	
572	1	UT 309	Via Orus Campus Biomedico	Palazzina F		70.F2.66.70	UT 309 – 20°C	40.A8.20.71		-30	-10	
573	1	UT 308	Via Orus Campus Biomedico	Palazzina F		70.F2.66.70	UT 308 – 80°C	40.A9.13.42		-90	-60	
574	1	CG 07	Via Orus Campus Biomedico	Palazzina F		70.F2.66.70	CG 07 -80°C	40.B0.62.02	U.P. 003811	-90	-55	FORMA SCIENTIFI C
575	1	920235	Via Orus Campus Biomedico	Palazzina F		70.F2.66.70	Cella 2 -20 °C 3 porte	40.B0.63.67	920235			
576	1	UT 020	Via Orus Campus Biomedico	Palazzina F		70.F2.66.70	UT 020 – 80 °C	40.B0.85.23				
577	1	920233	Via Orus Campus Biomedico	Palazzina F		70.F2.66.70	Cella 2 -20 °C 3 porte	40.B0.99.03	920233			
578	1	Cong. -80°C UT 340	Via Orus Campus Biomedico	Palazzina F		70.F2.66.70	Cong. -80°C UT 340	40.F3.04.64				

385	Totale data logger a 1 canale	
99	Totale data logger a 2 canale	
17	Totale data logger ambiente	