



REGIONE DEL VENETO

Azienda  
Ospedale  
Università  
Padova

**U.O.S.D. INGEGNERIA CLINICA**

*Direttore: Ing. Francesca Menotto*

**Indagine di mercato per il servizio di manutenzione per un Isolatore per la manipolazione di farmaci ISOMATE CYTO 1.8, Matricola W9024 ditta Bioair Spa in uso presso la UOC Farmacia dell'Azienda Ospedale Università Padova.**

**Riscontro alle richieste di chiarimento pervenute al 20.04.26**

**QUESITO 1:**

Trattandosi di attività specialistica di solito esclusa dai contratti di manutenzione, si richiede conferma di poter prevedere la voce relativa allo smaltimento dei filtri esausti separatamente rispetto alle voci di "full risk" e di "manutenzione preventiva" nella compilazione dell'allegato B.

**RISCONTRO:**

Si conferma la possibilità di prevedere la voce relativa allo smaltimento dei filtri esausti separatamente rispetto alle voci di "full risk" e di "manutenzione preventiva", pertanto si può procedere ad una quotazione separata del servizio di smaltimento, fermo restando che lo stesso deve avvenire, dal punto di vista operativo, contestualmente al servizio di "full risk" e di "manutenzione preventiva".

F.to Dr. Nicolò Boaretto  
UOSD Ingegneria Clinica

**Azienda Ospedale-Università Padova:**

via Giustiniani, 2 - 35128 PADOVA  
T.+ 39 049 8211111  
P.E.C.: protocollo.aopd@pecveneto.it  
Cod.Fisc./P.IVA 00349040287

**UOSD Ingegneria Clinica**

*Direttore : Ing. Francesca Menotto*  
Responsabile del Procedimento: *Ing. Francesca Menotto*  
Referente dell'istruttoria: Dr. Fabio Franceschi  
T. +39 049 821 3236 – 3867  
e-mail [ing.clinica@aopd.veneto.it](mailto:ing.clinica@aopd.veneto.it)

**[Aopd.veneto.it](http://Aopd.veneto.it)**