

Regione del Veneto
AZIENDA OSPEDALE – UNIVERSITA' PADOVA

Delibera del Direttore Generale n. 671 del 20/04/2021

OGGETTO: ID 21A066 - Fornitura urgente di "Monitor parametri vitali" per l'Azienda Ospedale - Università Padova per far fronte all'emergenza COVID-19. Indizione procedura negoziata, ai sensi dell'articolo 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, e aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 1 comma 2 lettera b) della Legge n. 120/2020

NOTE TRASPARENZA: Con il presente provvedimento si indice, ai sensi dell'articolo 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, e si aggiudica definitivamente, ai sensi dell'articolo 1 comma 2 lettera b) della Legge n. 120/2020, la procedura negoziata per la fornitura di "Monitor parametri vitali" per far fronte all'emergenza COVID-19.

Il Sostituto Responsabile della **UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica** riferisce:

Tenuto conto dell'evoluzione epidemiologica in corso e del possibile passaggio dalla fase 4 alla fase 5, che implica per questa Azienda la necessità di allestire posti letto di terapia intensiva e semi-intensiva dedicati a pazienti COVID, si rende necessario acquisire con urgenza apparecchiature elettromedicali tra le quali rientrano i monitor parametri vitali che sono dispositivi essenziali nelle Aziende Sanitarie in questo particolare periodo.

Nell'incontro a distanza del 24/03/2021 con la Direzione Medica e la U.O.S. Ingegneria Clinica, è emerso che:

- ✓ è necessario acquisire con urgenza n. 12 monitor parametri vitali sulla base delle caratteristiche tecniche di minima che verranno comunicate dalla U.O.S. Ingegneria Clinica;
- ✓ tenuto conto dell'urgenza di acquisire i monitor in disamina, l'aggiudicazione verrà fatta previa verifica della conformità dei dispositivi proposti con quanto richiesto e tenendo in particolare considerazione i tempi di consegna comunicati dalle ditte.

In considerazione di ciò è stata indetta, ai sensi dell'articolo 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, procedura negoziata senza previa pubblicazione

AZIENDA OSPEDALE – UNIVERSITA' PADOVA

del bando invitando le ditte Euromed S.r.l. di Arre (PD), S.I.D.EM. S.p.a. di Bellusco (MB), Unimed S.r.l. di Pordenone, C.E.M. S.r.l. di Padova, Burke & Burke S.p.a. di Assago (MI), Medica S.r.l. di Pordenone, Nihon Kohden Italia S.r.l. di Bergamo e Officine Biomedica S.r.l. di Limena (PD) – Sintel ID n. 136391104.

Entro la scadenza stabilita (26/03/2021), sono pervenute le offerte, complete della documentazione e delle informazioni richieste, delle seguenti ditte: Euromed S.r.l. di Arre (PD), S.I.D.EM. S.p.a. di Bellusco (MB), Unimed S.r.l. di Pordenone, C.E.M. S.r.l. di Padova, Burke & Burke S.p.a. di Assago (MI), Medica S.r.l. di Pordenone e Nihon Kohden Italia S.r.l. di Bergamo.

Successivamente la documentazione tecnica è stata sottoposta all'U.O.S. di Ingegneria Clinica, la quale mediante le vie brevi ha comunicato la propria analisi dei dispositivi offerti, della quale vengono riportate le parti più importanti: "(omissis) tutte le ditte (tranne la ditta Unimed che non offre la saturazione Nellcor o Masimo come da specifiche tecniche di minima) propongono, seppure con differenti modalità, prodotti che possono ritenersi adeguati alle specifiche tecniche minime da noi avanzate. Alla luce di quanto sopra riportato, in considerazione del momento di estrema urgenza sanitaria e tenuto conto delle direttive fornite dalla DMO, per le quali la fornitura è da prevedersi funzionale ad un reparto di terapia semi-intensiva pneumologia, si ritiene che la scelta dovrà ricadere sull'offerta in grado di garantire i seguenti parametri in questo specifico ordine di priorità:

- ✓ immediata disponibilità (pronta consegna)
 - ✓ IBP su tutta la fornitura
 - ✓ presenza del parametro EtCO₂ come di seguito specificato
- (omissis) per la definizione dell'esigenza o meno in ambito semi-intensivo specialistico del parametro dell'EtCO₂, si conviene quanto segue:
- ✓ la possibilità di implementare un sistema centralizzato è aspetto estremamente importante poiché consente al personale sanitario una gestione più efficace, puntuale e sicura del reparto
 - ✓ il parametro dell'EtCO₂ è indispensabile almeno su una parte della fornitura per garantire la specialistica semi-intensiva pneumologia dove necessaria

A fronte di quanto sopra riportato si ritiene che la proposta della ditta Medica S.r.l. possa ritenersi, da un punto di vista tecnico, operativo e sanitario la più conforme alle necessità contingenti”.

Per quanto sopra si propone di aggiudicare, ai sensi dell’articolo 1 comma 2 lettera b) della Legge n. 120/2020, la procedura negoziata per l’affidamento della fornitura di n. 12 Monitor parametri vitali alla ditta Medica S.r.l. di Pordenone per un importo complessivo di € 54.974,60 I.V.A. esclusa – meglio dettagliato nell’offerta della ditta che viene allegata al presente atto e ne fa parte integrante e sostanziale nella quale viene riportato: descrizione prodotto, nome commerciale, codice prodotto, marca prodotto, CND, RDM, quantità, prezzo unitario e importo complessivo finale e nella quale viene evidenziato che la consegna del materiale nel caso di aggiudicazione sarà immediata.

Si evidenzia che la fornitura in argomento non è allo stato attuale oggetto di gare centralizzate a livello regionale e neppure di Convenzioni attive della Consip.

Viene approntata la presente deliberazione avendo presente quanto disposto dal regolamento aziendale per l’acquisizione di beni e servizi sotto soglia comunitaria approvato con Delibera del Direttore Generale n. 1516 del 30/10/2020.

Tutto ciò premesso:

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO della suesesa proposta e accertato che il Sostituto Responsabile della **UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica** ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla conformità con la vigente legislazione statale e regionale, nonché la copertura della spesa prevista nel budget assegnato per l’anno in corso;

RITENUTO di dover adottare in merito i provvedimenti necessari;

VISTO il Decreto Legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni e le leggi regionali n. 55 e n. 56 del 1994 e successive modifiche ed integrazioni;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario per quanto di rispettiva competenza;

IN BASE ai poteri conferitigli dal D.P.G.R. n. 29 del 26.02.2021.

Regione del Veneto
AZIENDA OSPEDALE – UNIVERSITA' PADOVA

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa:

1. di indire, ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, procedura di gara negoziata senza pubblicazione del bando invitando ditte conosciute del settore, come indicato in premessa, per la fornitura urgente di n. 12 "Monitor parametri vitali", per un importo a base d'asta di € 55.000,00 IVA esclusa tenendo in particolare considerazione i tempi di consegna;
2. di prendere atto della relazione della U.O.S. Ingegneria Clinica, che viene allegata al presente atto e ne fa parte integrante e sostanziale, con la quale viene individuata l'offerta tecnica della ditta Medica S.r.l. come la più conforme alle necessità contingenti sia da un punto di vista tecnico, che operativo e sanitario;
3. di aggiudicare, ai sensi dell'articolo 1 comma 2 lett. b) della Legge n. 120/2020, la procedura negoziata telematica n. 136391104 tramite piattaforma SINTEL alla ditta Medica S.r.l. per un importo complessivo di € 54.974,60 I.V.A. 5% esclusa, che viene dettagliato nell'offerta presentata dalla ditta nella quale viene riportato: descrizione prodotto, nome commerciale, codice prodotto, marca prodotto, CND, RDM, quantità, prezzo unitario e importo complessivo finale;
4. di stipulare il relativo contratto per mezzo di corrispondenza come previsto dall'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016;
5. di precisare che la spesa complessiva di € 57.723,33 I.V.A. 5% inclusa, sarà assegnata al conto patrimoniale n. 20024001 avente per oggetto "Attrezzature sanitarie e scientifiche" – esercizio 2021;
6. di nominare Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'articolo 31 del D.Lgs. n. 50/2016, l'Ing. Francesca Menotto, Sostituto Responsabile della U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica;
7. di nominare, ai sensi dell'articolo 101 del D.Lgs. n. 50/2016, Direttore dell'esecuzione del contratto, il responsabile della U.O.S. Ingegneria

Regione del Veneto
AZIENDA OSPEDALE – UNIVERSITA' PADOVA

Clinica;

8. di dare atto che i dati essenziali richiesti dal D.Lgs. n. 33/2013, di cui alla scheda ANAC allegata, saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'Azienda;
9. di delegare il Sostituto Responsabile della UOC Provveditorato, Econo-
mato e Gestione della Logistica alla firma di tutti gli atti inerenti e
conseguenti l'esecuzione della presente deliberazione.

Il Direttore Generale
F.to Dr.Giuseppe Dal Ben

SPECIFICHE TECNICHE MINIME	EUROMED	MEDICA					NIHON KOHDEN	SIDEM	UNIMED	CEM	BURKE & BURKE
	MAGNOLIA 12	ePM 12M (qt.1)	ePM 12 (qt.1)	ePM 12 (qt.2)	ePM10 (qt.2)	BENEVISIO N N1 (qt.6)	VISMO PVM4700	EFFICIA CM10	GE B105ATO	FAZZINI PMS800C	BLT Q5
10" - 12" pollici o superiore. Eventuali dimensioni inferiori solo se garantita la trasportabilità 'e collegamento a monitor di dimensioni superiori e centralizzabili	ok (12) touchscreen	ok (12) touchscreen	ok (12) touchscreen	ok (12) touchscreen	ok (10) touchscreen	ok (5,5) touchscreen	ok (10.4) touchscreen	ok (10.1)	ok (10) touchscreen	ok (12) touchscreen	ok (12) touchscreen
Centralizzabile	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
ECG a 3 derivazioni con cavo a 3 o 5 fili	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
SpO2 Nellcor o Masimo	Nellcor	Mindray compatibile e sia nellcor sia Masimo	Mindray compatibile e sia nellcor sia Masimo	Mindray compatibile e sia nellcor sia Masimo	Mindray compatibile e sia nellcor sia Masimo	Mindray compatibile e sia nellcor sia Masimo	Nellcor	Philips compatibile e sia Nellcor sia Masimo	assente (offerto solo GE)	ok (opzionale sia Nellcor sia Masimo)	Nellcor

Onda Pletismografica	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
Pressione non invasiva (NIBP)	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
2 Temperature	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok (opzionale)	ok
Almeno 1 Pressione non Invasiva (IBP)	ok (4 in pronta consegna)	ok (2 IBP)	ok (2 IBP)	ok (2 IBP)	ok (2 IBP)	ok (2 IBP)	tramite multiconnettore max 2 IBP	ok (2 IBP)	ok	ok (opzionale)	ok (2 IBP)
La presenza dell' EtCO2 e' da considerarsi condizione PREFERENZIALE	ok (5 in pronta consegna)	assente ma integrabile con modulo EtCO2 (non offerto)	ok	assente	assente	ok	tramite multiconnettore (quindi solo 1 IBP)	assente	ok	ok (opzionale)	ok
La presenza di un eventuale carrello porta monitor e' da considerarsi condizione PREFERENZIALE	ok (4 in pronta consegna)	ok	ok	ok	ok	ok	ok (i tempi di consegna salgono a 6 gg)	ok	assente	ok (sconto merce)	ok
Il monitor dovrà essere	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok

fornito completo di accessori e relativo materiale di consumo											
Tempi di consegna (max 2-3 gg)	pronta consegna	pronta consegna	pronta consegna	pronta consegna	pronta consegna	pronta consegna	3 gg	pronta consegna	5 gg	2-3 gg (con IBP 4 settimane!)	2 gg
Centrale di Monitoraggio compresa nella fornitura	non proposta	offerta in sconto merce completa di display, stampante, switch di rete e UPS					ok (offerta a parte)	non proposta	non proposta	non proposta	non proposta

VALUTAZIONE:

A fronte della documentazione tecnica inviata dalle ditte che hanno risposto alla manifestazione d'interesse si rilascia il seguente parere: sei sono le ditte (tranne la ditta Unimed che non offre la saturazione Nellcor o Masimo come da specifiche tecniche di minima) che propongono, seppure con differenti modalità, prodotti che possono ritenersi adeguati alle specifiche tecniche minime da noi avanzate. Alla luce di quanto sopra riportato, in considerazione del momento di estrema urgenza sanitaria e tenuto conto delle direttive fornite dalla DMO, per le quali la fornitura è da prevedersi funzionale ad un reparto di terapia semi-intensiva pneumologica, si ritiene che la scelta dovrà ricadere sull'offerta in grado di garantire i seguenti parametri in questo specifico ordine di priorità:

- immediata disponibilità (pronta consegna)
- IBP su tutta la fornitura
- presenza del parametro EtCO2 come di seguito specificato

Tenuto conto, come da indicazione offerta dalla dott.ssa Nesoti di prendere contatto con il dott. Vianello, per la definizione dell'esigenza o meno in ambito semi-intensivo specialistico del parametro dell'EtCO2, si conviene quanto segue:

- la possibilità di implementare un sistema centralizzato e' aspetto estremamente importante poiché consente al personale sanitario una gestione più efficace, puntuale e sicura del reparto.

- il parametro dell'EtCO₂ e' indispensabile almeno su una parte della fornitura per garantire la specialistica semi-intensiva pneumologica dove necessaria.

A fronte di quanto sopra riportato si ritiene che la proposta della ditta Medica possa ritenersi, da un punto di vista tecnico, operativo e sanitario la più conforme alle necessità contingenti.

OGGETTO: ID 21A066 - ID SINTEL 136391104 MONITOR PARAMETRI VITALI PER L'AZIENDA OSPEDALE - UNIVERSITA' PADOVA - CIG: 86837308AF

La scrivente Impresa _____ MEDICA SRL _____, con sede legale in ___ Pordenone_, Via _ interporto centro ingrosso,80 _____, avente P.I./C.F. n. _01269090930_, nella persona del Legale Rappresentante _ Stefano Pontisso _____, nato a S. Vito al Tagliamento_____, il ___ 25/04/1957 _____, in riferimento alla Procedura in oggetto, preso atto delle modalità di espletamento della gara e delle condizioni che regolano la fornitura in oggetto, formula la seguente offerta economica impegnativa e vincolante:

Lotto	Rif.	Descrizione prodotto	Nome commerciale	Codice prodotto	Marca prodotto	CND	Numero iscrizione repertorio (se Direttiva 93/42/CEE)	Pezzi Offerti (nr)	Prezzo unitario (MAX 5 decimali)	Prezzo complessivo (prezzo unitario x q.tà)	Percentuale di ribasso rispetto alla base d'asta (MAX 5 decimali)
1	1	Monitor ePM 12M ECG,SPO2,NIBP,2T,2IBP.	ePM 12M	MN.9203B-XA00009	MINDRAY	Z1203020201	1810024	1	3,779.63	€ 3,779.6300000	
1	1	Kit SpO2 accessori	Accessori Spo2	MN.0651-30-77014	MINDRAY	N.A	96172	1	132.75	€ 132.7500000	
1	1	Kit NIBP accessori	Accessori NIBP	MN.115-030686-00	MINDRAY	N.A	N.A	1	58.15	€ 58.1500000	
1	1	Kit ECG accessori	Accessori ECG	MN.0010-30-42719	MINDRAY	N.A.	N.A.	1	55.13	€ 55.1300000	
1	1	Kit ECG accessori	Accessori ECG	MN.0010-30-42736	MINDRAY	N.A.	N.A.	1	55.13	€ 55.1300000	
1	1	Kit SpO2 accessori	Accessori Spo2	MN.0651-30-77014	MINDRAY	N.A	96172	1	132.75	€ 132.7500000	
1	1	Kit NIBP accessori	Accessori NIBP	MN.115-030686-00	MINDRAY	N.A	N.A	1	58.15	€ 58.1500000	
1	1	Bracciale adulti large	Accessori NIBP	MN.115-030686-00	MINDRAY	N.A	N.A	1	23.25	€ 23.2500000	
1	1	Carrello	Carrello	MN.045-000924-00	MINDRAY	Z12030685	1190761	1	332.25	€ 332.2500000	
1	2	Monitor ePM 12 ECG,SPO2,NIBP,2T,2IBP, WIFI,CO2.	ePM 12	MN.9207B-XA00013	MINDRAY	Z1203020201	1810021	1	3,942.75	€ 3,942.7500000	
1	2	Kit SpO2 accessori	Accessori Spo2	MN.0651-30-77014	MINDRAY	N.A	96172	1	132.75	€ 132.7500000	
1	2	Kit NIBP accessori	Accessori NIBP	MN.115-030686-00	MINDRAY	N.A	N.A	1	58.15	€ 58.1500000	
1	2	Kit ECG accessori	Accessori ECG	MN.0010-30-42719	MINDRAY	N.A.	N.A.	1	55.13	€ 55.1300000	
1	2	Kit ECG accessori	Accessori ECG	MN.0010-30-42736	MINDRAY	N.A.	N.A.	1	55.13	€ 55.1300000	
1	2	Kit SpO2 accessori	Accessori Spo2	MN.0651-30-77014	MINDRAY	N.A	96172	1	132.75	€ 132.7500000	
1	2	Kit NIBP accessori	Accessori NIBP	MN.115-030686-00	MINDRAY	N.A	N.A	1	58.15	€ 58.1500000	
1	2	Bracciale adulti large	Accessori NIBP	MN.115-030686-00	MINDRAY	N.A	N.A	1	23.25	€ 23.2500000	
1	2	Carrello	Carrello	MN.045-000924-00	MINDRAY	Z12030685	1190761	1	332.25	€ 332.2500000	
1	3	Monitor ePM 12 ECG,SPO2,NIBP,2T,2IBP.	ePM 12	MN.9207B	MINDRAY	Z1203020201	1810021	2	2,973.00	€ 5,946.0000000	
1	3	Kit SpO2 accessori	Accessori Spo2	MN.0651-30-77014	MINDRAY	N.A	96172	2	132.75	€ 265.5000000	
1	3	Kit NIBP accessori	Accessori NIBP	MN.115-030686-00	MINDRAY	N.A	N.A	2	58.15	€ 116.3000000	
1	3	Kit ECG accessori	Accessori ECG	MN.0010-30-42719	MINDRAY	N.A.	N.A.	2	55.13	€ 110.2600000	
1	3	Kit ECG accessori	Accessori ECG	MN.0010-30-42736	MINDRAY	N.A.	N.A.	2	55.13	€ 110.2600000	
1	3	Kit SpO2 accessori	Accessori Spo2	MN.0651-30-77014	MINDRAY	N.A	96172	2	132.75	€ 265.5000000	
1	3	Kit NIBP accessori	Accessori NIBP	MN.115-030686-00	MINDRAY	N.A	N.A	2	58.15	€ 116.3000000	
1	3	Bracciale adulti large	Accessori NIBP	MN.115-030686-00	MINDRAY	N.A	N.A	2	23.25	€ 46.5000000	
1	3	Carrello	Carrello	MN.045-000924-00	MINDRAY	Z12030685	1190761	2	332.25	€ 664.5000000	
1	4	Monitor ePM 10 ECG,SPO2,NIBP,2T,2IBP.	ePM 10	MN.9207B	MINDRAY	Z1203020201	1810020	2	2,869.50	€ 5,739.0000000	
1	4	Kit SpO2 accessori	Accessori Spo2	MN.0651-30-77014	MINDRAY	N.A	96172	2	132.75	€ 265.5000000	
1	4	Kit NIBP accessori	Accessori NIBP	MN.115-030686-00	MINDRAY	N.A	N.A	2	58.15	€ 116.3000000	

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione e' stata pubblicata in copia all'Albo di questa Azienda Ospedaliera di Padova per 15 giorni consecutivi dal

Il Direttore
UOC AFFARI GENERALI
(Avv.Maria Grazia Cali)

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione e' divenuta esecutiva il 20/4/2021

Il Direttore
UOC AFFARI GENERALI
(Avv.Maria Grazia Cali)

Copia composta di n°13 fogli (incluso il presente) della delibera n. 671 del 20/4/2021 firmata digitalmente dal Direttore Generale e conservata secondo la normativa vigente presso Infocert S.p.a.

Padova, li

Il Direttore
UOC AFFARI GENERALI
(Avv.Maria Grazia Cali)
