

**DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO UNICO
U.O.C. PROVVEDITORATO, ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA**

Spett.li operatori economici

Oggetto: ID 20A125 – Appalto per la fornitura di apparecchiature per la U.O.C. Medicina Nucleare dell'Azienda Ospedale – Università Padova – **Errata corrige.**

Con riferimento alla procedura di gara in oggetto ed in particolare al “Capitolato Tecnico Apparecchiature” si precisa quanto segue:

LOTTO 1 Rif.to 3 – Sistema SPECT/CT dotato di sistema CT di tipo diagnostico con almeno 6 strati acquisibili contemporaneamente per singola scansione di 360 gradi con cristallo e collimatori in grado di acquisire esami a bassa e alta energia

La seguente caratteristica di minima: “DOTATA DI SISTEMA DI CORREZIONE DEGLI ARTEFATTI METALLICI IN CT”

Non deve essere presa in considerazione e conseguentemente non fa parte delle caratteristiche di minima del sistema sopraindicato.

Cordiali saluti.

Per il Sostituto Responsabile della
U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica
Dott.ssa Antonella Dai Prà