

**DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO UNICO**  
**U.O.C. PROVVEDITORATO, ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA**

**ID24D204 – Contenitori per trasporto dei campioni e dispositivi di prelievo**

**CHIARIMENTI**

	<b>QUESITI</b>	<b>RISPOSTE</b>
1	<p>Buongiorno, si chiede di confermare che per il lotto 5 la richiesta sia da intendersi per contenitori pre-riempiti di formalina e non privi di formalina come indicato nella colonna "Descrizione REF". Si chiede inoltre la possibilità di procedere con la presentazione di offerte anche parziali rispetto il completamento dei vari lotti. Certi di una vostra collaborazione, ringraziamo e salutiamo cordialmente.</p>	<p>Lotto 5 – Formalina neutra tamponata vs fissativi privi di formalina: La descrizione del lotto comprende diverse tipologie di prodotti, come specificato nelle singole voci REF</p> <p>Si si accettano anche offerte parziali</p>
2	<p>Buongiorno con la presente siamo a chiederVI quanto segue:</p> <p>lotto 1) - La voce "contenitori plastica a pressione 7 ml" risulta essere anomala nel contesto del lotto in quanto rientra nella gamma di "provetta" piuttosto che "contenitore". Per dare la possibilità di ampia partecipazione al lotto si chiede che le ditte offerenti possano aderire escludendo tale voce</p> <p>lotto 5) - La descrizione del lotto fa riferimento a "contenitori preriempiti con formalina neutra tamponata", nella descrizione REF si riporta che i contenitori devono essere preriempiti con X ml di fissativo privo di formalina, sembra esserci contraddizione - Si chiede che il contenimento di fissativo non sia precisamente quello richiesto ma all'incirca tra le 2 descrizioni, si chiede di chiarire ed eventualmente cosa si intende per "contenitore preriempito con X ml di fissativo privo di formalina"</p> <p>-La voce "contenitore 60 ml preriempito con 15 ml di acido cloridrico" risulta essere anomala nel contesto del lotto, per dare la possibilità di ampia partecipazione al lotto si chiede che le ditte offerenti possano aderire escludendo tale voce</p>	<p>Lotto 1 – Voce "contenitori plastica con tappo pressione 7 ml" La voce è indicata nel documento come "CONTENITORI PLASTICA CON TAPPO PRESSIONE 7 ML" con la nota "NON RICHIESTI dal 2024". Si conferma che:</p> <p>La voce è stata mantenuta esclusivamente per completezza storica;</p> <p>Non è necessariamente oggetto dell'indagine di mercato (volevamo capire solo se è disponibile);</p> <p>Non deve essere quotata né considerata ai fini della partecipazione. Pertanto, non è necessario prevedere esclusioni o deroghe.</p> <p>Lotto 5 – Formalina neutra tamponata vs fissativi privi di formalina: La descrizione del lotto comprende diverse tipologie di prodotti, come specificato nelle singole voci REF. Di seguito si chiariscono le destinazioni d'uso dei prodotti oggetto del quesito:</p> <p>REF DZZF002 – 15001: Contenitore 150 ml con 60 ml di fissativo privo di formalina. Destinazione: fissazione primaria di campioni istologici di piccole/medie dimensioni.</p> <p>REF DZG1613 – 1587: Contenitore 60 ml con 15 ml di acido cloridrico 16%. Destinazione: raccolta di campioni per analisi</p>

**UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica -**

Responsabile del procedimento: Antonella Dai Pra

Istruttoria: Dott.ssa Mary Boin - Sezione: Diagnostica

Tel. 049/8214613– E-mail: [mary.boin@aopd.veneto.it](mailto:mary.boin@aopd.veneto.it)

Orario di apertura: da lunedì a giovedì dalle 8:00 alle 17:00, venerdì dalle 8:00 alle 14:00. Le ditte si ricevono su appuntamento

		<p>chimico-cliniche che richiedono acidificazione immediata. Si precisa che non si tratta di un contenitore per urine 24h.</p> <p>REF DZZF003 – 50001: Contenitore 500 ml con 250 ml di fissativo privo di formalina. Destinazione: fissazione di campioni istologici di dimensioni maggiori.</p> <p>REF DZZF001 – 6011: Contenitore 60 ml con 10 ml di fissativo privo di formalina. Destinazione: raccolta e fissazione di piccoli campioni istologici (biopsie).</p> <p>Tolleranze richieste dagli Operatori Economici (OE): Poiché l'indagine ha finalità esplorative, si precisa che non sono previste tolleranze formali su capacità e volumi. Tuttavia, gli operatori possono segnalare formati commerciali equivalenti, purché coerenti con la destinazione d'uso e conformi ai requisiti normativi (CLP, SDS, ADR, IVDR ove applicabile). Le specifiche definitive saranno valutate dal gruppo tecnico.</p>
3	<p>Buongiorno con la presente siamo a chiederVi i seguenti chiarimenti:</p> <p>Lotto 1: la voce “contenitori plastica a pressione 7 ml” risulta essere anomala nel contesto del lotto in quanto rientra nella gamma di “provetta” piuttosto che “contenitore”. Per dare la possibilità di ampia partecipazione al lotto si chiede che le ditte offerenti possano aderire escludendo tale voce</p> <p>Lotto 5: nella descrizione del lotto si fa riferimento a “contenitori preriempiti con formalina neutra tamponata”, nella descrizione REF si riporta che i contenitori devono essere preriempiti con X ml di fissativo privo di formalina. Si chiede di chiarire che tipologia di contenitori venga richiesto. Si chiede, per garantire la più ampia partecipazione degli OE, di inserire una % di tolleranza sia per quanto riguarda la capacità del contenitore che il volume di “reagente” sia esso formalina.</p> <p>Lotto 5: si chiede di spostare la voce “contenitore 60 ml preriempito con 15 ml di acido cloridrico” nel lotto 2 in quanto la destinazione d’uso del contenitore citato risulta più idonea (Urine 24h). Questo permetterebbe una più ampia partecipazione degli OE al lotto in questione.</p>	<p>Lotto1 : La voce è <b>riportata</b> nel documento con la nota “<b>non richiesti dal 2024</b>” e pertanto <b>non è oggetto dell’indagine di mercato</b>. Non deve essere quotata e non incide sulla partecipazione</p>

**UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica -**

Responsabile del procedimento: Antonella Dai Pra

Istruttoria: Dott.ssa Mary Boin - Sezione: Diagnostica

Tel. 049/8214613- E-mail: [mary.boin@aopd.veneto.it](mailto:mary.boin@aopd.veneto.it)

Orario di apertura: da lunedì a giovedì dalle 8:00 alle 17:00, venerdì dalle 8:00 alle 14:00. Le ditte si ricevono su appuntamento

4	<p>Buongiorno, si chiede conferma che bisogna indicare l'importo totale dei vari lotti per i fabbisogni di 1 anno.</p> <p>Si chiede inoltre il fabbisogno richiesto per il lotto 4 - voce 8</p> <p>Cordiali saluti</p>	<p>E' necessario indicare il prezzo unitario, il prezzo a confezione ed il numero di pezzi contenuti in una singola confezione; indicare inoltre se richiedete un minimo ordinabile.</p>
	<b>LOTTO 8 :</b>	
5	<p>Si chiede di specificare le dimensioni del sacchetto richiesto.</p>	<p>L'indagine di mercato ha finalità esplorative. Le dimensioni non sono vincolate in questa fase: gli OE possono proporre i formati comunemente utilizzati per sacchetti monouso con doppia tasca per il trasporto di campioni biologici. Le specifiche dimensionali saranno definite dal gruppo tecnico nella successiva fase di gara. Orientativamente abbiamo 16 (tasca ant)*16 tasca x documentazione*23 cm (h)</p>
	<p>Si chiede se la tenuta stagna debba essere certificata da ente terzo (ADR P650/UN3373, Circolare 3/2003).</p>	<p>Per l'indagine di mercato non è richiesta certificazione da ente terzo. È sufficiente che il prodotto dichiarato sia idoneo al trasporto di campioni biologici secondo la normativa vigente (IFU). Eventuali requisiti certificativi saranno valutati nella fase tecnica della gara.</p>
	<p>Si chiede conferma dell'apertura facilitata senza uso di taglienti (Direttiva 2010/32/UE) e richiesta di campionatura.</p>	<p>L'apertura facilitata è considerata caratteristica preferibile ai fini della sicurezza degli operatori. Gli OE possono segnalare la presenza di tale caratteristica. L'eventuale richiesta di campionatura sarà definita nella fase di gara o da parte degli utilizzatori se la documentazione fornita non fosse sufficiente.</p>
	<p>Si chiede se è richiesto un codice a barre univoco su ogni busta per la tracciabilità.</p>	<p>Non è richiesto in questa fase. L'indagine di mercato non prevede obblighi di tracciabilità univoca, non è un requisito ancora formalmente richiesto. Tale requisito potrà essere valutato dal gruppo tecnico nella definizione della gara e comunque se presente è un'opportunità che andrà considerata.</p>
	<p>Si chiede se è richiesto materiale assorbente/gelificante all'interno del sacchetto (ADR P650 – UN3373, Linee Guida CNS).</p>	<p>Il Lotto 8 riguarda esclusivamente i sacchetti monouso con doppia tasca. L'eventuale presenza di materiale assorbente/gelificante non è richiesta nell'indagine di mercato. Tale elemento potrà essere oggetto di valutazione nella fase tecnica.</p>
	<p>Si chiede conferma che i sacchetti debbano essere marcati CE e registrati come Dispositivo Medico (CND/RDM).</p>	<p>I sacchetti per trasporto campioni biologici non rientrano tra i dispositivi medici, salvo diversa classificazione del fabbricante. Non è richiesto marcaggio CE come DM né registrazione RDM. È invece richiesta la conformità alle normative vigenti per il trasporto di campioni diagnostici.</p>
	<p>Si chiede di specificare le dimensioni del sacchetto richiesto.</p>	<p>L'indagine di mercato ha finalità esplorative. Le dimensioni non sono vincolate in questa fase: gli OE possono proporre i formati comunemente utilizzati per sacchetti monouso con doppia tasca per il trasporto di campioni biologici. Le specifiche dimensionali saranno definite dal gruppo tecnico nella successiva fase di gara.</p>

**UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica -**

Responsabile del procedimento: Antonella Dai Pra  
Istruttoria: Dott.ssa Mary Boin - Sezione: Diagnostica  
Tel. 049/8214613- E-mail: [mary.boin@aopd.veneto.it](mailto:mary.boin@aopd.veneto.it)

Orario di apertura: da lunedì a giovedì dalle 8:00 alle 17:00, venerdì dalle 8:00 alle 14:00. Le ditte si ricevono su appuntamento

	Orientativamente abbiamo 16 (tasca ant)*16 tasca x documentazione*23 cm (h)
--	---

**Aggiornato in data 23/02/26**

Per Dirigente della  
U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica  
Dott.ssa Antonella Dai Pra'

***UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica -***

Responsabile del procedimento: Antonella Dai Pra

Istruttoria: Dott.ssa Mary Boin - Sezione: Diagnostica

Tel. 049/8214613- E-mail: [mary.boin@aopd.veneto.it](mailto:mary.boin@aopd.veneto.it)

*Orario di apertura: da lunedì a giovedì dalle 8:00 alle 17:00, venerdì dalle 8:00 alle 14:00. Le ditte si ricevono su appuntamento*