

Lotto	Rif.	Descrizione articolo per capitolato	Quantità annua (pezzi)	Pezzi richiesti a Campionatura
PEDIATRIA				
1	1	Pompa a siringa per nutrizione enterale in comodato d'uso , compatibile con le siringhe di cui ai riff. 17 e 18	14 pezzi totali per l'intera durata del contratto	2
	2	Siringhe per nutrizione enterale ml 1, codice colore viola, raccordo Enfit, compatibili con i devices di cui ai Riff. da 2 a 11, e con le prolunghe di cui al rif.12 confezione singola sterile	18.000	10
	3	Siringhe per nutrizione enterale ml 2,5, codice colore viola, raccordo Enfit, compatibili con i devices di cui ai Riff. da 2 a 11, e con le prolunghe di cui al rif.12 confezione singola sterile	45.000	10
	4	Siringhe per nutrizione enterale ml 5, codice colore viola, raccordo Enfit, compatibili con i devices di cui ai Riff. da 2 a 11, e con le prolunghe di cui al rif.12 confezione singola sterile	52.000	10
	5	Siringhe per nutrizione enterale ml10, codice colore viola, raccordo Enfit, compatibili con i devices di cui ai Riff. da 2 a 11, e con le prolunghe di cui al rif.12 confezione singola sterile	50.000	10
	6	Siringhe per nutrizione enterale ml 20, codice colore viola, raccordo Enfit, compatibili con i devices di cui ai Riff. Da 1 a 11, e con le prolunghe di cui al rif.12 confezione singola sterile	32.000	10
	7	Siringhe per nutrizione enterale ml 50-60, codice colore viola, raccordo Enfit, compatibili con i devices di cui ai Riff. Da 1 a 11, e con le prolunghe di cui al rif.12 confezione singola sterile	42.000	10
2	8	Sonde per alimentazione enterale in POLIURETANO, lunghezza cm 40-50, calibro Ch 4, senza mandrino, senza zavorra, con raccordo enfit, confezione singola, sterile.	200	10
	9	Sonde per alimentazione enterale in POLIURETANO, lunghezza cm 40-50, calibro Ch 6, senza mandrino, senza zavorra, con raccordo enfit confezione singola, sterile.	80	10
	10	Sonde per alimentazione enterale in POLIURETANO, lunghezza cm 120-125 calibro Ch 6, senza mandrino, senza zavorra, con raccordo enfit, confezione singola, sterile.	1.500	10
	11	Sonde per alimentazione enterale in PVC DEHP free, lunghezza cm 40-50 calibro Ch 6, senza mandrino, senza zavorra, con raccordo enfit, confezione singola, sterile.	600	10
	12	Sonde per alimentazione enterale in PVC DEHP free, lunghezza cm 120-125 calibro Ch 6, senza mandrino, senza zavorra, con raccordo enfit, confezione singola, sterile.	800	10
	13	Sonde per alimentazione enterale in POLIURETANO, lunghezza cm 120-125, calibro Ch 8, senza mandrino, senza zavorra , con raccordo enfit, confezione singola, sterile	600	10
	14	Sonde per alimentazione enterale in PVC DEHP free, lunghezza cm 40-50, calibro Ch 8, senza mandrino, senza zavorra , con raccordo enfit, confezione singola, sterile	400	10

	15	Sonde per alimentazione enterale in PVC DEHP free, lunghezza cm 120-125, calibro Ch 8, senza mandrino, senza zavorra, con raccordo enfit, confezione singola sterile	500	10
	16	Sonde per alimentazione enterale in POLIURETANO, lunghezza cm 110-125, calibro Ch 10, con o senza mandrino, senza zavorra, con raccordo enfit, confezione singola sterile	300	10
	17	Sonde per alimentazione enterale in PVC DEHP free, lunghezza cm 110-125, calibro Ch 10, con o senza mandrino, senza zavorra, con raccordo enfit, confezione singola sterile	120	10
Tutte le sonde di cui ai riff 8-17 devono essere dotate di indicatori di profondità, linea radiopaca, estremità distale arrotondata atraumatica				
3	18	Prolunghe per nutrizione enterale in PVC senza ftalati lunghezza cm 150 circa, raccordo enfit, da utilizzarsi con i sondini (riff. da 2 a 11) e siringhe (Riff. da 13 a 18), confezione singola sterile	4.000	20
4	19	Tappi monouso per il cono delle siringhe di cui ai riff. da 13 a 18, raccordo Enfit, codice colore viola, confezione singola sterile	5.000	10
5	20	Cannula per prelievo cm 15-20 connettibile alle siringhe di cui ai riff. da 13 a 18, raccordo Enfit, confezione singola sterile	1.000	10
6	21	Cannula per prelievo cm 5 connettibile alle siringhe di cui ai riff. da 13 a 18, raccordo Enfit, confezione singola sterile	5.000	10
ADULTI				
7	22	Sonde per alimentazione enterale in POLIURETANO, raccordo Enfit, lunghezza cm 110-125, calibro Ch 8, con mandrino, senza zavorra confezione singola, sterile	50	10
	23	Sonde per alimentazione enterale in POLIURETANO, raccordo Enfit, lunghezza cm 110-125, calibro Ch 10, con mandrino, senza zavorra confezione singola, sterile	80	10
	24	Sonde per alimentazione enterale in POLIURETANO, raccordo Enfit, lunghezza cm 110-125, calibro Ch 12, con mandrino, senza zavorra confezione singola, sterile	800	10
	25	Sonde per alimentazione enterale in POLIURETANO, raccordo Enfit, lunghezza cm 110-125, calibro Ch 14, con mandrino, senza zavorra confezione singola, sterile	1.000	10
Le sonde di cui al Lotto 7 devono essere conformi alla norma tecnica UNI EN 1615, essere dotate di indicatori di profondità, linea radiopaca, fori laterali ed estremità distale arrotondata ed atraumatica				

8	26	Sonde per alimentazione enterale in SILICONE con punta zavorrata, raccordo Enfit, estremità distale chiusa, fori laterali, calibri vari da ch 10 a ch 16, lunghezza cm 110-125 circa, confezione singola sterile	200	5 ch 16
9	27	Sonde per alimentazione enterale in SILICONE, lunghezza cm 110-125, calibri vari da ch 10 a ch 21, senza mandrino, senza zavorra, con raccordo Enfit, confezione singola sterile	450	5 da ch 10 + 5 da ch 14
Le sonde di cui ai Lotti 8-9 devono essere dotate di indicatori di profondità e linea radiopaca.				
10	28	Mandrino per facilitare l'introduzione di sonde gastriche in silicone di cui ai lotti 8-9, confezione singola sterile	80	5
11	29	Sonde a doppio lume tipo Salem in PVC DEHP free per aspirazione gastrica, lunghezza cm 120 circa, calibri vari, da ch 10 a ch 20 confezione singola sterile	10.000	20
12	30	Sonde a doppio lume/multifunzione in POLIURETANO/SILICONE per alimentazione enterale ed aspirazione gastrica, lunghezza cm 110-120 circa, calibri vari, confezione singola sterile	6.000	10
Le sonde di cui ai Lotti 11-12 Rif. 29-30 devono avere punta distale atraumatica dotata di n.8-10 fori, essere dotate di indicatori di profondità, linea radiopaca, attacco gavage. Le sonde di cui al Rif.30 devono avere una via con connessione Enfit per raccordarsi ai deflussori per nutrizione enterale con attacco Enfit				
13	31	Sonde a singolo lume tipo Levin in PVC per aspirazione gastrica, lunghezza cm 120 circa, calibri vari da ch 10 a ch 18, confezione singola sterile	300	10
Le sonde di cui al Lotto 13 Rif.31 devono avere punta distale aperta atraumatica dotata di n.4 fori laterali, essere dotate di indicatori di profondità, attacco gavage.				
14	32	Sonda gastrica per emostasi varici esofagee, modello SENGSTAKEN di gomma morbida, misure varie, confezione singola sterile	10	1 ch 21

Le sonde di cui al Lotto 14 devono essere di gomma morbida, graduate, dotate di anello radiopaco tra i due palloncini e di due lumi di aspirazione, esofageo e gastrico, valvole atraumatiche per l'insufflazione dei palloncini.				
15	33	Sistema per lavanda gastrica a circuito chiuso con sistema di autosvuotamento, dotato di sonda di lavaggio	60	2
Le sonde di cui al lotto 15 devono essere dotate di punta atraumatica				
16	34	Kit per digiunostomia chirurgica percutanea composto da sonda in poliuretano o silicone, diametro minimo ch 12 lunghezza minima cm 60, introduttore cutaneo e introduttore viscerale per la parete digiunale, confezione singola sterile	50	2