

Regione del Veneto

AZIENDA OSPEDALE-UNIVERSITÀ PADOVA

Via Giustiniani, 1 – 35128 PADOVA – Tel.+ 39 049 8211111

Cod.Fisc./P.IVA 00349040287 – www.aopd.veneto.it – P.E.C.: protocollo.aopd@pecveneto.it

Tit. VI /Clas. 6 /Fasc. 168/Anno 2023

Padova, 17/04/2023

Oggetto: ID GARA 17D036 – Procedura aperta per la fornitura di sistemi tromboelastometrici per il fabbisogno per l'Azienda Ospedale – Universita' Padova. **Richiesta chiarimenti 2**

RICHIESTE DI CHIARIMENTI PERVENUTE 2

| | Buongiorno, relativamente alla procedura id | Si prega di prendere visione dell'allegato L |
|---|---|---|
| 1 | sintel 16611331, siamo a chiedere | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
| | gentilmente i seguenti chiarimenti: | trattamento. |
| | - non troviamo allegata tra la | Non è richiesta la firma e l'invio dei |
| | documentazione di gara, il file "template | documenti relativi agli allegati I Costi di |
| | nomina responsabile del trattamento | interferenza e H Protocollo legalità. |
| | compilato per la propria parte di | I documeni sono accettati con la |
| | competenza. | compilazione e la frima dell'allegato A. (punto |
| | - i documenti compresi nella cartella | 10 pag. 3). |
| | denominata allegato I costi di interferenza ed | |
| | il documento "Allegato H Protocollo legalità" | |
| | vanno firmati digitalmente per accettazione | |
| | ed allegati alla documentazione | |
| | amministrativa? | |
| 2 | Buonasera con riferimento all'importo della | |
| | | 2% del prezzo base dell'appalto. |
| | disciplinare di gara, si chiede conferma che | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| | sia corretto. | indicato nel disciplinare di gara non è |
| | | corretto. |
| 3 | Si chiede di precisare se la procedura abbia | |
| | ad oggetto l'acquisto degli strumenti oppure | , , , , , |
| | il noleggio degli stessi tenuto conto che a | facoltà di negoziare il costo del noleggio", |
| | pag. 5 del disciplinare si parla di acquisto ed | |
| | a pag. 4 del disciplinare si legge " si | , , , , , |
| | riserva la facoltà di negoziare il costo del | sistema. |
| | noleggio" Inoltre si chiede di indicare i | |
| | tempi di consegna della strumentazione | |

Buongiorno, siamo a sottoporre le seguenti richieste di chiarimento:

- 1) Considerato che nelle specifiche tecniche, tra gli obiettivi, è chiaramente indicata la possibilità di valutare le all'attivazione componenti relative coagulo, formazione/polimerizzazione e alla successiva retrazione, si chiede confermare che -valutazione per differenziale della via estrinseca e della via intrinseca- si intenda la valutazione specifica delle due vie di attivazione, con l'indicazione dei tempi di coagulazione, al fine di identificare le carenze fattoriali
- 2) Si chiede di confermare che -per esecuzione del test su tubo primario- si intenda, come indicato nelle specifiche tecniche (art. 2 capitolato tecnico), l'esecuzione automatizzata senza nessuna necessità di dispensare il campione

4

- 3) Si chiede di confermare che perconservazione a temperature ambiente-, come indicato nelle caratteristiche a punteggio del disciplinare di gara e All. F, si intenda la conservazione delle cartucce (contenenti i reagenti) per tutto il periodo di validità delle stesse
- 4) Si chiede di chiarire se i quantitativi di 2750 test/anno siano da considerarsi come singoli test o sono da considerarsi come singole cartucce a 4 test, ovvero offrire n. 2750 cartucce.

- 1) Si conferma
- 2) Si conferma
- 3) Si conferma
- 4) 2750 sono da considerarsi test complessivi per le diverse determinazioni.

Per il Direttore della
UOC Provveditorato Economato e Gestione della Logistica
Dott.ssa Antonella Dai Prà
ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI