

**VERBALE DI RIUNIONE**

DATA	ORA DI INIZIO	ORA DI FINE
22/09/2022	14:45	15:15
<b>OGGETTO: 3° incontro lavori commissione giudicatrice gara ID 20P045 "Gel lubrificante per cateterismo vescicale" per i fabbisogni dell'Azienda Ospedale - Università Padova, per il periodo di 36 mesi + opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi.</b>		
<b>PRESENTI</b>		
Presidente:	Dr. Fabio Zattoni – UOC Urologia	
Componenti:	Dr. Giovanni Longobardo – Ambulatori Monoblocco	
	Dott.ssa Roberta Varotto – Piastra ambulatoriale multidisciplinare chirurgica - OSA	
	Dott.ssa Federica Schiavon – Piastra Operatoria Urologia Monoblocco	
	Dott.ssa Clara Giarrusso – Pronto Soccorso OSA	
Segretario Verbalizzante:	Ass. Amm.vo Michela Zulian - U.O.C Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica	

**ELEMENTI EMERSI DALLA DISCUSSIONE**

Presso l'Aula C – secondo piano della Palazzina Servizi, si riunisce la Commissione Giudicatrice nominata con Delibera n. 805 del 19/04/2022 per concludere i lavori della gara in oggetto.

La ditta EFM lotto 1 come indicato nel verbale del 12/05/2022 non ha presentato tutta la documentazione richiesta, pertanto non viene ammessa al proseguo della procedura risultando così esclusa.

Il Presidente della Commissione, insieme ai componenti, a seguito della prova della campionatura richiesta procede all'attribuzione dei punteggi come da tabella allegata.

Viene redatto il presente verbale, composto da 1 facciata e un allegato.

Presidente: Dr. Fabio Zattoni – UOC Urologia
Componenti:
Dr. Giovanni Longobardo – Ambulatori Monoblocco
Dott.ssa Roberta Varotto – Piastra ambulatoriale multidisciplinare chirurgica - OSA
Dott.ssa Federica Schiavon – Piastra Operatoria Urologia Monoblocco
Dott.ssa Clara Giarrusso – Pronto Soccorso OSA

Il Segretario Verbalizzante  
Michela Zulian

FIRMATO, ORIGINALE AGLI ATTI

Lotto 1 Gel idrosolubile per cateterismo vescicale con anestetico senza clorexidina					
	Punteggio minimo	Punteggio massimo	Punteggio COMEDICAL	Punteggio E.F.M	Punteggio TELEFLEX
<p>Viscosità tale da garantire la minima fuoriuscita dal meato uretrale del prodotto dopo l'applicazione.</p> <p>Maneggevolezza e praticità d'uso, per esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- praticità delle manovre necessarie alla somministrazione del prodotto</li> <li>- facilità di fuoriuscita del prodotto dalla confezione</li> <li>- forma del contenitore che minimizza il rischio clinico per erronéo utilizzo.</li> </ul>		20	15 la viscosità non è tale da garantire una minima uscita del prodotto dopo che è stato applicato.		20
<ul style="list-style-type: none"> <li>- praticità delle manovre necessarie alla somministrazione del prodotto</li> <li>- facilità di fuoriuscita del prodotto dalla confezione</li> <li>- forma del contenitore che minimizza il rischio clinico per erronéo utilizzo.</li> </ul>		10	5 pratica la somministrazione del prodotto, difficoltà nella fuoriuscita del prodotto dalla confezione		10
<p>Caratteristiche del contenitore che minimizzano il rischio clinico per il paziente dovuto a erronéo utilizzo per scambio con altri prodotti.</p>		40	22 caratteristiche del contenitore quali ad esempio forma e contenuto simili a siringa preimpilata di farmaci o fisiologica che comporta l'aumento del rischio clinico dovuto a erronéo utilizzo per scambio con altri prodotti		40
Totale punteggio	42	70	42	ESCLUSA	70

FIRMATO, ORIGINALE AGLI ATTI



Lotto 2 Gel idrosolubile per cateterismo vescicale con anestetico dotato di applicatore di circa 6 cm			
	Punteggio minimo	Punteggio massimo	Punteggio TELEFLEX
Viscosità tale da garantire la minima fuoriuscita dal meato uretrale del prodotto dopo l'applicazione.		20	20
Maneggevolezza e praticità d'uso, per esempio: - praticità delle manovre necessarie alla somministrazione del prodotto - facilità di fuoriuscita del prodotto dalla confezione - forma del contenitore che minimizza il rischio clinico per erroneo utilizzo.		10	10
Caratteristiche del contenitore che minimizzano il rischio clinico per il paziente dovuto a erroneo utilizzo per scambio con altri prodotti.		40	40
Totale punteggio	42	70	70

Lotto 3. Gel idrosolubile per cateterismo vescicale senza anestetico senza clorexidina				
	Punteggio minimo	Punteggio massimo	Punteggio COMEDICAL	Punteggio ARS
<p>Viscosità tale da garantire la minima fuoriuscita dal meato uretrale del prodotto dopo l'applicazione.</p>		20	15 la viscosità non è tale da garantire una minima uscita del prodotto dopo che è stato applicato.	15 la viscosità non è tale da garantire una minima uscita del prodotto dopo che è stato applicato.
<p>Maneggevolezza e praticità d'uso, per esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- praticità delle manovre necessarie alla somministrazione del prodotto</li> <li>- facilità di fuoriuscita del prodotto dalla confezione</li> <li>- forma del contenitore che minimizza il rischio clinico per erroneo utilizzo.</li> </ul>		10	5 pratica la somministrazione del prodotto, difficoltà nella fuoriuscita del prodotto dalla confezione	5 pratica la somministrazione del prodotto, difficoltà nella fuoriuscita del prodotto dalla confezione
<p>Caratteristiche del contenitore che minimizzano il rischio clinico per il paziente dovuto a erroneo utilizzo per scambio con altri prodotti.</p>		40	22 caratteristiche del contenitore quali ad esempio forma e contenuto simili a siringa preriempita di farmaci o fisiologica che comporta l'aumento del rischio clinico dovuto a erroneo utilizzo per scambio con altri prodotti	22 caratteristiche del contenitore quali ad esempio forma e contenuto simili a siringa preriempita di farmaci o fisiologica che comporta l'aumento del rischio clinico dovuto a erroneo utilizzo per scambio con altri prodotti
Totale punteggio	42	70	42	42

FIRMATO, ORIGINALE AGLI ATTI