



Regione del Veneto

AZIENDA OSPEDALE-UNIVERSITÀ PADOVA

Via Giustiniani, 1 – 35128 PADOVA – Tel.+ 39 049 8211111

Cod.Fisc./P.IVA 00349040287 – www.aopd.veneto.it – P.E.C.: protocollo.aopd@pecveneto.it

U.O.C. PROVVEDITORATO, ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA

ID 20P139 – Fornitura di Dispositivi ed accessori per drenaggi per i fabbisogni dell’Azienda Ospedale-Università Padova

VERBALE APERTURA ECONOMICA

L'anno 2023 il giorno 28 del mese di marzo alle ore 12:00 in Padova, presso la U.O.C. Provveditorato ed Economato sita in Viale della Navigazione Interna 38 - Padova, il seggio di gara nominato con nota prot. n. 5420 del 25/01/2023 costituito dalla Dott.ssa Maria Elena Serafin, in qualità di Autorità di gara e dalla Sig.ra Michela Zulian assistente amministrativo in qualità di teste e verbalizzante, procede in seduta pubblica tramite la piattaforma Google Meet all'apertura delle buste telematiche contenenti l'offerta economica delle ditte ammesse per il lotto 20.

Alla seduta non risulta aver preso parte nessuna delle ditte invitate di seguito elencate.

Si precisa che:

- la procedura di gara in disamina è stata indetta con Deliberazione del Direttore Generale n. 2420 del 31/12/2021;
- la procedura verrà espletata utilizzando il sistema telematico di proprietà dell’Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.a. denominato “Sintel”;
- tramite la piattaforma telematica Sintel, le seguenti ditte relativamente al lotto 20 hanno caricato la documentazione richiesta entro il termine fissato nei documenti di gara (14/03/2022):
 - Claber Srl
 - Redax SpA
 - Med-Italia Biomedica Srl
 - Promed

- a seguito sedute riservate del 17/03/2022 e 22/03/2022 di apertura della documentazione amministrativa, della seduta di verifica della documentazione a seguito soccorso istruttorio del 06/04/2022, dove l'Autorità di gara ha proceduto alla verifica della correttezza e completezza della documentazione amministrativa caricata dalle ditte concorrenti, tutte le ditte sono state ammesse, ad esclusione della ditta ID&CO che con comunicazione del 01/04/2022 ha provveduto a ritirare l'offerta risultando pertanto esclusa;
- sulla base di quanto stabilito nei documenti di gara l'aggiudicazione avviene sulla base di quanto previsto dall'articolo 95 del D.Lgs. n. 50/2016, e cioè a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei seguenti criteri: Qualità punteggio massimo 70 punti (sulla base dei criteri riportati nel Capitolato Speciale), Prezzo punteggio massimo 30 punti;
- con Deliberazione del Direttore Generale n. 1106 del 23/05/2022 rettificata successivamente con Deliberazione del Direttore Generale n. 2550 del 07/12/2022 è stata nominata la Commissione Giudicatrice, incaricata della valutazione delle offerte tecniche presentate dalle ditte concorrenti;
- dal Verbale redatto dalla Commissione Giudicatrice del 17/03/2023 risulta quanto segue:
 - a) il lotto risulta aggiudicabile,
 - b) tutte le offerte risultano conformi a quanto previsto dal capitolato,
 - c) le ditte Med-Italia Biomedica Srl, Promed e Redax SpA risultano non aver raggiunto la soglia minima di sbarramento (36 punti), pertanto risultano escluse;
- tramite la piattaforma telematica "Sintel" è stato comunicato alle ditte che in data odierna è fissata la seduta pubblica per l'apertura della busta telematica contenente l'offerta economica;
- si prende atto che tutte le ditte hanno provveduto a confermare l'offerta caricata a suo tempo.

Alle ore 12:03 l'Autorità di gara procede al caricamento sulla piattaforma telematica "Sintel" dei punteggi qualità assegnati dalla Commissione Giudicatrice e all'apertura delle buste telematiche contenenti l'offerta economica con i seguenti esiti:

LOTTO 1 – Importo a base d'asta € 19.680,00 I.V.A. esclusa

Pos.ne	Ditta	Offerta	P. Qualità	P. Prezzo	TOTALE
1^	Claber Srl	€ 19.677,60	70	30	100

L'offerta non risulta superiore all'importo a base d'asta stabilito per il singolo lotto (importo a base d'asta € 19.680,00 iva esclusa)

L'aggiudicazione definitiva della fornitura rimane subordinata a quanto stabilito nei documenti di gara che regolano la presente procedura, ed a quant'altro dovesse emergere in merito alla regolarità delle offerte e della documentazione presentata dalle ditte aggiudicatrici.

La seduta di gara si conclude alle ore 12:09.

Viene redatto il presente verbale, composto da 3 facciate e da n. 1 allegato, e precisamente:
Allegato 1 Verbale della Commissione Giudicatrice del 17.03.2023 con criteri di valutazione, sottoscritto come segue, previa lettura e conferma.

IL SEGGIO DI GARA:

PRESIDENTE

Dott.ssa Maria Elena Serafin

VERBALIZZANTE

Sig.ra Michela Zulian

20P139 CRITERI DI VALUTAZIONE - LOTTO 20

Lotto 20						
Rif. 1 Set per pericardiocentesi composto da: catetere punta pigtail o retto, diametro fr 9 circa, lunghezza cm 40 circa, completo di guida e dilatatore, confezione singola sterile						
	Punteggio minimo	Punteggio massimo	Punteggio CLABER SRL	Punteggio MED-ITALIA BIOMEDICA S.r.l	Punteggio PROMED	Punteggio Redax S.P.A
Supporto della guida (facilità introduzione seldinger)		25	25 criterio pienamente soddisfatto	12 l'introduzione seldinger è risultata difficile	20 ago con comportamento buono nella penetrazione dei tessuti. Guida con avanzamento fluido.	10 l'introduzione seldinger è risultata difficile inoltre l'ago non risulta idoneo
Facilità di introduzione del catetere		20	20 criterio pienamente soddisfatto	10 l'introduzione del catetere è risultata difficoltosa nel seno pericardico	5 dilatatori con corpo poco resistente all'avanzamento. Catetere troppo floppy per avanzare con fluidità. Riscontrata difficoltà ad avanzare nel seno pericardico.	10 l'introduzione del catetere è risultata difficoltosa nel seno pericardico
Capacità di mantenere la pervietà del lume nel tempo		20	20 criterio pienamente soddisfatto	0 Non è stato possibile valutare la pervietà in quanto il catetere non è stato posizionato in pericardio	0 Non è stato possibile valutare la pervietà in quanto il catetere non avanzava in pericardio.	0 Non è stato possibile valutare la pervietà in quanto il catetere non è stato posizionato in pericardio
Antikinking		5	5 criterio pienamente soddisfatto	1 dilatatori facili al kinking.	1 dilatatori facili al kinking.	1 dilatatori facili al kinking.
Totale punteggio	36	70	70	23 ESCLUSA	26 ESCLUSA	21 ESCLUSA