



Regione del Veneto

AZIENDA OSPEDALE-UNIVERSITÀ PADOVA

Via Giustiniani, 1 – 35128 PADOVA – Tel. + 39 049 8211111

Cod. Fisc./P.IVA 00349040287 – www.aopd.veneto.it – P.E.C.: protocollo.aopd@pecveneto.it

U.O.C. PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA

Padova, 18/11/22

Oggetto: ID GARA 21A170_2 - Fornitura di "Sistemi di neuronavigazione per interventi guidati da immagini nella chirurgia cranica e spinale" per la U.O.C. Neurochirurgia dell'Azienda Ospedale-Università Padova.

RICHIESTE DI CHIARIMENTI PERVENUTE + RISPOSTE

1	Facendo riferimento al Capitolato Speciale, pag. 4, Paragrafo Navigazione, Voce "Opzioni modulo per biopsie framless, modulo per integrazione per il microscopio operatorio, modulo per integrazione con ecografo intraoperatorio" si prega di confermare che la dicitura "opzioni" indica esclusivamente la predisposizione dell'apparecchiatura offerta all'eventuale futura interfaccia con microscopio ed ecografo, considerati anche l'assenza di informazioni tecniche sui dispositivi da integrare e la potenziale non congruità economica della base d'asta in caso contrario	Si conferma
2	Si chiede di confermare che, con il parametro "Caratteristiche tecnico- funzionali nella navigazione software per chirurgia cranica e spinale migliorative e grado di automazione", (si veda Capitolato Speciale, pag. 10, paragrafo "Criteri di Valutazione", Voce "Qualità" - Tabella in cui viene definita l'assegnazione dei punti per i criteri di qualità) si intenda valutare la presenza delle seguenti caratteristiche migliorative: - Disponibilità di tecnologia Elettromagnetica, indispensabile per l'esecuzione di interventi chirurgici critici quali ad es pediatrici e basi cranio (impossibili da realizzare con le caratteristiche di minima richieste nel capitolato di gara); - Possibilità di navigare un'ampia gamma di strumenti - Disponibilità di software per procedure funzionali complesse con applicativi anche per utilizzo senza casco stereotassico - Possibilità di rendere automatizzate roboticamente alcune procedure craniali come ad es biopsie e inserzioni di elettrodi di profondità In caso contrario, si richiede di meglio specificare il criterio valutativo in oggetto?	Eventuali caratteristiche migliorative verranno valutate, se ritenuto opportuno, dalla Commissione Giudicatrice

Aggiornato al 18/01/2022

Il Dirigente della
U.O.S. Gare e Contratti
Ing. Francesca Menotto

