

---

**U.O.C. PROVVEDITORATO, ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA**

**ID 21P022 – FORNITURA DI PIASTRE PER ELETTROCHIRURGIA PER IL FABBISOGNO DELL’AZIENDA OSPEDALE - UNIVERSITÀ PADOVA.**

**VERBALE APERTURA BUSTA ECONOMICA**

Il giorno 11/10/2022 presso la sede della UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica, Viale della Navigazione Interna, 38 - Padova, il seggio di gara nominato con nota prot. n. 31926/2022 (costituito dalla dott.ssa Maria Elena Serafin, in qualità di presidente, dalla dott.ssa Angela Scaggiante in qualità di teste e verbalizzante), procede all’apertura delle BUSTE ECONOMICHE, come previsto dal Disciplinare di Gara.

Premesso che:

- a seguito dell’apertura della busta amministrativa, come da Verbale del 10.05.2022 e Verbale di verifica soccorso istruttorio del 19.05.2022, la ditta Fiab S.p.a. è stata ammessa alla fase successiva di gara;
- l’aggiudicazione avverrà sulla base di quanto stabilito dall’articolo 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e cioè a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei seguenti criteri: Qualità punteggio massimo 70 punti (sulla base dei criteri riportati nel Capitolato Speciale), Prezzo punteggio massimo 30 punti;
- con deliberazione del Direttore Generale n. 1197 del 06/06/2022 è stata nominata la Commissione Giudicatrice incaricata della valutazione delle offerte tecniche presentate dalle ditte concorrenti;

La Commissione Giudicatrice a seguito dei lavori di valutazione delle offerte tecniche ha redatto appositi verbali, sedute riservate del 27.07.2022 e 29.09.2022.

Dai Verbali redatti dalla Commissione Giudicatrice risulta quanto segue:

- i lotti risultano aggiudicabili;
- la ditta Fiab S.p.a. viene ammessa alla fase successiva di gara;

pertanto, tramite la piattaforma telematica Sintel, è stato comunicato che l'apertura della busta telematica contenente l'offerta economica sarebbe avvenuta in seduta riservata in data 11/10/2022.

L'Autorità di gara procede all'apertura delle busta contenenti l'offerta economica della ditta ammessa con il seguente esito:

<b>Lotto</b>	<b>Posizione</b>	<b>Ditta</b>	<b>Punteggio tecnico</b>	<b>Punteggio Economico</b>	<b>Totale punteggio</b>	<b>Offerta</b>
1	1^	Fiab S.p.a.	66	30	96	Euro 81.600,00
2	1^	Fiab S.p.a.	66	30	96	Euro 29.600,00

Si precisa che le offerte risultano inferiori all'importo a base d'asta per entrambi i lotti.

Il verbale della seduta non tiene luogo di contratto anche se l'offerente rimane giuridicamente vincolato sin dal momento della presentazione dell'offerta, mentre la stessa non vincolerà la stazione appaltante fino a che non sarà aggiudicata definitivamente la gara a seguito idonee verifiche della completezza dell'offerta e stipulato idoneo contratto nelle forme previste dall'art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016.

Viene redatto il presente Verbale, composto da n. 2 (due) facciate e n. 2 Allegati rappresentati dal: Verbale n. 1 del 27.07.2022 e Verbale n. 2 del 29.09.2022 della Commissione Giudicatrice.

Presidente di seggio

Dott.ssa Maria Elena Serafin

FIRMATO, ORIGINALE AGLI ATTI

teste e verbalizzante

Dott.ssa Angela Scaggiante

FIRMATO, ORIGINALE AGLI ATTI

**VERBALE NR 1**

**DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE GARA PER LA FORNITURA DI PIASTRE PER  
ELETTROCHIRURGIA ID 21P022 PER L'AZIENDA OSPEDALE – UNIVERSITÀ  
PADOVA**

**ID GARA N. – 21P022**

Il giorno 27/07/2022 alle ore 13:10 per via telematica tramite collegamento *Google Meet* si è riunita la Commissione Giudicatrice incaricata per la verifica e la valutazione della documentazione tecnica relativa alla procedura per l'affidamento della fornitura in oggetto, espletata ai sensi dell'Art. 1 comma 2 lettera b) della Legge n. 120/2020 e ss.mm. e ii., indetta con Deliberazione del Direttore Generale n. 326 del 18/02/2022.

La Commissione Giudicatrice, nominata con Deliberazione del Direttore Generale n. 1233 del 06/06/2022, è così composta:

<b>Presidente:</b>	Dott. Andrea Ferron	Piastra Operatoria 1° piano Policlinico - Chirurgia 1 e Chirurgia CH 3;
<b>Componenti:</b>	Ing. Davide Barbieri	UOS Ingegneria Clinica
	Ing. Nicola Cataudella	UOS Ingegneria Clinica

**PREMESSO CHE:**

- La procedura è composta da 2 lotti;
- La fornitura in argomento sarà aggiudicata con il criterio indicato all'art. 95 del D.Lgs. 50/2016, ovvero a favore della ditta che risulterà aver proposto l'offerta economicamente più vantaggiosa, determinandola in base ai seguenti parametri:

- qualità	punteggio massimo punti 70
- prezzo	punteggio massimo punti 30

**IL PRESIDENTE**

- constata la presenza di tutti i componenti;
- rileva che entro i termini previsti hanno presentato offerta per la gara in oggetto le ditte:
  - Fiab S.p.a..

## LA COMMISSIONE

- procede a seguito di puntuale analisi dell'offerta pervenuta alla valutazione della presenza dei requisiti minimi richiesti dal Capitolato Speciale;
- rileva la necessità :
  - dopo una prima lettura di completare l'esame della documentazione in una seduta successiva;
  - di richiedere un incontro con lo specialist e la consegna di campionatura alla ditta in gara per la valutazione qualitativa dei prodotti presentati in offerta;
- dispone, pertanto, di ritrovarsi in data 29/09/2022 alle ore 14.15 tramite collegamento *Google Meet*.

La Commissione termina i lavori alle 13:30

Si redige il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto da tutti i componenti della Commissione:

Dott. Andrea Ferron

FIRMATO, ORIGINALE AGLI ATTI

Ing. Davide Barbieri

FIRMATO, ORIGINALE AGLI ATTI

Ing. Nicola Cataudella

FIRMATO, ORIGINALE AGLI ATTI

Segretario verbalizzante: dott.ssa Angela Scaggiante

**VERBALE NR 2**

**DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE GARA PER LA FORNITURA DI PIASTRE PER  
ELETTROCHIRURGIA ID 21P022 PER L'AZIENDA OSPEDALE – UNIVERSITA'  
PADOVA**

**ID GARA N. – 21P022**

Il giorno 29/09/2022 tramite collegamento *Google Meet* si è riunita la Commissione Giudicatrice incaricata per la verifica e la valutazione della documentazione tecnica relativa alla procedura per l'affidamento della fornitura in oggetto, espletata ai sensi dell'Art. 1 comma 2 lettera b) della Legge n. 120/2020 e ss.mm. e ii., indetta con Deliberazione del Direttore Generale n. 326 del 18/02/2022.

La Commissione Giudicatrice, nominata con Deliberazione del Direttore Generale n. 1233 del 06/06/2022, è così composta:

<b>Presidente:</b>	Dott. Andrea Ferron	Piastra Operatoria 1° piano Policlinico - Chirurgia 1 e Chirurgia CH 3;
<b>Componenti:</b>	Ing. Davide Barbieri	UOS Ingegneria Clinica
	Ing. Nicola Cataudella	UOS Ingegneria Clinica

**PREMESSO CHE:**

- La fornitura di cui trattasi è composta da due lotti;
- La fornitura in argomento sarà aggiudicata con il criterio indicato all'art. 95 del D.Lgs. 50/2016, ovvero a favore della ditta che risulterà aver proposto l'offerta economicamente più vantaggiosa, determinandola in base ai seguenti parametri:
  - qualità                      punteggio massimo punti 70
  - prezzo                        punteggio massimo punti 30
- Ditta partecipante: Fiab S.p.a..

**IL PRESIDENTE**

- constata la presenza di tutti i componenti;

- rileva che i lavori della seduta odierna riguardano la verifica del rispetto dei requisiti minimi e l'attribuzione dei punteggi previsti per la qualità in riferimento ai criteri di valutazione come stabiliti nel Capitolato Speciale sulla base della campionatura e di quanto presentato dallo specialist.

### **LA COMMISSIONE**

- procede alla verifica del rispetto dei requisiti minimi della offerta presentata dalla ditta.
- conferma che l'apparecchiature offerta è conforme a quanto richiesto nel capitolato speciale.
- procede alla elaborazione delle motivazioni e dei punteggi, come da prospetto che viene allegato al presente Verbale e ne fa parte integrante e sostanziale.

Si redige il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto da tutti i componenti della

Commissione:

Dott. Andrea Ferron

FIRMATO, ORIGINALE AGLI ATTI

Ing. Davide Barbieri

FIRMATO, ORIGINALE AGLI ATTI

Ing. Nicola Cataudella

FIRMATO, ORIGINALE AGLI ATTI

Segretario Verbalizzante: dott.ssa Angela Scaggiante

**ID 21P022 - Fornitura di piastre per Elettrochirurgia dell'Azienda Ospedale-Università Padova**

**LOTTO 1**

<b>Criteri di valutazione della qualità Rif. 1</b>	<b>Punteggio minimo</b>	<b>Punteggio massimo</b>	<b>FIAB SPA</b>	
<b>a) Sicurezza elettrica:</b>	<b>8</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	
- uniformità, qualità e spessore della superficie e del gel conduttivo;				
- isolamento elettrico della parte conduttiva rispetto all'esterno della piastra;				
- resistenza al distacco.				
<b>b) ergonomia e biocompatibilità:</b>	<b>8</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	
- conformabilità, adattabilità e aderenza al campo di applicazione;				
- deformabilità e omogeneità del supporto;				
- facilità di rimozione senza lasciare residui collosi;				
- Reazioni cutanee.				
<b>c) logistica:</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>Ad impatto visivo non è immediato il riconoscimento delle dimensioni</b>
- durata e a confezione integra e a confezione aperta;				
- qualità e praticità del confezionamento.				
<b>Criteri di valutazione della qualità Rif. 2</b>	<b>Punteggio minimo</b>	<b>Punteggio massimo</b>		
<b>d) Sicurezza elettrica:</b>	<b>11</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	
- uniformità, qualità e spessore della superficie e del gel conduttivo;				
- isolamento elettrico della parte conduttiva rispetto all'esterno della piastra;				

- resistenza al distacco.				
<b>e) ergonomia e biocompatibilità:</b>	<b>11</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	
- conformabilità, adattabilità e aderenza al campo di applicazione;				
- deformabilità e omogeneità del supporto;				
- facilità di rimozione senza lasciare residui collosi;				
- Reazioni cutanee.				
<b>f) logistica:</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>Ad impatto visivo non è immediato il riconoscimento delle dimensioni</b>
- durata e a confezione integra e a confezione aperta;				
- qualità e praticità del confezionamento.				
<b>Punteggio massimo totale</b>	<b>42</b>	<b>70</b>	<b>66</b>	

**ID 21P022 - Fornitura di piastre per Elettrochirurgia dell'Azienda Ospedale-Università Padova  
LOTTO 2**

<b>Criteri di valutazione della qualità Rif. 3</b>	<b>Punteggio minimo</b>	<b>Punteggio massimo</b>	<b>FIAB SPA</b>	
<b>a) Sicurezza elettrica:</b>	<b>8</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	
- uniformità, qualità e spessore della superficie e del gel conduttivo;				
- isolamento elettrico della parte conduttiva rispetto all'esterno dell'apiastra;				
- resistenza al distacco.				
<b>b) ergonomia e biocompatibilità:</b>	<b>11</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	
- conformabilità, adattabilità e aderenza al campo di applicazione;				
- deformabilità e omogeneità del supporto;				
- facilità di rimozione senza lasciare residui collosi;				
- Reazioni cutanee.				
<b>c) logistica:</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>Ad impatto visivo non è immediato il riconoscimento delle dimensioni</b>
- durata e a confezione integra e a confezione aperta;				
- qualità e praticità del confezionamento.				
<b>Criteri di valutazione della qualità Rif. 4</b>	<b>Punteggio minimo</b>	<b>Punteggio massimo</b>		
<b>d) Sicurezza elettrica:</b>	<b>8</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	
- uniformità, qualità e spessore della superficie e del gel conduttivo;				

- isolamento elettrico della parte conduttiva rispetto all'esterno dell'apiastro;				
- resistenza al distacco.				
<b>e) ergonomia e biocompatibilità:</b>				
- conformabilità, adattabilità e aderenza al campo di applicazione;	<b>11</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	
- deformabilità e omogeneità del supporto;				
- facilità di rimozione senza lasciare residui collosi;				
- Reazioni cutanee.				
<b>f) logistica:</b>				
- durata e a confezione integra e a confezione aperta;	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>Ad impatto visivo non è immediato il riconoscimento delle dimensioni</b>
- qualità e praticità del confezionamento.				
<b>Punteggio massimo totale</b>	<b>42</b>	<b>70</b>	<b>66</b>	