

**U.O.C. PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE DELLA  
LOGISTICA**

**Padova,**

**Oggetto: ID GARA 22A022** – Procedura di gara per la fornitura di “Cappe chimiche e cappe a flusso laminare” per il fabbisogno dell’Azienda Ospedale-Università Padova.

**RICHIESTE DI CHIARIMENTI PERVENUTE + RISPOSTE**

1	Si richiede di esplicitare dove andranno posizionate le cappe, con particolare indicazione del piano e di eventuali barriere architettoniche presenti che possono ostacolare il posizionamento delle cappe. Qualora il piano di consegna sia diverso dal piano terra, si richiede la disponibilità di montacarichi adeguato con indicazione delle rispettive misure	Nella maggior parte dei casi è presente un ascensore / montacarichi per raggiungere il piano di installazione. In alcuni casi (es. Microbiologia), qualora le dimensioni della cappa non fossero compatibili con i montacarichi presenti, si renderà necessario l'uso di apparecchiatura montascale motorizzato.
2	Si richiede se vi siano attrezzature precedenti da ritirare e smaltire, ed eventualmente se l'attività di decontaminazione sia a carico dell'Aggiudicatario o della Stazione Appaltante	Si conferma la presenza di altri dispositivi. Nella maggior parte dei casi si tratta di sostituzione cappe già presenti. Decontaminazione e smaltimento saranno a carico della Stazione Appaltante
3	Si richiede se sia preferibile un piano cieco o un piano forato per le cappe biologiche	Piano cieco o forato per le cappe biologiche verrà deciso dagli utilizzatori prima dell'ordine di fornitura ed installazione della cappa.
4	Si richiede se vi siano dei tempi massimi di consegna stabiliti su cui l'operatore economico può eventualmente presentare miglioria	I tempi di consegna dovranno essere indicati dall'offerente (Disciplinare di gara art. 15)
5	Vorremmo sapere se le tubazioni e le serrande motorizzate saranno già installate quando dovremmo montare le cappe	Nel caso sia sostituzione di cappe esistenti, canalizzazioni e serrande sono già presenti. In caso di nuova installazione, le eventuali canalizzazioni e serrande saranno a carico della Stazione Appaltante
6	E' possibile avere un elaborato grafico dove si evincono le	Gli elaborati grafici delle cappe

	cappe e la loro distribuzione?	dovranno essere, se del caso, presentati dall'offerente.
7	I locali sono raggiungibili con un transpallet? E relativi pallet?	Si. Vedi anche quesito n°1
8	il sottotetto si raggiunge agevolmente? Dall'interno dell'edificio?	Si. Vedi anche quesito n°1
9	avete la stima dei metri e delle curve per ogni cappa per poter dimensionare il motore?	Vedi quesito n°5
10	Si può raggiungere l'ingresso dell'edificio con un camion per poter scaricare i pallet?	Si. Vedi anche quesito n°1
11	Si fa notare in merito a "Controllo flusso aria effettuato con regolazione automatica della velocità dei ventilatori mediante sensori volumetrici di portata ad alta risoluzione" che il controllo del flusso d'aria viene effettuato con anemometri e non con sensori volumetrici. Pertanto si ritiene che ci sia incongruità nella richiesta.	Sarà accettata la regolazione automatica della velocità sia con sensori volumetrici che con anemometri.
12	Si chiede cosa si intenda per "Aspiratore integrato a bordo macchina con rumorosità < 60 dB". Forse si intende motoventilatore; ma in questo caso si richiede un solo motoventilatore? Nelle cappe di elevata qualità normalmente i motoventilatori sono due	L'intero sistema di aspiratori/motoventilatori deve avere una rumorosità < 60 dB indipendentemente da numero di componenti installati
13	Per poter calcolare con buona approssimazione le spese accessorie, quali il posizionamento delle cappe, si renderebbe necessario un elenco dei luoghi di destinazione delle stesse, il piano di consegna e installazione, la presenza di adeguati montacarichi e una indicazione di eventuali barriere architettoniche/impedimenti fisici di ingombro	Il piano di sostituzione verrà stabilito sulla base delle necessità dei reparti. Vedi anche quesito n°1
14	Si richiede di confermare che la fornitura sarà diluita nel corso del contratto di durata biennale e non in unica fornitura richiesta in sede di aggiudicazione	Si conferma
15	Si richiede se eventuali operazioni particolari per il trasporto e il posizionamento delle cappe a piano (quali ad esempio "l'uso di apparecchiatura montascale motorizzata") debbano considerarsi incluse nell'offerta, oppure se seguirà preventivo integrativo su necessità.	Si conferma. Vedi anche quesiti n°1 e n°13
16	Si richiede di confermare che l'offerta economica deve prevedere incluso il contratto di manutenzione full risk di durata 24 mesi, mentre i successivi 24 mesi "post-garanzia" siano da presentare in via disgiunta	Il contratto di manutenzione full risk post garanzia rappresenta un opzione
17	Si richiede di confermare che le quantità previste per la fornitura delle cappe - ed incluse nell'importo posto a base d'asta - siano quelle rinvenibili dai file Excel di schema offerta (allegati D ed E).	Si conferma
18	Nel Capitolato d'oneri a pagina 2, è indicato che le caratteristiche tecniche dell'appalto ed i rispettivi quantitativi richiesti sono descritti analiticamente nel disciplinare di gara: Da noi non sono stati rilevati nel disciplinare ma abbiamo riscontrato che sono indicati solamente nello schema offerta allegato E. Confermate che si tratta di un refuso e che i quantitativi da considerare sono solamente quelli dello schema offerta ?	I quantitativi oggetto di gara sono riportati nell'Allegato D – "Offerta senza prezzi" e nell'Allegato E – "Offerta con prezzi", mentre le specifiche tecniche sono riportate nelle schede tecniche allegate
19	Obiettivo della fornitura è quello di provvedere alla sostituzione delle cappe chimiche e cappe a flusso laminare secondo un piano di sostituzioni stabilito dalla UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali. In virtù di questa informazione, è possibile sapere dove avverranno le sostituzioni, in modo da poter analizzare le condizioni di installazione e quantificare adeguatamente trasporto, installazione ed effettuare corretto dimensionamento degli elettroaspiratori?	Vedi quesito n°13
20	Nello stesso documento a pag. 3, è stata esclusa l'esecuzione del sopralluogo che consentirebbe agli operatori economici di	Vedi quesito n°13

	prendere visione delle condizioni di installazione e posizionamento, funzionale ad un adeguato progetto offerta della fornitura che comprende, come indicato al paragrafo 4.2 del capitolato tecnico, la posa in opera delle nuove cappe e l'eventuale collegamento impiantistico.	
21	Tra i documenti della busta tecnica, indicati nel disciplinare di gara all'articolo 15 pagina 15, vengono richieste le relazioni indicate ai punti g), h) e i). Non ci è chiaro come impattano tali elaborati nell'assegnazione dei punteggi indicati nella tabella dei criteri art. 17.1 pag.16, che prevede esclusivamente assegnazione di punteggi basati sulle caratteristiche tecniche e funzionali delle cappe	La valutazione dell'offerta tecnica avverrà esclusivamente sulla base dei criteri di cui al par. 17.1 del disciplinare
22	Nelle schede tecniche relative alle cappe chimiche non viene indicato il numero e la tipologia di rubinetti richiesti. Confermate che la dotazione di ogni cappa chimica è un rubinetto per acqua fredda e uno per gas metano?	Da quanto desumibile dalla scheda tecnica si devono prevedere almeno n° 1 rubinetto per acqua, n 1 per gas e n 1 per altri fluidi tutti con dispositivo atto a impedire l'apertura involontaria
23	Con la presente siamo a chiedere di confermare la presenza dello scarico controllato per liquidi tossici per tutte le cappe chimiche richieste	Si conferma

Distinti saluti

Direttore della  
U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica  
Dott.ssa Maria Elena Serafin  
*[firmato digitalmente]*