



REGIONE DEL VENETO

**Azienda  
Ospedale  
Università  
Padova**

Tit. VI /Clas. 6 /Fasc. /Anno 2024

**Padova, 30/04/2025**

**Oggetto:** ID 24P065 - Procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023, per la fornitura sensori per saturimetria transcutanea con messa a disposizione in comodato d'uso gratuito per tutta la durata del contratto dei saturimetri necessari e degli eventuali accessori per l'Azienda Ospedale Università Padova. **Chiarimenti n. 2**

**Si comunica che è stato pubblicato l'allegato A Capitolato tecnico – Lotto pediatrico e neonatale.**

1	<b>Gentilissimi, si trasmette la seguente richiesta di chiarimento. Importo a base d'asta - relativamente a quanto indicato a pag. 31 del disciplinare di gara: "Sono inammissibili le offerte economiche parziali, indefinite, alternative, uguali o superiori all'importo a base d'asta posta per singolo riferimento" si chiede di chiarire se, nel caso di Lotto suddiviso in sublotti, sia possibile considerare la base d'asta posta per l'intero Lotto senza l'obbligo di rispettare le base d'asta dei singoli sublotti.</b>	Si conferma quanto indicato nei documenti di gara, è necessario rispettare le basi d'asta indicate per ciascun riferimento.
2	<b>Quesito 1</b> <b>Al fine di poter formulare un'offerta corretta, appropriata e competitiva, e nell'ipotesi di aggiudicazione, dar seguito a una fornitura conforme, si chiede la lista esatta dei monitor, con indicazione del modello e del numero di serie. Tali informazioni risultano fondamentali per garantire l'esatta corrispondenza tra la nostra offerta tecnica ed economica e le esigenze della fornitura richiesta. La scrivente si impegna a utilizzare tali dati esclusivamente per questa finalità, trattandoli nel rispetto della normativa vigente.</b> <b>Quesito 2</b> <b>Per quanto di nostra conoscenza, i monitor Philips MR400 presenti nell'ALLEGATO A - Capitolato tecnico del lotto "Saturimetria per</b>	Si veda allegati inseriti nella cartella zip. Monitor serial number.  Confermiamo la vostra osservazione, l'inserimento di tale monitor nella lista è da considerarsi un refuso e può essere ignorato.

**Azienda Ospedale-Università Padova:**

via Giustiniani, 2 - 35128 PADOVA

T.+ 39 049 8211111

P.E.C.: protocollo.aopd@pecveneto.it

Cod.Fisc./P.IVA 00349040287

**UOC PROVVEDITORATO, ECONOMATO  
E GESTIONE DELLA LOGISTICA**

Direttore: Dott.ssa Maria Elena Serafin

UOS Gare e Contratti

Sezione: Gare e Beni di consumo

Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Maria Elena Serafin

Referente dell'istruttoria: Dott.ssa Angela Scaggiante

T. +39 049 821 4616

**Aopd.veneto.it**

	<p><b>Adulti”, risultano essere apparecchiature dedicate all’impiego in ambiente di risonanza magnetica. Tali dispositivi, pertanto, necessitano di accessori dedicati con caratteristiche specifiche legate all’ambito di applicazione. Per questo motivo, non risultano essere convertibili né sostituibili con prodotti equivalenti. Al fine di poter formulare un’offerta corretta, conforme e uniforme, nonché – nell’ipotesi di aggiudicazione – di garantire una fornitura coerente con le caratteristiche tecniche richieste, si chiede cortesemente di valutare la possibilità di rimuovere i suddetti monitor Philips MR400 dall’elenco presente nell’ALLEGATO A - Capitolato tecnico del lotto “Saturimetria per Adulti”.</b></p> <p><b>Quesito 3</b>  <b>In riferimento Capitolato tecnico descrittivo e prestazionale, pagina 4 - Nota 3, si chiede se, nel caso in cui la ditta aggiudicataria fornisca cavi originali del produttore del monitor multiparametrico, si possa fornire un unico cavo anziché due.</b></p>	<p>Si confermano gli atti di gara nella Nota 3.</p>
3	<p><b>Gentilissimi, trasmettiamo a seguire nostra richiesta di chiarimento: Per quanto di nostra conoscenza la saturimetria è un parametro rilevato dal monitor multi-parametrico che accompagna l’apparecchio da anestesia. Pertanto, in riferimento a quanto riportato nell’ALLEGATO A - Capitolato tecnico alla voce APPARECCHIATURE PER ANESTESIA, con la presente siamo a chiedere, al fine di poter formulare un’offerta corretta, e nell’ipotesi di aggiudicazione, dar seguito a una fornitura uniforme, quale tipologia/modello di monitor accompagni ciascuno degli apparecchi in elenco ( GE AISYS e GE S 5 AVANCE) e se tali monitor siano già conteggiati nell’elenco -MONITOR-.</b></p>	<p>Si veda documento Allegato A GE.  <u>Il presente documento annulla e sostituisce quanto indicato nell’allegato A - Capitolato tecnico per le sole apparecchiature fabbr. Ge Medical System.</u></p>
4	<p><b>Gentilissimi, al fine di visionare direttamente le apparecchiature oggetto di conversione previste dai documenti di gara, con la presente si chiede cortesemente la possibilità di effettuare un sopralluogo presso la vostra Spettabile Azienda Ospedaliera. Tale sopralluogo risulta utile per valutare in modo più preciso gli interventi da effettuare e per formulare un’offerta tecnica ed economica adeguata e conforme alle reali condizioni operative. In attesa di un cortese riscontro, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.</b></p>	<p>Non si ritiene necessario effettuare un sopralluogo.</p>
5	<p><b>Gentilissimi, con la presente siamo a</b></p>	<p>Si veda allegati inseriti nella cartella zip.</p>

<p>sottoporVi il seguente chiarimento, ad integrazione di quanto già trasmesso. "Al fine di poter formulare un'offerta corretta, appropriata e competitiva, e nell'ipotesi di aggiudicazione, dar seguito a una fornitura conforme, si chiede la lista esatta dei monitor, con indicazione del modello e del numero di serie. Le ditte produttrici dei monitor multi-parametrici, di cui all'allegato A, necessitano dei seriali per poter definire le opzioni di conversione, laddove disponibili. Pertanto, le informazioni richieste risultano fondamentali per garantire l'esatta corrispondenza tra la nostra offerta tecnica ed economica e le esigenze della fornitura richiesta. La scrivente si impegna a utilizzare tali dati esclusivamente per questa finalità, trattandoli nel rispetto della normativa vigente".</p>	<p>Monitor serial number.</p>
--	-------------------------------

Il Rup  
Dott.ssa Maria Elena Serafin  
*ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI*