



REGIONE DEL VENETO

**Azienda
Ospedale
Università
Padova**

Spett.li Ditte

pec: Trasmissione piattaforma telematica
SINTEL**OGGETTO:** ID 26A045 – Indagine di mercato per la fornitura di materiale per la UOSD Procreazione Medicalmente Assistita dell'Azienda Ospedale Università Padova. Lettera chiarimenti.

In riferimento alla procedura in oggetto si comunicano i seguenti chiarimenti in risposta alle richieste di chiarimento pervenute:

Nr. progr. quesiti	QUESITI	RISPOSTE
1	Spett.le Ente, essendo un'indagine di mercato volevamo sapere se bisogna offrire tutto il materiale richiesto o se possiamo offrire anche solo una parte di quanto richiesto?	Si conferma quanto riportato nell'Avviso di indagine di mercato (pag. 1: <i>"Si precisa che è consentita la partecipazione alla presente indagine anche limitatamente ad una parte delle richieste, con la possibilità di presentare un'offerta che non comprenda tutto il materiale richiesto"</i>).
2	Con la presente chiediamo gentilmente di chiarire cosa si intenda per "Monitoraggio avanzato fluidi". Si chiede cortesemente di confermare se con tale definizione si intenda un sistema composto dai seguenti elementi: 1. Tubi di irrigazione 2. Tubi di aspirazione 3. Canister di raccolta 4. Sistema di pesatura.	Si conferma che con la definizione "Monitoraggio avanzato fluidi" si intende un sistema composto dai seguenti elementi: 1. Tubi di irrigazione 2. Tubi di aspirazione 3. Canister di raccolta 4. Sistema di pesatura.
3	Al fine di formulare una stima il più possibile accurata dei volumi e dei costi relativi alla soluzione proposta, si chiede cortesemente di precisare ulteriormente le esigenze operative oggetto della presente indagine di mercato. La richiesta di volumi deve essere riferita a base annua? Si intende ricevere una quotazione per sola fornitura dello strumentario?	Si comunica che, a integrazione del materiale indicato nell'Avviso di indagine di mercato già pubblicato, si richiede la fornitura e la presentazione del relativo preventivo anche per il seguente ulteriore strumento: resettoscopio da 5 mm. Si conferma che la richiesta di volumi deve essere riferita a base annua, nello specifico 350/400 per anno.

Azienda Ospedale-Università Padova:via Giustiniani, 2 - 35128 PADOVA
T.+ 39 049 8211111
P.E.C.: protocollo.aopd@pecveneto.it
Cod. Fisc./P.IVA 00349040287**UOC PROVVEDITORATO, ECONOMATO
E GESTIONE DELLA LOGISTICA**Direttore: Dott.ssa Maria Elena Serafin
UOS Gare e Contratti
Sezione Gare Investimenti
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Maria Elena Serafin
Referente dell'istruttoria: Dott.ssa Veronica Baro
T. +39 049 821 1675
e-mail veronica.baro@aopd.veneto.it**Aopd.veneto.it**

Chiarimenti aggiornati al 15/6/2026.

Distinti saluti.

Il Direttore
Dott.ssa Maria Elena Serafin
(firmato digitalmente)