REGIONE DEL VENETO
Azienda Ospedale Università Padova

Oggetto: ID 26A087 - Indagine di mercato per la Fornitura di n. 2 videolaringoscopi per intubazioni difficili e materiale di consumo - lettera chiarimenti 1.

In riferimento alla procedura in oggetto si comunicano i seguenti chiarimenti in risposta ai quesiti pervenuti:

Nr. progr. quesiti	QUESITI	RISPOSTE
1	Con la presente siamo a richiedere i seguenti chiarimenti in merito al dispositivo oggetto della procedura: 1) Si chiede di confermare se, per le lame richieste, debbano essere proposte anche le lame di tipo Miller; 2) Si chiede di indicare quante misure di lame iper angolate richiedete.	1 - non necessariamente le lame Miller. 2 - delle iper angolate meglio se ci sono tutte le misure, in reparto vengono trattati anche giovani adulti, ma almeno la 1-2-3.
2	Siamo cortesemente a scriverVi per ricevere chiarimento in merito alla richiesta di allegare "Cronoprogramma". Nello specifico, ci domandiamo a quali fasi della fornitura debba essere riferito, e se disponete di uno specifico modello da allegare.	Per cronoprogramma si intendono i vostri tempi di consegna dall'ordine e tempistiche di formazione del personale.
3	In riferimento alle specifiche tecniche che deve possedere l'apparecchiatura richiesta, siamo a chiedere cortesemente quanto segue: 1. Relativamente alla specifica "Peso ridotto del sistema" si chiede cortesemente di precisare se tale requisito faccia riferimento ad un'apparecchiatura portatile, quindi alla possibilità di trasportarla e utilizzarla agevolmente in contesti diversi; 2. Relativamente al "Monitor", si chiede cortesemente di specificarne le dimensioni e di chiarire se debba collegarsi direttamente alla lama o tramite cavo.	1- Si conferma 2- Si chiede che il monitor sia collegabile direttamente alla lama e quindi di dimensioni idonee però si chiede di precisare se sia possibile anche prevedere un possibile collegamento a un monitor esterno di dimensioni maggiori. Ogni operatore economico deve presentare le possibili configurazioni al fine di valutare al meglio la flessibilità di ciascun prodotto
4	Chiede di confermare se al termine del periodo di noleggio, sia previsto da parte di codesta Stazione Appaltante il riscatto del bene oggetto della manifestazione di interesse.	Il riscatto non è espressamente richiesto ma può comunque essere quotato a parte.

Il termine per la presentazione della documentazione è stato prorogato al giorno 03/11/2026 ore 12,00.

Distinti saluti

Il Direttore
Dott.ssa Maria Elena Serafin
Originale firmato agli atti

Azienda Ospedale-Università Padova:
via Giustiniani, 2 - 35128 PADOVA
T.+ 39 049 8211111
P.E.C.:protocollo.aopd@pecveneto.it
Cod.Fisc./P.IVA 00349040287

UOC PROVVEDITORATO, ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA
UOS Gare e Contratti
Responsabile: Dott.ssa Maria Elena Serafin
Sezione: Investimenti
Responsabile del Progetto: Dott.ssa Maria Elena Serafin
Referente dell'istruttoria: Dott. Pierpaolo Pagnin
T. +39 049 821 8753
e-mail aopd.finanziati@aopd.veneto.it

Aopd.veneto.it