



REGIONE DEL VENETO

**Azienda
Ospedale
Università
Padova**

Oggetto: ID 24P061 - Procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023, per la fornitura di apparecchiature e dispositivi per il monitoraggio semiautomatizzato intraoperatorio dei nervi periferici per l'Azienda Ospedale Università Padova con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Lettera chiarimenti 1.

In riferimento alla procedura di gara in oggetto si comunicano i seguenti chiarimenti in risposta alle richieste di chiarimento pervenute:

Nr. progr. quesiti	QUESITI	RISPOSTE
1	Con la presente si chiede di precisare cosa deve comprendere il Set di base per il monitoraggio intraoperatorio e di avere maggiori informazioni sulle caratteristiche che devono avere le sonde. Si chiede inoltre di precisare il numero di canali della macchina per monitoraggio.	Per Set di base per il monitoraggio intraoperatorio si intende l'insieme dei dispositivi e accessori necessari a consentire l'esecuzione delle modalità di monitoraggio neurofisiologico intraoperatorio previste dal capitolato, comprensivo degli elementi necessari per acquisizione, stimolazione e registrazione dei segnali. Le sonde dovranno essere idonee alla stimolazione intraoperatoria delle strutture nervose (probe e clips) e compatibili con il sistema offerto, garantendo un utilizzo sicuro ed efficace nell'ambito delle procedure chirurgiche previste. Il numero di canali dovrà essere compatibile con la destinazione d'uso del dispositivo medico e le funzionalità che lo stesso deve avere come da Capitolato.
2	La presente per richiedere i sotto elencati chiarimenti: 1. Numero apparecchiature e canone di noleggio Nel Capitolato Tecnico è indicato un fabbisogno pari a n. 2 apparecchiature in noleggio. Nel Disciplinare, invece, alla voce "Apparecchiatura in noleggio" è riportato un importo complessivo a base d'asta di € 6.000,00 per 36 mesi. Si chiede di confermare se tale importo sia riferito: ad una singola apparecchiatura; a due apparecchiature complessive; oppure ad altro criterio di valorizzazione economica. 2. Numero di sistemi richiesti Si chiede di confermare che la fornitura preveda l'installazione e la disponibilità di n. 2 sistemi completi di monitoraggio, come indicato nel Capitolato Tecnico alla voce "Riferimento 3 - Nr 2 apparecchiature". 3. Assistenza in sala e supporto in urgenza Il Capitolato prevede che "la fornitura deve comprendere il servizio di assistenza in sala anche in urgenza". Si chiede di specificare: se sia richiesta la presenza di personale specializzato in sala operatoria	2.1) Si conferma che il fabbisogno previsto dal Capitolato Tecnico è pari a n. 2 apparecchiature. Si conferma l'importo complessivo a base d'asta di € 6.000,00 per 36 mesi per entrambe le apparecchiature. 2.2) Si conferma che la fornitura prevede la disponibilità di n. 2 sistemi completi di monitoraggio, conformemente a quanto indicato nel Capitolato Tecnico alla voce "Riferimento 3 – Nr 2 apparecchiature". 2.3) Per "assistenza in sala anche in urgenza" si intende che la fornitura deve comprendere il servizio di assistenza in sala anche in urgenza (notturna e festiva) di personale specializzato durante le procedure chirurgiche. Le modalità organizzative del servizio dovranno comunque garantire tempi di risposta compatibili con l'attività chirurgica, compresa quella urgente.

Azienda Ospedale-Università Padova:

via Giustiniani, 2 - 35128 PADOVA
T.+ 39 049 8211111
P.E.C.: protocollo.aopd@pecveneto.it
Cod.Fisc./P.IVA 00349040287

**UOC PROVVEDITORATO, ECONOMATO
E GESTIONE DELLA LOGISTICA****UOS Gare e Contratti**

Sezione: Investimenti
Responsabile del Progetto: Dott.ssa Maria Elena Serafin
Referente dell'istruttoria: Dott. Pierpaolo Pagnin
T. +39 049 821 8753
e-mail aopd.investimenti@aopd.veneto.it

Aopd.veneto.it

durante le procedure; in caso negativo, a quale tipologia di supporto si riferisca il requisito di assistenza "anche in urgenza" (assistenza telefonica, teleassistenza, intervento tecnico on-site, altro). 4. Destinazione dell'apparecchiatura in noleggio Si chiede di confermare se le apparecchiature fornite in noleggio debbano rimanere stabilmente presso la sede dell'Azienda Ospedale Università di Padova per tutta la durata contrattuale oppure se siano previste diverse modalità organizzative e logistiche. 5. Spia di allarme e pulsante di attivazione per clip e sonde Con riferimento al criterio qualitativo: "Spia di allarme e pulsante di attivazione per le clip per stimolazione dinamica"; "Spia luminosa di allarme e pulsante di attivazione per le sonde"; si chiede di specificare se tali caratteristiche debbano essere presenti fisicamente sulla clip/manipolo/sonda oppure se siano considerate conformi anche funzionalità equivalenti implementate a livello del sistema/software di monitoraggio mediante allarmi visivi e/o acustici. 6. Integrazione con sistemi di navigazione Con riferimento al criterio: "Possibilità di integrazione del monitoraggio con sistemi di navigazione che consente la pianificazione dell'intervento ed il raggiungimento degli obiettivi previsti (correzione deformità 3D, parametri spinopelvici, modellamento barre personalizzate)", si chiede di specificare: a quali sistemi di navigazione chirurgica si faccia riferimento; quale livello di integrazione sia richiesto; quali funzionalità operative debbano essere garantite ai fini dell'attribuzione del punteggio.	2.4) Si conferma che le n. 2 apparecchiature in noleggio dovranno essere messe a disposizione dell'Azienda Ospedale-Università Padova per l'intera durata contrattuale, secondo le modalità organizzative previste dalla documentazione di gara. 2.5) Il requisito è finalizzato a garantire all'operatore una chiara e immediata identificazione dello stato di attivazione/stimolazione e delle condizioni di allarme durante la procedura. Possono pertanto essere considerate soluzioni tecnicamente equivalenti, purché consentano all'operatore di ottenere in maniera immediata, inequivocabile e durante l'utilizzo le medesime informazioni e funzionalità richieste. L'eventuale equivalenza della soluzione proposta sarà oggetto di valutazione sulla base della documentazione tecnica presentata. 2.6) I sistemi di navigazione in dotazione sono: Sistema di navigazione chirurgica STRYKER INSTRUMENTS NAV3 NAVIGATION SYSTEM e MAKO. Ai fini della valutazione saranno considerate le caratteristiche documentate della soluzione proposta e il livello di integrazione offerto, con particolare riferimento alla possibilità di supportare la pianificazione e l'esecuzione della procedura, la valutazione/correzione tridimensionale delle deformità, i parametri spinopelvici e, ove applicabile, i processi di pianificazione e modellamento delle barre personalizzate.
--	---

Distinti saluti.

Il Direttore
Dott.ssa Maria Elena Serafin
Originale firmato agli atti