REGIONE DEL VENETO
Azienda Ospedale Università Padova

Oggetto: ID 26A079 - Indagine di mercato per la Fornitura di n. 24 Saldatrici per tubi per il Centro Trasfusionale dell'Azienda Ospedale Università Padova. - lettera chiarimenti 2.

In riferimento alla procedura in oggetto si comunicano i seguenti chiarimenti in risposta ai quesiti pervenuti:

Nr. progr. quesiti	QUESITI	RISPOSTE
2	Con riferimento alla procedura in oggetto, si formulano i seguenti quesiti: 1. Specifiche tecniche e destinazione d'uso: Si richiede gentilmente di chiarire se il dispositivo richiesto debba essere un sigillatore di tubi a radiofrequenza (Sealer), atto a sigillare e separare i segmenti dei tubi delle sacche, alimentato a batteria(eventualmente con 2 batterie intercambiabili per garantire l'autonomia richiesta), oppure un connettore sterile (Welder), progettato per fondere e unire tubi di sacche differenti in un unico circuito sterile chiuso, come sembrerebbe dal punto 4 delle "Specifiche tecniche".	Il dispositivo deve essere un sigillatore di tubi che permetta di chiudere ed eventualmente staccare un segmento di tubo da una sacca di emocomponenti. L'unione di due tubi non è oggetto di questa gara.
3	Modalità di campionatura: Con riferimento alla eventuale richiesta di campionatura, considerata la tipologia e il valore dello strumento, si chiede di confermare se la stessa sia da intendersi come dispositivo in conto visione / prova dimostrativa (con successiva restituzione al concorrente al termine della valutazione), oppure se siano richieste modalità differenti	Si conferma in conto visione / prova dimostrativa con restituzione.
4	In merito alla nuova richiesta così formulata facciamo presente che la batteria risulta in contraddizione con il concetto "da banco". Precisiamo che i saldatori che andremmo a proporre "da banco" appunto, non hanno batteria, quindi non hanno autonomia operativa dopo la carica, perché i device che offriamo funzionano solamente attaccati alla rete elettrica. Chiediamo conferma in tal senso	Al requisito sulla batteria si deve applicare la dicitura "ove applicabile", intendendo che si applica ai saldatori con batteria, ovvero i portatili. I saldatori da banco non hanno, né necessitano di, batteria, quindi questo requisito non si applica a loro ma esclusivamente ai saldatori portatili.

Distinti saluti

Il Direttore
Dott.ssa Maria Elena Serafin
Originale firmato agli atti

Azienda Ospedale-Università Padova:
via Giustiniani, 2 - 35128 PADOVA
T.+ 39 049 8211111
P.E.C.:protocollo.aopd@pecveneto.it
Cod.Fisc./P.IVA 00349040287

UOC PROVVEDITORATO, ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA
UOS Gare e Contratti
Responsabile: Dott.ssa Maria Elena Serafin
Sezione: Investimenti
Responsabile del Progetto: Dott.ssa Maria Elena Serafin
Referente dell'istruttoria: Dott. Pierpaolo Pagnin
T. +39 049 821 8753
e-mail aopd.finanziati@aopd.veneto.it

Aopd.veneto.it