



REGIONE DEL VENETO

**Azienda
Ospedale
Università
Padova**

Tit. VI /Clas. 6 /Fasc. 438 /Anno 2024

Padova, 30/03/2026**Oggetto: ID GARA 22D061 - Procedura aperta per la fornitura di Sistemi diagnostici di immunometria.
Lettera chiarimenti n. 1**

Di seguito le risposte alle richieste di chiarimento presentate:

1	Con la presente si richiede un chiarimento in merito alla possibilità di offrire, in sede di gara, test equivalenti ai marcatori indicati nel Capitolato Tecnico (CA 125, CA 15-3 e CA 19-9). In particolare, si chiede di confermare se sia consentito offrire i seguenti test alternativi: Ca 27.29 (equivalente a CA 15-3), OVCA (equivalente a CA 125) e SLA (equivalente a CA 19-9). Più nello specifico, si desidera conoscere se, in applicazione del principio di equivalenza, sia ammessa la proposizione di test presenti nel nostro portafoglio prodotti, purché pienamente equivalenti sotto il profilo delle prestazioni, dell'indicazione d'uso e delle caratteristiche tecniche, come adeguatamente documentato nella documentazione di gara	<p>In base al principio di equivalenza, è possibile presentare in sede di offerta test equivalenti.</p> <p>L'equivalenza sarà verificata dalla commissione giudicatrice.</p>
2	In relazione all'Offerta Tecnica punto 15) criteri a valutazione, chiediamo conferma che per ciascuna voce a valutazione debba essere resa dichiarazione ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 con descrizione del requisito ed indicazione del documento tecnico (es schede tecniche, manuali, certificazioni, altri documenti) di riferimento. Chiediamo anche conferma che questo non è richiesto per i requisiti minimi, ma è sufficiente la compilazione dell'allegato F, il quale contiene anche elementi a valutazione	<p>E' possibile caricare un'unica dichiarazione ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 con la descrizione per ciascun criterio di valutazione delle caratteristiche dell'offerta presentata e che consenta di individuare i prezzi del prodotto offerto rispetto allo specifico parametro di valutazione.</p> <p>E' richiesta la compilazione dell'allegato F nella quale indicare dove è possibile riscontrare le caratteristiche tecniche minime richieste e le informazioni in merito ai criteri di valutazione.</p> <p>Come previsto nei documenti di gara (disciplinare pag. 26), ciascun requisito</p>

Azienda Ospedale-Università Padova:

via Giustiniani, 2 - 35128 PADOVA

T.+ 39 049 8211111

P.E.C.: protocollo.aopd@pecveneto.it

Cod.Fisc./P.IVA 00349040287

UOC PROVVEDITORATO, ECONOMATO**E GESTIONE DELLA LOGISTICA**

Direttore: Dott.ssa Maria Elena Serafin

UOS Gare e Contratti

Sezione: Gare e Beni di consumo

Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Maria Elena Serafin

Referente dell'istruttoria: Dott.ssa Angela Scaggiante

T. +39 049 821 4616

Aopd.veneto.it



REGIONE DEL VENETO

**Azienda
Ospedale
Università
Padova**

		minimo o elemento qualitativo da valutare descritto dovrà poter trovare riscontro in un documento sottoscritto dal legale rappresentante e reso ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.
--	--	--

II RUP
Dott.ssa Maria Elena Serafin
Originale firmato agli atti

Azienda Ospedale-Università Padova:

via Giustiniani, 2 - 35128 PADOVA
T.+ 39 049 8211111
P.E.C.: protocollo.aopd@pecveneto.it
Cod.Fisc./P.IVA 00349040287

**UOC PROVVEDITORATO, ECONOMATO
E GESTIONE DELLA LOGISTICA**

Direttore: Dott.ssa Maria Elena Serafin
UOS Gare e Contratti
Sezione: Gare e Beni di consumo
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Maria Elena Serafin
Referente dell'istruttoria: Dott.ssa Angela Scaggiante
T. +39 049 821 4616

Aopd.veneto.it