

---

**U.O.C. PROVVEDITORATO, ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA**

**ID 20P045 - Procedura aperta telematica per l'affidamento della fornitura di “Gel lubrificante per cateterismo vescicale per l’Azienda Ospedale – Università Padova per il periodo di 36 mesi + opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi”.**

**VERBALE APERTURA BUSTA ECONOMICA del 12/10/2022**

L’anno 2022 (duemilaventidue) il giorno 12 del mese di Ottobre alle 09,00 in Padova, Viale della Navigazione Interna, 38 presso la U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica, ha luogo la seduta pubblica via google meet per l’apertura delle offerte economiche delle ditte partecipanti alla gara in oggetto indetta con deliberazione del Direttore Generale n. 1732 del 27.09.2021.

Si prende atto che:

- la procedura in tre lotti viene espletata tramite la piattaforma telematica SINTEL ID n. 146023190;

Il seggio di gara nominato con nota prot. n. 66279/2022, è costituito da:

- Dott.ssa Maria Elena Serafin, in qualità di autorità di gara,
- Michela Zulian in qualità di teste e verbalizzante.

Ha inviato richiesta di partecipare, prendendo parte alla seduta, le seguenti ditte:

- ditta COMEDICAL SRL nella persona del Sig. Pasini Luca, giusta delega conferita in data 11/10/2022 che permette allo stesso di rappresentare la ditta nella presente seduta di gara,
- ditta Ars Chirurgica Srl nella persona della Sig.ra Laura Fantino, giusta delega conferita in data 10/10/2022 che permette allo stesso di rappresentare la ditta nella presente seduta di gara;
- ditta Teleflex Medical Srl nella persona del sig. Francesco Manzini, giusta delega conferita in data 10/10/2022 che permette allo stesso di rappresentare la ditta nella presente seduta di gara.

Si prende atto che la Commissione Giudicatrice, nominata con Deliberazione del Direttore Generale n. 805 del 19/04/2022, ha provveduto alla valutazione delle offerte tecniche presentate

FIRMATO, ORIGINALE AGLI ATTI

dalle seguenti ditte precedentemente ammesse, come da verbale del 22/09/2022 già pubblicato nella procedura sintel e nel sito aziendale:

Lotto 1:

COMEDICAL	E.F.M.	TELEFLEX
-----------	--------	----------

Lotto 2:

TELEFLEX
----------

Lotto 3:

ARS CHIRURGICA	COMEDICAL
-------------------	-----------

In via preliminare vengono ricordate le modalità di aggiudicazione che avverrà, per entrambi i lotti, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e cioè a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei seguenti criteri: Qualità punteggio massimo 70 punti (sulla base dei criteri riportati nel Capitolato Speciale), Prezzo punteggio massimo 30 punti. La Commissione Giudicatrice ha redatto n. 3 verbali allegati come parte integrante e sostanziale al presente atto.

L'autorità di gara, quindi, procede con la lettura del verbale n. 3 del 22/09/2022 redatto dalla Commissione Giudicatrice contenente la valutazione qualitativa definitiva effettuata comunicando i punteggi per ciascun parametro e il punteggio totale qualità attribuito a ciascuna offerta.

Dall'analisi tecnica svolta dalla Commissione Giudicatrice risultano i seguenti punteggi qualità:

Lotto 1:

COMEDICAL	E.F.M.	TELEFLEX
Punti 42	ESCLUSA	Punti 70

Lotto 2:

TELEFLEX
Punti 70

Lotto 3:

ARS CHIRURGICA	BAXTER SPA
Punti 42	Punti 42

FIRMATO, ORIGINALE AGLI ATTI

Si procede all'apertura delle buste telematiche contenenti l'offerta economica con i seguenti esiti:

LOTTO 1 – Importo a base d'asta € 171.250,00

Pos.ne	Ditta	Offerta	P. Qualità	P. Prezzo	TOTALE
1^	TELEFLEX	€ 137.500,00	70	24,83	94,83
2^	COMEDICAL	€ 99.375,00	42	30	72,00

LOTTO 2 – Importo a base d'asta € 411.000,00

Pos.ne	Ditta	Offerta	P. Qualità	P. Prezzo	TOTALE
1^	TELEFLEX	€ 375.000,00	70	30	100

LOTTO 3 – Importo a base d'asta € 2.375,00

Pos.ne	Ditta	Offerta	P. Qualità	P. Prezzo	TOTALE
1^	COMEDICAL	€ 1.750,00	42	30	72,00
2^	ARS CHIRURGICA	€ 2.250,00	42	20,06	62,06

La seduta viene chiusa alle ore 09:20.

Viene redatto il presente verbale, composto da 3 (tre) facciate più i tre verbali della commissione giudicatrice allegati, sottoscritto come segue, previa lettura e conferma.

Dott.ssa Maria Elena Serafin – Autorità di gara

\_\_\_\_\_

Michela Zulian – teste e verbalizzante

\_\_\_\_\_

FIRMATO, ORIGINALE AGLI ATTI

**AZIENDA OSPEDALE-UNIVERSITÀ PADOVA**

Via Giustiniani, 1 – 35128 PADOVA – Tel. + 39 049 8211111  
Cod.Fisc./P.IVA 00349040287 – www.aopd.veneto.it – P.E.C.: protocollo.aopd@pecveneto.it

**VERBALE DI RIUNIONE**

DATA	ORA DI INIZIO	ORA DI FINE
12/05/2022	14:30	15:45

**OGGETTO: 1° incontro lavori commissione giudicatrice gara ID 20P045 "Gel lubrificante per cateterismo vescicale" per i fabbisogni dell'Azienda Ospedale - Università Padova, per il periodo di 36 mesi + opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi.**

**PRESENTI**

Presidente:	Dr. Fabio Zattoni – UOC Urologia
Componenti:	Dr. Giovanni Longobardo – Ambulatori Monoblocco
	Dott.ssa Roberta Varotto – Piastra ambulatoriale multidisciplinare chirurgica - OSA
	Dott.ssa Federica Schiavon – Piastra Operatoria Urologia Monoblocco
	Dott.ssa Clara Giarrusso – Pronto Soccorso OSA
Segretario Verbalizzante:	Ass. Amm.vo Michela Zulian - U.O.C Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica

**ELEMENTI EMERSI DALLA DISCUSSIONE**

Presso l'Aula B – secondo piano della Palazzina Servizi, si riunisce la Commissione Giudicatrice nominata con Delibera n. 805 del 19/04/2022 per dare avvio ai lavori della gara in oggetto.

Il Presidente della Commissione, insieme ai componenti, procede alla verifica dei requisiti minimi dei dispositivi proposti secondo quanto indicato nel capitolato speciale.

Prende atto che risulta mancante la documentazione tecnica 1 della ditta E.F.M. relativa al lotto 1.

Si concorda di verificare gli studi sulla biocompatibilità suddividendo la verifica come segue:

- Lotto 1 ditta Teleflex – Dr. Longobardo
- Lotto 1 ditta Comed – Dr.ssa Schiavon
- Lotto 2 ditta Teleflex – Dr. Zattoni
- Lotto 3 ditta Ars Chirurgica – Dr.ssa Varotto
- Lotto 3 ditta Comedical – Dr.ssa Giarrusso

La Commissione decide inoltre di procedere con la richiesta di campionatura di gara, previa verifica di quanto sopracitato.

Viene redatto il presente verbale, composto da 1 facciata.

Presidente : Dr. Fabio Zattoni – UOC Urologia
Componenti:
Dr. Giovanni Longobardo – Ambulatori Monoblocco
Dott.ssa Roberta Varotto – Piastra ambulatoriale multidisciplinare chirurgica - OSA
Dott.ssa Federica Schiavon – Piastra Operatoria Urologia Monoblocco
Dott.ssa Clara Giarrusso – Pronto Soccorso OSA

Il Segretario Verbalizzante  
Michela Zulian

**AZIENDA OSPEDALE-UNIVERSITÀ PADOVA**

Via Giustiniani, 1 – 35128 PADOVA – Tel. + 39 049 8211111  
Cod. Fisc./P.IVA 00349040287 – www.aopd.veneto.it – P.E.C.: protocollo.aopd@pecveneto.it

**VERBALE DI RIUNIONE**

DATA	ORA DI INIZIO	ORA DI FINE
21/07/2022	15:30	16:30
<b>OGGETTO: 2° incontro lavori commissione giudicatrice gara ID 20P045 "Gel lubrificante per cateterismo vescicale" per i fabbisogni dell'Azienda Ospedale - Università Padova, per il periodo di 36 mesi + opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi.</b>		
<b>PRESENTI</b>		
Presidente:	Dr. Fabio Zattoni – UOC Urologia	
Componenti:	Dr. Giovanni Longobardo – Ambulatori Monoblocco	
	Dott.ssa Roberta Varotto – Piastra ambulatoriale multidisciplinare chirurgica - OSA	
	Dott.ssa Federica Schiavon – Piastra Operatoria Urologia Monoblocco	
	Dott.ssa Clara Giarrusso – Pronto Soccorso OSA	
Segretario Verbalizzante:	Ass. Amm.vo Michela Zulian - U.O.C Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica	

**ELEMENTI EMERSI DALLA DISCUSSIONE**

Presso l'Aula b – secondo piano della Palazzina Servizi, si riunisce la Commissione Giudicatrice nominata con Delibera n. 805 del 19/04/2022 per proseguire i lavori della gara in oggetto.

La Commissione prosegue l'attività istruttoria a seguito della prova della campionatura dei dispositivi offerti.

Viene redatto il presente verbale, composto da 1 facciata.

Presidente: Dr. Fabio Zattoni – UOC Urologia
Componenti:
Dr. Giovanni Longobardo – Ambulatori Monoblocco
Dott.ssa Roberta Varotto – Piastra ambulatoriale multidisciplinare chirurgica - OSA
Dott.ssa Federica Schiavon – Piastra Operatoria Urologia Monoblocco
Dott.ssa Clara Giarrusso – Pronto Soccorso OSA

Il Segretario Verbalizzante  
Michela Zulian

**VERBALE DI RIUNIONE**

DATA	ORA DI INIZIO	ORA DI FINE
22/09/2022	14:45	15:15
<b>OGGETTO: 3° incontro lavori commissione giudicatrice gara ID 20P045 "Gel lubrificante per cateterismo vescicale" per i fabbisogni dell'Azienda Ospedale - Università Padova, per il periodo di 36 mesi + opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi.</b>		
<b>PRESENTI</b>		
Presidente:	Dr. Fabio Zattoni – UOC Urologia	
Componenti:	Dr. Giovanni Longobardo – Ambulatori Monoblocco	
	Dott.ssa Roberta Varotto – Piastra ambulatoriale multidisciplinare chirurgica - OSA	
	Dott.ssa Federica Schiavon – Piastra Operatoria Urologia Monoblocco	
	Dott.ssa Clara Giarrusso – Pronto Soccorso OSA	
Segretario Verbalizzante:	Ass. Amm.vo Michela Zulian - U.O.C Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica	

**ELEMENTI EMERSI DALLA DISCUSSIONE**

Presso l'Aula C – secondo piano della Palazzina Servizi, si riunisce la Commissione Giudicatrice nominata con Delibera n. 805 del 19/04/2022 per concludere i lavori della gara in oggetto.

La ditta EFM lotto 1 come indicato nel verbale del 12/05/2022 non ha presentato tutta la documentazione richiesta, pertanto non viene ammessa al proseguo della procedura risultando così esclusa.

Il Presidente della Commissione, insieme ai componenti, a seguito della prova della campionatura richiesta procede all'attribuzione dei punteggi come da tabella allegata.

Viene redatto il presente verbale, composto da 1 facciata e un allegato.

Presidente: Dr. Fabio Zattoni – UOC Urologia
Componenti:
Dr. Giovanni Longobardo – Ambulatori Monoblocco
Dott.ssa Roberta Varotto – Piastra ambulatoriale multidisciplinare chirurgica - OSA
Dott.ssa Federica Schiavon – Piastra Operatoria Urologia Monoblocco
Dott.ssa Clara Giarrusso – Pronto Soccorso OSA

Il Segretario Verbalizzante  
Michela Zulian

FIRMATO, ORIGINALE AGLI ATTI

Lotto 1 Gel idrosolubile per cateterismo vescicale con anestetico senza clorexidina					
	Punteggio minimo	Punteggio massimo	Punteggio COMEDICAL	Punteggio E.F.M	Punteggio TELEFLEX
<p>Viscosità tale da garantire la minima fuoriuscita dal meato uretrale del prodotto dopo l'applicazione.</p> <p>Maneggevolezza e praticità d'uso, per esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- praticità delle manovre necessarie alla somministrazione del prodotto</li> <li>- facilità di fuoriuscita del prodotto dalla confezione</li> <li>- forma del contenitore che minimizza il rischio clinico per erroneo utilizzo.</li> </ul>	20	20	15 la viscosità non è tale da garantire una minima uscita del prodotto dopo che è stato applicato.		20
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- praticità delle manovre necessarie alla somministrazione del prodotto</li> <li>- facilità di fuoriuscita del prodotto dalla confezione</li> <li>- forma del contenitore che minimizza il rischio clinico per erroneo utilizzo.</li> </ul>	10	10	5 pratica la somministrazione del prodotto, difficoltà nella fuoriuscita del prodotto dalla confezione	
<p>Caratteristiche del contenitore che minimizzano il rischio clinico per il paziente dovuto a erroneo utilizzo per scambio con altri prodotti.</p>		40	22 caratteristiche del contenitore quali ad esempio forma e contenuto simili a siringa preriempita di farmaci o fisiologica che comporta l'aumento del rischio clinico dovuto a erroneo utilizzo per scambio con altri prodotti		40
Totale punteggio	42	70	42	ESCLUSA	70

Lotto 2 Gel idrosolubile per cateterismo vescicale con anestetico dotato di applicatore di circa 6 cm			
	Punteggio minimo	Punteggio massimo	Punteggio TELEFLEX
Viscosità tale da garantire la minima fuoriuscita dal meato uretrale del prodotto dopo l'applicazione.		20	20
Maneggevolezza e praticità d'uso, per esempio: - praticità delle manovre necessarie alla somministrazione del prodotto - facilità di fuoriuscita del prodotto dalla confezione - forma del contenitore che minimizza il rischio clinico per erronéo utilizzo.		10	10
Caratteristiche del contenitore che minimizzano il rischio clinico per il paziente dovuto a erronéo utilizzo per scambio con altri prodotti.		40	40
Totale punteggio	42	70	70



Lotto 3 Gel idrosolubile per cateterismo vescicale senza anestetico senza clorxidina				
	Punteggio minimo	Punteggio massimo	Punteggio COMEDICAL	Punteggio ARS
Viscosità tale da garantire la minima fuoriuscita dal meato uretrale del prodotto dopo l'applicazione.	20		15 la viscosità non è tale da garantire una minima uscita del prodotto dopo che è stato applicato.	15 la viscosità non è tale da garantire una minima uscita del prodotto dopo che è stato applicato.
Maneggevolezza e praticità d'uso, per esempio: - praticità delle manovre necessarie alla somministrazione del prodotto - facilità di fuoriuscita del prodotto dalla confezione - forma del contenitore che minimizza il rischio clinico per erroneo utilizzo.	10		5 pratica la somministrazione del prodotto, difficoltà nella fuoriuscita del prodotto dalla confezione	5 pratica la somministrazione del prodotto, difficoltà nella fuoriuscita del prodotto dalla confezione
Caratteristiche del contenitore che minimizzano il rischio clinico per il paziente dovuto a erroneo utilizzo per scambio con altri prodotti.	40		22 caratteristiche del contenitore quali ad esempio forma e contenuto simili a siringa preriempita di farmaci o fisiologica che comporta l'aumento del rischio clinico dovuto a erroneo utilizzo per scambio con altri prodotti	22 caratteristiche del contenitore quali ad esempio forma e contenuto simili a siringa preriempita di farmaci o fisiologica che comporta l'aumento del rischio clinico dovuto a erroneo utilizzo per scambio con altri prodotti
Totale punteggio	42	70	42	42